

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji
Szpitalna 60
16-400 Suwałki

SZW.DZI.262.68.11/TP/AK/2024

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup, dostawa i instalacja sprzętów medycznych na potrzeby wyposażenia Zakładu Anatomii i Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Numer referencyjny: 11/TP/AK/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1610 tj. ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Uczestnik 1

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza pilę o mocy 250 W spełniającą wymogi i pozostałe parametry określone w specyfikacji (dotyczy ,część V Zestaw narzędzi do sekcji zwłok – 2 szt.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający wymaga szafy wyposażonej we własne źródło wentylacji czy szafy podłączonej do istniejącego systemu wentylacji (dotyczy ,część VI Wentylowana szafa formalinowa – 2 szt.)
Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający określając wydajność wentylacji 980m3/h ma na myśli maksymalną wydajność czy wydajność pracy (dotyczy ,część VI Wentylowana szafa formalinowa – 2 szt.)
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli wydajność maksymalną

Pytanie 4

4. Czy Zamawiający przy podaniu wydajności wentylacji uwzględnił długości kanałów wentylacyjnych ilości zalamań, zwężeń itp przyłączonych do szafy (dotyczy ,część VI Wentylowana szafa formalinowa – 2 szt.)
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 4 do SWZ w części VI zamówienia

Było:

część VI Wentylowana szafa formalinowa – 2 szt.

Jest:

część VI Wentylowana szafa formalinowa – 1 szt.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 11/TP/AK/2024 z dnia 04/03/2024r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda