

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wyroby medyczne - nici chirurgiczne, siatki, materiały hemostatyczne dla wszystkich jednostek Szpitala.

Numer referencyjny: SZW/DZP/5/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści szew wchłaniaalny, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 22 dopuści igłę o dł. 36mm? Pozostałe parametry bez zmian.



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 23 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną tępą? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 28 dopuści igłę o dł. 36mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 29-33 odstąpi od wymogu umieszczania podwiązki na szpulce ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści szew o czasie wchłaniania 182-238 dni ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 12 dopuści igłę o dł. 22mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 13 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 16 dopuści igłę o dł. 70mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 7 dopuści igłę o dł. 39mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 9 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 10 dopuści igłę o dł. 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 12 dopuści igłę o dł. 39mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje obowiązek przekazywania faktur w postaci pliku pdf na wskazany w umowie adres mailowy.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ, poprzez modyfikację § 11 ust. 1 i wskazanie, że kara w wysokości 1 % jest naliczana od wartości towaru dostarczanego ze zwłoką (a nie od wartości całego zamówionego towaru). Zaznaczamy, iż naliczanie



kary od wartości całego zamówienia stanowić będzie nieproporcjonalną sankcję w sytuacji, gdy Wykonawca zrealizuje część zamówienia w terminie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ. Jest obecnie 1% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

#### **Pytanie nr 16**

1. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową oraz nie więcej niż 10% wartości zamówionego towaru.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną

w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową oraz nie więcej niż 10% wartości zareklamowanego towaru.

5. Maksymalna kara umowna z tytułu zwłoki poszczególnej dostawy, wyliczonej zgodnie z §11 ust 1 nie może przekroczyć kwoty 10% kwoty brutto zamówionego towaru. Maksymalna kara umowna z tytułu zwłoki w wymianie zareklamowanego towaru, wyliczonej zgodnie z §11 ust 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 10% kwoty brutto zareklamowanego towaru.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ, kary umowne muszą spełniać swoją funkcję, w tym stymulującą do należytego wykonania umowy.

#### **Pytanie nr 17**

Pytanie 1 dot. Pakiet 7 poz.6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 6 szwu z igła 1 koła 37 mm wzmocnioną.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 18**

Pytanie 2 dot. Pakiet 7 poz.7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 7 szwu z igła odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



### **Pytanie nr 19**

Pytanie 3 dot. Pakiet 7 poz.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 9 szwu z igłą okrągłą podwójnie wzmocnioną 40 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 20**

Pytanie 4 dot. Pakiet 7 poz.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 10 szwu z igłą odwrotnie tnącą 1 koła 40 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 21**

Pytanie 5 dot. Pakiet 7 poz.11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 11 szwu z igłą odwrotnie tnącą 1 koła 55 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 22**

Pytanie 6 dot. Pakiet 7 poz.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 12 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 23**

Pytanie 7 dot. Pakiet 8 poz1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 8 wymaga wchłanianego syntetycznego systemu do zamykania ran o dł. nitki 23 cm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający oczekuje nici dwukierunkowej, o długości 14x14cm

### **Pytanie nr 24**

Dot. Zadania nr 1 - Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające, syntetyczne, plecione, o dwuskładnikowym rdzeniu, powlekane mieszką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 25**

Dot. Zadania nr 1 - Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające, syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 26**

Dot. Zadania nr 4, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

Dot. Zadania nr 4, poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28**

Dot. Zadania nr 5, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 29**

Dot. Zadania nr 6, poz. 6 - Czy doszło do omyłki i Zamawiający wymaga nić plecioną o czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 30**

Dot. Zadania nr 6, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 31**

Dot. Zadania nr 6, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 32**

Dot. Zadania nr 6, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym z igła o średnicy 340 µm, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 33**

Dot. Zadania nr 6, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści szew z igła o średnicy 230 µm, pozostałe parametry bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 34**

Dot. Zadania nr 13, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55 mm i wielkości porów 1,0 x 1,2 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 35**

Dot. Zadania nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8 x 15 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36**

Dot. Zadania nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25 x 35 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 37**

Dot. Zadania nr 13, poz. 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55 mm i wielkości porów 1,3 x 2,0 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 38**

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:



Poz. 1-33: Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, 25% po 28 dniach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 39**

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 9,11,12,16: dł. nici 90 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 40**

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 20: dł. nici min. 70 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 41**

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 23: tolerancja wielkości igły 37-40 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 42**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 1-22: Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, 25% po 28 dniach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



### **Pytanie nr 43**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 14: igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym (trzy krawędzie tnące)



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 44**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 16: tolerancja wielkości igły 45-48 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 45**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 18: igła wzmocniona

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 46**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 21: tolerancja dł. nici 150-400 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 47**

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 8: : igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym (trzy krawędzie tnące)



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 48**

Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 11: igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym (trzy krawędzie tnące)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 49**

Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 12: tolerancja wielkości igły 37-39 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 50**

Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 1: Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, 25% po 28 dniach.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 51**

Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Poz. nr 11: Szew śródskórny wykonany z polipropylenu i polietylenu, monofilamentowy w kolorze niebieskim.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 52**

Czy w pakiecie nr 12 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem tolerancji gramatury 2,5 - 2,95[g]

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 53**

Zadanie 13 poz. 1-2 : Czy Zamawiający dopuści nieresorbowalne lekkie siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o standardowej powierzchni porów min. 0,5 mm<sup>2</sup>, grubości 0,45 mm(+/-0,05), masie powierzchniowej 60÷85 g/m<sup>2</sup>, grubości nici 0,16 mm. Siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów, stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 54**

Zadanie 13 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną o rozmiarze 8 cm x 13 cm lub 10 cm x 16 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 55**

Zadanie 13 poz. 3-4 : Czy zamawiający dopuści nieresorbowalne lekkie siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o dużych porach min. 3,3 mm<sup>2</sup>; grubości 0,65mm (+/-0,15), masie powierzchniowej 60÷85 g/m<sup>2</sup>, grubości nici 0,16 mm. W wariantcie Macropore zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność i ułożenie w polu operacyjnym.

Siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów, stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 56**

Zadanie 13 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną o rozmiarze 10 cm x 16 cm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.



### **Pytanie nr 57**

Zadanie 13. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez numer REF, a co poprzez nr katalogowy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Pojęcia tożsame; Zamawiający oczekuje podania w kolumnie REF wyłącznie numeru katalogowego oferowanego produktu. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy zamieszczając go na stronie internetowej oraz na Platformie Zamawiającego.

### **Pytanie nr 58**

W związku z zapisem w §4 ust. 13: "Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów" Prosimy o dodanie wyrażenia: "Chyba, że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie ma takiego zapisu we wzorze umowy.

### **Pytanie nr 59**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z § 7 ust. 5, aby na fakturze VAT były zawarte informacje takie jak: data ważności, data zamówienia, numer i data dostawy oraz na dokumencie WZ: kod UDI, numer umowy, na podstawie której zrealizowano zamówienie, datę zamówienia oraz numer i datę dostawy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 60**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z § 7 ust. 4, : "Wykonawca dołączy do Faktury VAT informację o zewidencjonowanym przez Wykonawcę poziomie kwotowego wykorzystania całości Umowy oraz poszczególnych zamówień częściowych."

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

### **Pytanie nr 61**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie z § 11 ust. 1 słów "jednak nie mniej niż 50,00 zł"?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kary umowne muszą spełniać swoją funkcję, w tym stymulująca do należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 62**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kary umowne muszą spełniać swoją funkcję, w tym stymulująca do należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 63**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie "10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy" zostało zastąpione wyrażeniem "10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy"?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kary umowne muszą spełniać swoją funkcję, w tym stymulująca do należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 64**

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Zadania nr 6 nici wchłaniające tj. pozycje nr 6, 7, 11 i 12 do odrębnego zadania?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 65**

Czy w Zadaniu nr 6 poz. 1 Zamawiający dopuścił 10/0 z dwoma igłami o dł. 6,0mm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 66**

Czy w Zadaniu nr 6 poz. 4 Zamawiający dopuścił 4/0 powlekaną woskiem z dwoma igłami o dł. 6,5mm, 3/8 koła?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 67**

Czy w Zadaniu nr 6 poz. 5 Zamawiający dopuścić 6/0 powlekaną woskiem z dwoma igłami o dł. 6,5mm, 3/8 koła i średnicy: 280u?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 68**

Czy w Zadaniu nr 6 poz. 8 Zamawiający dopuścić 10/0 niebieską z dwoma igłami o średnicy: 140u?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 69**

Czy w Zadaniu nr 6 poz. 9 Zamawiający dopuścić 5/0 czarną powlekaną woskiem, pozostałe wymagania bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 70**

Czy w Zadaniu nr 6 poz. 10 Zamawiający dopuścić 5/0 czarną powlekaną woskiem, z jedną igłą o dł. 13,0mm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 71**

Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ – Zadanie 10, poz. 1:

Czy w przypadku opisywania wymagań technicznych Monofilamentowego szwu haczykowego do bezwężłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonanego z poliestru p-dioksanonu przy określeniu siły podtrzymania tkankowego: dla rozmiaru 3-0 i większych nie doszło do omyłki pisarskiej w określeniu przedziału wytrzymałości po 6 tygodniach zamiast 40%-50% powinno być 40%-70%? Szwy zbudowane z tego materiału mają szerszy zakres wchłaniania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza nici o sile podtrzymywania tkankowego w zakresie 40-70% po 6 tygodniach

**Pytanie nr 72**

Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ – Zadanie 10, poz.1:



Czy Zamawiający dopuści w poz. 1: Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, zaopatrzony w igłę, szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. Wchłaniający się między 120 a 180 dniem; o sile podtrzymania tkankowego: dla rozmiaru 3-0 i większych 80% po 2 i 4 tygodniach oraz 40%-70% po 6 tygodniach pierwotnej wytrzymałości; grubość szwu: 2/0; długość szwu: 15 cm, długość igły: 26mm, 1/2 koła, igła okrągła?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 73**

Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ – Zadanie 10, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2: Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, zaopatrzony w dwie igły na obu końcach i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki - ułożonych spiralnie w przeciwnych kierunku od punktu środkowego nitki. Wchłaniający się między 90 a 120 dniem; o sile podtrzymania tkankowego: 42%-62% po 7 dniach i 27%-47% po 14 dniach od implantacji; grubość szwu: 2/0; długość szwu: 16x16 cm, długość igły: 26mm, 1/2 koła, igła okrągła?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 74**

PAKIET 12 poz.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o wadze 2,5 grama o następującym składzie:

- \* wosk pszczeli (83%),
- \* parafina stała (5%),
- \* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 75**

Zadanie 4 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby szwy w danym zadaniu pochodziły od jednego producenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 76**

Zadanie 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 77**

Zadanie 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 78**

Zadanie 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą (bez ostrza typu micro-point)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 79**

Zadanie 4, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 80**

Zadanie 4, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 81**

Zadanie 4, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści igłę ? koła odwrotnie tnącą?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 82**

Zadanie 4, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie nr 83**

Zadanie 4, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48mm ? koła odwrotnie tnąca?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 84**

Zadanie 4, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 85**

Zadanie 4, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 77mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 86**

Zadanie 4, pozycja 17 - Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu. Umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości wykonawców.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 87**

Zadanie 12 - Czy Zamawiający dopuści воск kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich - 80 % oraz palmitynian izopropylowy - 20 %, pakowany po 2,5g? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zaoferować 62szt. czy przeliczyć ilość na 74 sztuk?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza; w przypadku zaoferowania opakowania po 2,5g należy wycenić 74 op.

**Pytanie nr 88**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści bądź miał na myśli w Pakiecie 14 poz. 2 Aplikator edoskopowy 2 w 1 + środek hemostatyczny? Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 2 wskazał "Aplikator endoskopowy 2 w 1, kompatybilny z pozycją 1", który ze względu na wskazane w SWZ parametry hemostatyku (postać wyrobu - "Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna") nie może być kompatybilny z poz. 1 - tj. staje się bezużyteczny.



Czy w związku z tym, zamawiający dopuści: "Aplikator endoskopowy 2 w 1- Surgicel Powder; dostarczany z elastyczną wewnętrzną końcówką, oraz sztywną kaniulą, przenoszący gotowy hemostatyczny przez trokar 5mm lub większy", który jest odrębnym produktem i nie zawiera składnika hemostatycznego oraz "Wchłaniany jałowy hemostatyczny powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) w formie proszku, o woni przypominającej karmel, oraz o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Objętość gotowego hemostatyku 3g -może zapewnić pokrycie obszaru 66 cm<sup>2</sup>, (8,1 cm x 8,1 cm)"?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający miał na myśli aplikator wraz z proszkiem hemostatycznym i prosi o wycenę w tej pozycji łącznie 1 szt. aplikatora i 1 szt. Ww. proszku hemostatycznego.

#### **Pytanie nr 89**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji 1 dopuści hemostatyczny w rozmiarze 10 x 5 cm z oksydowanej, nieregenerowanej celulozy z zachowaniem reszty SWZ? Nieregenerowana celuloza jest wytwarzana w bardziej ekologicznym procesie niż regenerowana oraz otrzymywana jest z czystej bawełny (naturalnych włókien celulozowych) celulozowych). Nieregenerowana celuloza wykazuje lepsze działanie hemostatyczne niż regenerowana, co jest potwierdzone badaniem klinicznym . Badania udostępnimy na wezwanie Zamawiającego Produkt z nieregenerowanej celulozy posiada również szerszy zakres temperatury przechowywania i transportu ( 2°C 30°C) C). Dodatkowo hemostatyczny z nieregenerowanej utlenionej celulozy posiada działanie przeciwgrzybicze.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 13.03.2024 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający*

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
Piotr Nowicki