

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Numer referencyjny: SZW/DZP/24/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ( 2 z 2 )**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ):

**Pytanie nr 1**

Prosimy o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania, gdyż tylko takie odpowiedzi umożliwią złożenie konkurencyjnej oferty do ww. postępowania.

Dotyczy: ZADANIE NR 4 - Wózek leżący do transportu pacjentów - 15 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację wysokości realizowaną za pomocą 2 kolumn hydraulicznych w gumowych osłonach (jak na zdjęciu poniżej) zapewniających wysoką sztywność oraz łatwość czyszczenia i dezynfekcji ?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie gumowych osłon na kolumnach wózka

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wspomaganie regulacji segmentu oparcia pleców z wykorzystaniem sprężyn gazowych w zakresie od 0o do 90o (+/- 5o)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza regulację segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 90 °, zgodnie z OPZ

4. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pod leżem prowadnicę na całej długości umożliwiające przesuwanie cyfrowej kasety i wykonanie pacjentowi zdjęcia RTG? Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby wózek był wyposażony w tacę na kasetę RTG.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez listew odbojowych opisanych w pkt. 8 ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

6. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w dwuczęściowy uchwyt do przetaczania wózka umieszczony od strony głowy pacjenta z możliwością jego opuszczenia

pod leże w razie konieczności nieograniczonego dostępu do głowy pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie bardziej funkcjonalne niż wymagane przez Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga dwuczęściowego uchwytu do przetaczania wózka, umieszczonego od strony głowy pacjenta.

7. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo (bez miękkich nakładek) ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza aby uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej były lakierowane proszkowo i posiadały miękkie nakładki pod ręce.

8. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego system wspomagający manewrowanie realizowany przy pomocy piątego koła załączanego jedną dźwignią dostępną dla personelu od strony nóg pacjenta ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka z piątym kołem, załączanym jedną dźwignią dostępną dla personelu od strony nóg pacjenta.

9. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego osłonę podstawy z tworzywa z dedykowanym miejscem dla 1 butli tlenowej oraz na podręczne rzeczy pacjenta ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

10. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm)? Oferowana długość jest bardzo zbliżona do wymaganej przez Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby wózek posiadał całkowitą długość 2143 mm.

11. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji wysokości leża w zakresie od 600 do 920 mm (+/- 10 mm)? Oferowany zakres jest zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na regulację wysokości leża w zakresie od 600 do 920 mm.

12. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego nośność maksymalną 310 kg? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego przez Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę aby wózek posiadał nośność maksymalną 310 kg.

13. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poręczy bocznych z funkcją składania wzdłuż ramy leża w celu minimalizacji przerwy transferowanej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

14. Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1380 mm (+/- 10 mm) oraz wysokości 310 mm (+/- 10 mm) mierzonej od leża bez materaca ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę aby poręcze boczne miały długość 1380 mm, wysokość poręczy zgodnie z OPZ.

15. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego poręcze boczne, które po ich złożeniu nie wystają ponad poziom materaca ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

16. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac z pokrowcem wykonany z tkaniny poliestrowej z ognioodporną powłoką poliuretanową (nie zawierający lateksu), o grubości 10 cm, z zamkiem, wodoszczelny, posiadający system mocowania do leża zapobiegający przesuwaniu się materaca w trakcie przejazdu ?

Oferowany materac posiada lepsze parametry użytkowe niż wymagane przez Zamawiającego, ponieważ pokrowiec posiada powłokę pokrytą materiałem ognioodpornym zgodnie z normą niepalności BS7175 CRIB 5 M1.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza aby materac o grubości 10 cm posiadał system mocowania do leża zapobiegający przesuwaniu się materaca. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

## **Pytanie nr 2**

Dotyczy zadania nr 4 - Wózek leżący do transportu pacjentów

1. Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści kolumny aluminiowe w dodatkowych obudowach tworzywowych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

2. Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści ergonomiczne, jednoczęściowe uchwyty prowadzące od strony nóg pacjenta składane na konstrukcję leża w razie konieczności zapewnienia nieograniczonego dostępu do pacjenta ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga dwuczęściowego uchwytu do przetaczania wózka, umieszczonego od strony głowy pacjenta.

3. Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwuczęściowe uchwyty do przetaczania wózka od strony głowy pacjenta składane teleskopowo pełniące jednocześnie funkcję wysięgnika płynów infuzyjnych, każdy uchwyt posiadający 2 haczyki, uchwyty składane na konstrukcję leża ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

4. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści uchwyty wykonane ze stali lakierowanej odporne na uszkodzenia mechaniczne, bez dodatkowych nakładek pod ręce ze względu na łatwe mycie i dezynfekcję ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

5. Dot. pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości leża w zakresie 565-890mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, dopuszcza regulację w zakresie wysokości leża w zakresie 565-890 mm.

6. Dot. pkt. 26 i 28 Czy Zamawiający dopuści poręcz boczne składane obok leża, poniżej poziomu materaca nie powodujące powstania przerwy transferowej, poręcz boczne po ich złożeniu minimalnie wystają ponad poziom leża bez materaca ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

7. Dot. pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem z tkaniny wodoodpornej i paroprzepuszczalnej o grubości 10 cm stabilizowany na leżu za pomocą antypoślizgowego pokrowca dolnego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

8. Dot. zapisu SWZ pkt 6 Czy Zamawiający dopuści termin realizacji -6 tygodni od daty zawarcia umowy ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

### Pytanie nr 3

Dot. § 6 ust. 5 projektu umowy. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku płatności faktury w terminie przekraczającym 60 dni, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie powiększone o należne odsetki za opóźnienie.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych termin płatności faktur, dla podmiotów publicznych będących podmiotem leczniczym, wynosi 60 dni. Zamawiający oczekuje świadczenia jednorazowego, za które Wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenia zgodnie z art. 8 ust. 4a "Jeżeli w transakcji handlowej, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1."

Harmonogram płatności określony w art. 8 ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia wynikającego z jednej faktury. W sytuacji podziały płatności wynagrodzenia na części, każdy etap płatności wynagrodzenia wymaga wystawienia odrębnej faktury VAT. Ustawodawca wskazuje wprost, iż maksymalne terminy płatności wynikają z terminu doręczenia dokumentu fiskalnego, jakim jest faktura, a nie zastrzeżeń umownych.

Ewentualnie zwracam się z wnioskiem o usunięcie ww. postanowienia umowy, z uwagi na to, że może ono prowadzić do omińnięcia przepisów wskazanej powyżej ustawy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ. Zapis zgodny z powołaną ustawą. Jest to jedynie uprawnienie, z którego może, ale nie musi skorzystać Zamawiający.

### Pytanie nr 4

Dot. § 10 ust. 1 czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za dzień zwłoki w wykonaniu umowy do 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy netto ?

Ustalenie wielkości kar umownych na obecnym poziomie - minimum 1500 zł za dzień zwłoki, jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i ewentualnego naruszenia zobowiązania wykonawcy, a także, przekracza granice dopuszczanej swobody umów oraz w warunkach nadużycia prawa podmiotowego do samodzielnego kształtowania warunków umowy przez Zamawiającego. Kara umowna stanowi dla wierzyciela zamiennik odszkodowania. Umożliwia mu uzyskanie rekompensaty pieniężnej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, ale powinna być adekwatna do ewentualnego naruszenia zobowiązania. Wysokość kar umownych nie powinna prowadzić do zarobkowania po stronie zamawiającego na realizacji umowy. Ustalenie limitu

kar umownych na aktualnym poziomie jawi się jako nieuzasadnione i prowadzi do przewagi kontraktowej zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcje również stymulująca do należytego wykonania umowy

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej? Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak dopuszcza. Umowa jest zawarta w dacie złożenia zgodnych oświadczeń woli stron, chyba, że inny dzień strony ustalą. Nie ma więc potrzeby dopisywania wskazanego postanowienia.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-62o ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 7**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-75o ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, wyposażony w tacę na cyfrową kasetę RTG, z przewodnicą na całej długości leżą, z dedykowaną rączką służącą do przesuwania tacy wraz z kasetą w pożądane miejsce ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

### Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 10. i 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, wyposażony od strony nóg oraz głowy pacjenta w dedykowane uchwyty do przetaczania, z możliwością ich złożenia poniżej poziomu materaca, w celu umożliwienia nieograniczonego dostępu do głowy pacjenta ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga dwuczęściowego uchwytu do przetaczania wózka, umieszczonego od strony głowy pacjenta. Zamawiający wymaga aby uchwyt do przetaczania wózka od strony głowy pacjenta posiadał możliwość jego opuszczania pod leża. Uchwyt do przetaczania od strony nóg pacjenta, może być jednoczęściowy lub opuszczany pod leże.

### Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego uchwyty do przetaczania wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo, posiadające miękkie nakładki pod ręce ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza aby uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej były lakierowane proszkowo i posiadały miękkie nakładki pod ręce.

### Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w centralny system blokady kół jezdnych, realizowany za pomocą dźwigni nożnych dostępnych w każdym z 4 narożników wózka - co jest rozwiązaniem praktyczniejszym od wymaganego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zamawiający dopuszcza, wózek do transportu pacjentów wyposażony w centralny system blokady kół jezdnych, realizowany za pomocą dźwigni nożnych dostępnych w każdym z 4 narożników wózka.

### Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w system wspomagania manewrowaniem wózkiem realizowany przy pomocy piątego koła, aktywowany i dezaktywowany za pomocą dźwigni nożnych dostępnych po oby dłuższych bokach wózka ?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, dopuszcza do zaoferowania wózka do transportu pacjentów wyposażonego w system wspomagania manewrowaniem wózkiem realizowanym przy pomocy piątego koła, aktywowany i dezaktywowany za pomocą dźwigni nożnych dostępnych po obu dłuższych bokach wózka.

#### **Pytanie nr 13**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w tworzywową osłonę podstawy z dedykowanym miejscem na butlę tlenową o pojemności 10l, z pasami mocującymi ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego długość całkowita wynosi: 2170mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, dopuszcza do zaoferowania wózka do transportu pacjentów, którego długość całkowita wynosi 2170 mm.

#### **Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego szerokość całkowita wynosi: 840mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak dopuszcza taką możliwość (do zaoferowania wózka do transportu pacjentów (którego szerokość całkowita wynosi 840 mm).

#### **Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego wysokość leża regulowana jest w zakresie: 560-870mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak dopuszcza, do zaoferowania wózka do transportu pacjentów, którego wysokość leża regulowana jest w zakresie 560 – 870 mm.

#### **Pytanie nr 17**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są w zakresie: 0-14o ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 18**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego dopuszczalne obciążenie maksymalne wynosi: do 300kg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 19**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 26., 27. i 28.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej i estetycznego tworzywa, składane poniżej poziomu materaca, z dźwignią odblokowującą zlokalizowaną poza dostępem pacjenta, o długości 1350mm i wysokości 400mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 20**

Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący do transportu pacjentów - 15szt. Pkt. 29.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów wyposażony w wieszak kroplówki niezintegrowany na stałe z wózkiem, co umożliwia stosowanie go w dowolnym narożniku wózka, z regulacją wysokości i dwoma hakami ze stali nierdzewnej ?

*Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*





**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie nr 21**

Dotyczy: Część 2 - CVSM (przenośny monitor do pomiaru parametrów życiowych) - 4 szt.

1. Nazwa przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 2 to CVSM (przenośny monitor do pomiaru parametrów życiowych). Jest to nazwa skrócona posiadanych przez Zamawiającego i wykorzystywanych na oddziale SOR monitorów Connex Vital Signs Monitor firmy Welch Allyn, zintegrowanych z systemem szpitalnym Zamawiającego - Eskulap – w zakresie identyfikacji pacjenta na podstawie skanu opaski oraz odsyłania wyników pomiarów parametrów życiowych do systemu szpitalnego.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów kompatybilnych z posiadanym systemem Connex NCE z możliwością komunikacji dwukierunkowej z HIS w ramach wykonanej już integracji ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga kompatybilności i zamiennego stosowania akcesoriów (mankiety ciśnieniowe, czujniki saturacji Nellcor, osłonki termometru) z posiadanymi monitorami funkcji życiowych CVSM ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, nie wymaga.

3. Ad. 5. Czy Zamawiający wymaga statywu ze zintegrowanym oświetleniem LED do pracy nocnej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, nie wymaga.

4. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z ekranem dotykowym o przekątnej 7" i rozdzielczości 800x480 pikseli ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

5. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Vital Signs Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z ekranem dotykowym o przekątnej 8,9" i rozdzielczości 1024x600 pikseli ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

6. Ad. 10. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego akumulatora zainstalowanego w statywie monitora zwiększającego pracę monitora do min. 16 godz. lub 45 kompletów badań ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, nie wymaga.

7. Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Vital Signs Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, wyposażony w wentylator zapewniający skuteczne chłodzenie urządzenia ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

8. Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z zakresem pomiaru ciśnienia skurczowego 30-260 mmHg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

9. Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego 20-220 mmHg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

10. Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z zakresem pomiaru ciśnienia średniego 23-230 mmHg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

11. Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, bez funkcji stazy żylniej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

12. Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z zakresem pomiaru częstości tętna 30-200 ud/min. ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

13. Ad. 26. Czy Zamawiający wymaga bezprzewodowego termometru dousznego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

14. Ad. 26. Czy Zamawiający będzie wymagał termometru dousznego do pomiaru temperatury z szerszym zakresem pomiarowym, tj. min. 20-42,2 stp jak w użytkownych przez szpitalny oddział ratunkowy monitorach CVSM? Taki zakres pomiarowy pozwala na wykrycie hipotermii IVo, którą rozpoznaje się w przypadku temperatury ciała poniżej 24 stopni C..

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

15. Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z pamięcią pomiarową z ostatnich 24 godzin ?

Bez możliwości identyfikacji pacjenta, pamięć w urządzeniu nie ma większego znaczenia, gdyż w warunkach pracy SOR, danego wyniku nie można przyporządkować do pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

16. Ad. 28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z automatycznym usuwaniem pomiarów z pamięci podręcznej po 24 godzinach ?

Bez możliwości identyfikacji pacjenta, pamięć w urządzeniu nie ma większego znaczenia, gdyż w warunkach pracy SOR, danego wyniku nie można przyporządkować do pacjenta. Dane w pamięci są bezużyteczne bez przypisanego ID pacjenta (np. za pomocą czytnika kodów z opaski lub dokumentacji pacjenta w strefie TRIAGE)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

17. Ad. 29. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor Connex Spot Monitor, zintegrowany z systemem szpitalnym, z możliwością ręcznego wpisywania do 20 dodatkowych parametrów ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

## Pytanie nr 22

Pytanie 1 do zadania 4 Wózek leżący do transportu pacjentów

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z wózkiem transportowym posiadającym:

Ad. 2. Budowa wózka stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami

Ad. 3. Regulacja wysokości Regulacja wysokości wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)

Ad. 6. Leże przeziernie dla promieni RTG na całej długości

Ad. 7. Leże przeziernie dla promieni RTG na całej długości

Ad 8. Odbojniki w narożnikach

Ad 10. Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości

Ad 11. Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości

Ad 12. Uchwyty pokryte plastikiem

Ad 13. Konstrukcja wózka stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym

Ad 15. Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w czterech narożnikach wózka

Ad 16. System wspomagania manewrowaniem wózkiem realizowany przy pomocy piątego koła dołączanym dwoma dźwigniami dostępnymi dla personelu od strony głowy pacjenta

Ad 19. Osłona podstawy z tworzywa z dedykowanym miejscem dla butli tlenowych oraz posiadająca półkę na podręczne rzeczy pacjenta

Ad 22. Regulacja wysokości leża w zakresie od 560 do 930 mm.

Ad 23. Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12° dla obu funkcji

Ad 24. Nośność maksymalna 250kg

Ad 30. Materac grubości min. 6,5[cm], przezierny dla promieni RTG, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej, oddychającej tkaninie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 23**

Załącznik nr 4 (Wzór umowy zadania 1-5). Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie zapisów paragrafu 14 ust. 6-12.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że wraz z odpowiedziami udostępni nowy wzór umowy.

**Pytanie nr 24**

Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy/OPZ zadanie nr 4), Załącznik nr 1 (formularz oferty). Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dostosowanie formularza asortymentowo – cenowego oraz formularza ofertowego do możliwości zaoferowania dwóch różnych stawek VAT.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wykonawca składa ofertę i to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej treść, w tym za sposób obliczenia ceny i przyjęte stawki VAT. W związku z powyższym, jeśli składający ofertę będzie miał potrzebę, może odpowiednio zmodyfikować formularz[LZ1].

**Pytanie nr 25**

Zadanie nr 3 - Kardiomonitor z funkcją ciągłego monitorowania: NIBP, SpO2, EKG, EtCO2, TEMP - 10 szt.

Pyt. 1 (Dot. punktu 4) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością przeniesienia danych z pacjenta z kardiomonitora do komputera stacjonarnego za pomocą pendriva i odczytu w specjalnym oprogramowaniu bez możliwości przeniesienia danych z kardiomonitora do kardiomonitora ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

Pyt. 2 (Dot. punktu 5) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w uchwyt bez stacji dokującej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

Pyt. 3 (Dot. punktu 9) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator umożliwiający min 2 godziny pracy wraz ze zintegrowanym zasilaczem w obudowie kardiomonitora ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zintegrowany zasilacz w obudowie kardiomonitora, lecz nie dopuszcza pracy akumulatora na min 2 godzin.

Pyt.5 (Dot. punktu 19) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP 15-255 mmHg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt.6 (Dot. punktu 30) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem CO<sub>2</sub> w strumieniu głównym za pomocą adaptera lub pomiarem w strumieniu bocznym za pomocą pojedynczych linii pomiarowych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z pomiarem CO<sub>2</sub> w strumieniu głównym za pomocą adaptera i jednocześnie informuje, że oczekuje możliwości rozbudowy o pomiar w strumieniu bocznym w przyszłości

Pyt.7 (Dot. punktu 30) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dwa moduły pomiarowe CO<sub>2</sub>, w strumieniu głównym za pomocą adaptera i pomiarem CO<sub>2</sub> w strumieniu bocznym za pomocą pojedynczych linii pomiarowych z możliwością używania jednej z opcji w momencie pomiaru ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony w dwa moduły pomiarowe CO<sub>2</sub>, w strumieniu głównym za pomocą adaptera i pomiarem CO<sub>2</sub> w strumieniu bocznym za pomocą pojedynczych linii pomiarowych z możliwością używania jednej z opcji w momencie pomiaru, lecz jednocześnie informuje, iż oczekuje tylko możliwości rozbudowy o pomiar w strumieniu bocznym w przyszłości

Pyt. 8 (Dot. punktu 34) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w alarmy wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością ustawienia 2 poziomów ważności (górny i dolny) ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

## **Pytanie nr 26**

Zadanie nr 3 - Kardiomonitor z funkcją ciągłego monitorowania NIBP, ApO<sub>2</sub>, EKG, EtCO<sub>2</sub>, TEMP. Ilość 10 szt.

Pyt. 1, Ad. 1 – Czy Zamawiający wymagając w kardiomonitorze wymiennych modułów pomiarowych przenoszonych między monitorami ma również na myśli moduły przewodowe podłączane do odpowiednich portów ? Takie rozwiązanie również zapewnia automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniając pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora, moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

Pyt. 2, Ad. 4 – Czy Zamawiający wymagając przenoszenia danych pacjenta z monitora do monitora miał na myśli możliwość podglądu danych pacjenta z innego monitora pracującego we wspólnej sieci lecz bez możliwości kopiowania danych na kartę pamięci lub odpowiedni moduł ? Zaawansowany rozwój cyberbezpieczeństwa nie zaleca możliwości kopiowania danych pacjenta w żadnej formie, najlepszym i



najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie klasyczny podgląd parametrów i ewentualnie przenoszenie samej konfiguracji monitora.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

Pyt. 3, Ad. 5 – Czy Zamawiający dopuści to postępowania nowsze i bardziej praktyczniejsze rozwiązanie w postaci kardiomonitora wyposażonego w monitor transportowy posiadającego opisaną funkcjonalność ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 4, Ad. 9 – Czy Zamawiający dopuści zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe modułu transportowego na minimum 3 godziny pracy ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 5, Ad. 13 – Czy Zamawiający dopuści analizę częstości akcji serca i arytmii, z dokładnością  $\pm 2$  u./min lub 1% w zależności od większej wartości ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 6, Ad. 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru odprowadzenia do analizy dowolnie wybieranej przez użytkownika, na podstawie wyświetlanego odprowadzenia EKG ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 7, Ad. 18 – Czy Zamawiający oczekując pomiar saturacji odpornej na artefakty ruchowe, niskiej perfuzji miał na myśli technologię Masimo Rainbow SET ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający oczekuje pomiaru saturacji odpornej na artefakty ruchowe w technologii Masimo Rainbow SET.

Pyt. 8, Ad. 19 – Czy Zamawiający dopuści pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi z pomiarem w zakresie 10-250 mmHg ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 9, Ad. 20 – Czy Zamawiający dopuści pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi z automatycznym ustawieniem odstępów czasowych w zakresie od 1 do 240 min ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 10, Ad. 30 – Czy Zamawiający wymagając pomiaru stężenia CO<sub>2</sub> miał na myśli pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych, czy pomiar w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych z próbkowaniem gazu przez linię próbkującą lub pomiar w strumieniu głównym, z opcjonalną możliwością pomiaru w strumieniu bocznym, która nie jest przedmiotem postępowania ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż oczekuje pomiaru stężenia CO<sub>2</sub> w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych z możliwością rozbudowy o pomiar w strumieniu bocznym w przyszłości

Pyt. 11, Ad. 35 – Czy Zamawiający dopuści 96– godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie nr 27**

Załącznik nr 4 – Wzór umowy - § 6 ust. 4 – Prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 28**

Załącznik nr 4 – Wzór umowy - § 10 ust 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 0,5% do 0,2% ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności zamawianych kardiomonitorów do posiadanej stacji centralnego monitorowania m.in. ze względów ekonomicznych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający oczekuje kompatybilności zamawianych kardiomonitorów do posiadanej stacji centralnego monitorowania

#### **Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający w przyszłości przy rozbudowie istniejącej infrastruktury oczekuje możliwości podłączenia posiadanych na oddziale kardiomonitorów oraz zamawianych w tym postępowaniu kardiomonitorów do jednej stacji centralnego monitorowania ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający oczekuje takiej możliwości

**Pytanie nr 31**

Dotyczy: Zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli produkty medyczne zostały zarejestrowane w bazie EUDAMED <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home> to Zamawiający nie będzie wymagał dołączenia wpisu do RWM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpis do bazy Eudamed jest równoznaczny potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do URPLW MiPB (zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG artykuł 29 "Rejestracja wyrobów" obowiązkiem producenta jest zarejestrowanie wyrobu w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych - Eudamed. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( URPLW MiPB) z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia ustawy o wyrobach medycznych informuje, że wejście w życie ustawy oznacza że od dnia 26 maja 2022r. dopuszczalne jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza i dopuszcza.

**Pytanie nr 32**

Dotyczy: zadanie nr 4 - Wózek leżący do transportu pacjentów 15 szt.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 10 nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga dwuczęściowego uchwytu do przetaczania wózka umieszczonego od strony nóg pacjenta z możliwością jego opuszczenia pod leże w razie konieczności nieograniczonego dostępu do nóg pacjenta (a nie głowy).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza że nastąpiła omyłka pisarska i wymaga dwuczęściowego uchwytu do przetaczania wózka umieszczonego od strony nóg pacjenta z możliwością jego opuszczenia pod leże w razie konieczności nieograniczonego dostępu do nóg pacjenta (a nie głowy).

**Pytanie nr 33**

Dotyczy: zadanie nr 1 - Lampa zabiegowa 2 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez producenta lampy Certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 9001:2015.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający odstępuje od wymogu.

**Pytanie nr 34**

Załącznik nr 2 do SWZ pkt 3 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania nowego fabrycznie sortera wyprodukowanego w roku 2023.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w roku 2023

**Pytanie nr 35**

§6 ust. 3 - Czy nie nastąpiła pomyłka w zapisach tego paragrafu w §10 umowy są zapisy dotyczące kar umownych

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem określonym w §9 umowy.

**Pytanie nr 36**

§6 ust. 5 - Czy nie nastąpiła pomyłka w zapisach tego paragrafu czy nie powinno być: „... postanowieniami §5 ust. 5 ....”?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy.

**Pytanie nr 37**

§6 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia: "W przypadku gdy wartość faktury brutto, przekracza kwotę 20 000,00 zł, strony dopuszczają możliwość płatności kwoty faktury w dwóch równych miesięcznych ratach, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada na dzień zgodny z postanowieniami §6 ust. 5 a drugiej po upływie miesiąca od terminu płatności pierwszej raty."?

Uzasadnienie: Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, skutki niewykonania takich obowiązków oraz postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w związku z tym ustawowy termin płatności dla Zamawiającego wynosi 60 dni a powyższe postanowienie może rodzić znamiona próby obejścia przepisów wskazanego aktu prawnego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Zapis zgodny z postanowieniami ustawy. Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z płatności ratowej.

**Pytanie nr 38**

§7 ust 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "W przypadku nie dokonania naprawy w okresie siedmiu dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje

się do dostarczenia w miejsce wadliwego Asortymentu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach niż zaoferowany w ofercie, na czas naprawy."?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ.

#### **Pytanie nr 39**

§10 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową."?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

#### **Pytanie nr 40**

§10 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową."?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy

#### **Pytanie nr 41**

§10 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 niezrealizowanej części umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy/odstąpienia w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział/od której odstąpił."?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

#### **Pytanie nr 42**

§10 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Maksymalna kara umowna wskazana w §10 ust. 1 Umowy nie może przekroczyć kwoty 2% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy."?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 43**

§10 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Maksymalna kara umowna wskazana w §10 ust. 2 Umowy nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy."?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (2) nr 267057-2024 z dnia 2024-05-06

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 06.05.2024 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający*  
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
Piotr Nowicki