

Kraków dnia: 2024-05-07

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie**

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne.

Numer referencyjny: ZP-10-2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza pojemników z wycięciami. Wyrzucane są igły motylkowe.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 245mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza pojemniki o wysokości 245 mm i dokonuje odpowiedniej zmiany w OPZ.

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik z zamykaniem jak na zdjęciu:



?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga pojemników zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach:

- wysokość 120mm
- średnica górna 120mm
- średnica dolna 110 mm
- średnica otworu wrzutowego 90mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga pojemników zgodnie z SWZ.