

Suwałki, dnia 08/05/2024r.

L.dz. SZW.DZI.262.97/18/TP/MN/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 18/TP/MN/2024

Dotyczy: **Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych; dla szpitala wojewódzkiego im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 Dotyczy Części 1, pkt. 2, Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia z zał. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku próbek z cytrynianem sodu, na etykiecie była podana łączna objętość pobranej krwi wraz z odczynnikiem tj. np. w przypadku koagulologii - 1,8 ml – pobranej krwi plus 0,2 ml odczynnik, co daje łącznie 2 ml. Wszyscy producenci próbek próżniowych posiadają koagulologie o objętości pobrania krwi 1,8 ml, jedynie oznaczenia na etykiecie różnią się nomenklaturą, podawane są albo objętości pobranej krwi, albo objętości pojemności całej próbki (czyli pobranej krwi wraz z odczynnikiem)

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 Dotyczy poz. 9 i 11 – Część 1 formularz asortymentowo cenowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca, który proponuje zabezpieczenie na uchwycie dokonał stosownych przeliczeń w rubryce:

Poz. 9 – igły systemowe 0.8 i 0.9 – 150 000 szt.

Poz. 9 a – uchwyty z zabezpieczeniem do igieł z poz. 9 – 150 000 szt.

Poz. 11 – uchwyty bez zabezpieczenia – 30 000 szt. – po odjęciu ilości uchwytów z zabezpieczeniem od ilości uchwytów bez zabezpieczenia tj. 180 000-150 000 = 30 000 szt.

Wtedy łączna ilość wszystkich uchwytów ostatecznie będzie wynosiła 180 000 szt. tak jak wymaga Zamawiający. W przeciwnym wypadku Wykonawca, który oferuje zabezpieczenie na uchwycie podraża swoją ofertę o 30 tys. uchwytów z zabezpieczeniem, ponieważ ani do adaptera luer ani do igły motylkowej nie używa się uchwytu z zabezpieczeniem tylko uchwytu bez zabezpieczenia – adapter nie ma ostrego zakończenia, igła motylkowa posiada własne zabezpieczenie na igle.

Lub zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający ujednolicił ilości uchwytów (wymaganych w poz. 11) z ilością igieł wymaganych w poz. 9

Uzasadnienie: Zamawiający w parametrach granicznych określa igły i uchwyty z zabezpieczeniem jako bezpieczny zestaw do pobierania krwi, igła z uchwytem ma tworzyć bezpieczny komplet. W związku z tym ilość uchwytów musi być równa ilości igieł. Obecnie różnica pomiędzy ilością uchwytów z zabezpieczeniem (poz. 11) a ilością igieł (poz. 9) wynosi 30000 w stosunku do oferentów proponujących uchwyty bez zabezpieczenia.

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92
00http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stosowne przeliczenia. (uchwyty z zabezpieczeniem 150000 szt., uchwyty bez zabezpieczenia 30000 szt)

Pytanie 3 Dotyczy poz. 13 Część 1 formularz asortymentowo cenowy:

Czy Zamawiający miał na myśli dzierżawę na 12 miesięcy i jej ilość to 12?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli dzierżawę na 24 miesiące jednego analizatora do OB.

Pytanie 4 Dotyczy Części 1, Załącznik nr 5 wymagania jakościowe pkt 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie po 3 szt. z każdego asortymentu na Wezwanie Zamawiającego, a nie dołączone wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5 Dotyczy części 4 Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia pkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbkę do surowicy z żelem o pojemności 500-800 mikrolitrów i próbkę z EDTA 250-500 mikrolitrów?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 6 Dotyczy części 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie po 3 szt. z każdego asortymentu na Wezwanie Zamawiającego, a nie dołączone wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki próbki, czy też uchwytu, lub igły itp.) Cena opakowania handlowego będzie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 8 Dotyczy SWZ oraz formularza asortymentowo-cenowego:

W rozdziale 22 SWZ 22 – „Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” Zamawiający odwołuje się do punktacji, która ma się znajdować w formularzu asortymentowo-cenowym, ale jej tam nie ma. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie punktacji jakościowej.

Odpowiedź:

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 Dotyczy Załącznika nr 4, Część 1 1. Dotyczy poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki do glukozy z fluorkiem sodu i EDTA K3, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92
00http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Pytanie 2. Dotyczy poz.3,4,8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3,4,8 probówek z EDTA K3, spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3.

Czy w przypadku oferowania rozwiązania przeciwwzakłuciowego składającego się z igły systemowej i uchwytu z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 rodzajów uchwytów, uchwytu z zabezpieczeniem (do ww igieł, w ilości 150000 szt) oraz uchwytu bez zabezpieczenia (do igieł motylkowych i adapterów Luer, w ilości 8000 szt + 33100 szt). Tym samym konieczne będzie dodanie jednej pozycji – wiersza z uchwytami bezpiecznymi w załączniku asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stosowne przeliczenia. (uchwyty z zabezpieczeniem 150000 szt., uchwytów bez zabezpieczenia 30000 szt.).

Pytanie 4. Dotyczy załącznika: Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 1), punkt 7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie uchwytów systemowych, dla których logo i/lub nazwa producenta i/lub nazwa systemu znajduje się na etykiecie opakowania (100 szt) a nie na każdym pojedynczym uchwycie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5. Dotyczy załącznika: Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 1), punkt 9.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie czytnika do OB bez modułu archiwizacji wyników z możliwością ich odtworzenia, spełniającego pozostałe wymagania SWZ, w tym możliwość przysyłania wyników do LIS w celu ich archiwizacji z możliwością odtworzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 3

Pytanie 1 Dotyczy Części nr 1 i pozycji 1 i 13 formularza cenowego:

Prosimy o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu, ponieważ czołowi producenci systemów do pobierania krwi wycofali się/wycofują się z produkcji probówek do OB, a w celu optymalizacji ilości pobieranej krwi OB. wykonywane jest z próbówki morfologicznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Dotyczy Części nr 1 i pozycji 1 i 13 formularza cenowego:

w trosce o zarządzanie ilością pobieranej krwi, prosimy o możliwość wykonywania OB z próbówki morfologicznej z pozycji 3 formularza cenowego i zaoferowanie do dzierżawy aparatu do oznaczania OB metodą rulonizacji, dopuszczoną przez Międzynarodowy Instytut ds Standaryzacji w Hematologii, kompatybilnego z tą próbówką, z wbudowanym miesadłem i czytnikiem kodów, pomiarem OB trwającym krócej niż 1 minutę, z możliwością włączenia do LIS.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92
00http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Pytanie 3. Dotyczy Części nr 1 i pozycji 4 formularza cenowego:

Prosimy o dopuszczenie próbówki o objętości pobrania 10ml i wymiarach 16x100mm spełniającej pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy Części nr 1 i pozycji 8 formularza cenowego:

Czy Zamawiający w trosce o jakość badań będzie wymagał opinii IHIT dla próbek z EDTA i żelem separującym potwierdzającej skuteczność tych próbek dla diagnostyki molekularnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5. Dotyczy Części nr 1 i pozycji 9 formularza cenowego:

Prosimy o odstąpienie konieczności zaoferowania igieł bezpiecznych w rozmiarze 0,9mm i możliwość zaoferowania cienkościennych igieł w rozmiarze 0,8mm pozwalających na szybki wypływ krwi i jednocześnie zachowanie jakości próbki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ dla Części nr 1 : Uwagi w zakresie wymagań jakościowych w/w przedmiotu zamówienia, punkt 4:

prosimy o możliwość dostarczenia oświadczenia wykonawcy lub możliwość dostarczenia próbek do oceny kompatybilności przez Wykonawcę na podstawie dostarczonych próbek.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ dla Części nr 1 : Uwagi w zakresie wymagań jakościowych w/w przedmiotu zamówienia, punkt 5:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby z instrukcji producenta używania igieł bezpiecznych wynikało w sposób jednoznaczny, iż mechanizm zabezpieczający ostrze po pobraniu był aktywowany jedną ręką.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego dla pakietu nr 1.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej brutto do 4 miejsc po przecinku, wartość pakietu zostanie podana do 2 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą o dodanie do formularza cenowego kolumny cena jednostkowa netto oraz wartość netto. Uzasadnienie do pytania 8 i 9. Powyższe pytania mają na celu zminimalizowanie niezgodności pomiędzy formularzem cenowym a otrzymywanymi na etapie realizacji fakturami.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 10. Dotyczy pkt. 8 SWZ.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jaki okres ma obowiązywać umowa. Wykonawca znalazł w tym zakresie rozbieżności tzn. w pkt. 8 SWZ widnieje informacja o 12 miesiącach natomiast w umowie i formularzu cenowym jest to 24 miesiące

Odpowiedź: Umowa ma obowiązywać 24 miesiące.

Pytanie 11. Dotyczy §9 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy.

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości miesięcznego czynszu.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 12. Dotyczy §9 wzoru umowy dzierżawy.

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu dotyczącego maksymalnego limitu kar w umowie dzierżawy na poziomie 30% wartości umowy dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13. Dotyczy kryterium oceny ofert dla pakietu nr 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał jakość? W dokumentach załączonych na stronie postępowania nie ma informacji dotyczących cech produktów jakie będzie oceniał Zamawiający oraz ilości punktów za cechę jakie Zamawiający będzie przydzielał.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SWZ poprzez dopisanie do części 1 – 5 cech produktu wraz z ich punktacją, które zostaną poddane ocenie jakościowej.

Pytanie 14. Przedmiotowe środki dowodowe dla pakietu nr 1

prosimy o wykreślenie (nie dotyczy końcówek do wykonywania rozmazów – ponieważ produkt ten nie jest przedmiotem zamówienia dla pakietu nr 1.” Oświadczenie wykonawcy , że oferowane wyroby spełniają wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów do diagnostyki in vitro oraz „Ustawy o wyrobach medycznych „ (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 t.j.) i oznakowane są znakiem CE (nie dotyczy końcówek do wykonywania rozmazów krwi)- dotyczy części 1”

Odpowiedź: Słuszna uwaga, produkt ten nie jest przedmiotem zamówienia dla pakietu nr.1.

Pytanie 15.

W celu skompletowania próbek prosimy o przesunięcie terminu na składanie ofert do 14 maja.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 14/05/2024r.

UCZESTNIK NR 4

pytania część 6 Pozycja 9

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wymaga żyłek mikrotomowych przeznaczonych do skrawania cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną, wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Dozownik zawierający 50 ostrzy. Obecny opis nożyków jest nieprawidłowy i niemożliwy do spełnienia przez żadnego wykonawcę. Ostrze żyłki platerowane platyną jest ostrzem jakościowo lepszym i przede wszystkim różni się sposobem wykonania od ostrza typu "pink-technology". Wnosimy o modyfikację opisu poprzez określenie prawidłowego rodzaju ostrza tj. platerowanego platyną wraz z odpowiednim dla tej technologii 35° kąta ostrzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Pytanie 2 Dotyczy: sposób obliczania ceny – pakiet 5,6.

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych brutto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Określenie w formularzu cenowym cen jednostkowych (w szczególności c.j. brutto) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za sztukę np. szkielek, kasetek. itp. drobnego sprzętu jest niemożliwe i mocno zakrzywia wartość rynkową produktu czyniąc go produktem rażąco tanim lub o rażąco wysokiej cenie. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za opakowanie handlowe i odpowiednią modyfikację formularza cenowego.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

UCZESTNIK NR 5

Pytanie nr. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2, pozycji 1,2,3,4,8,9,11 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK NR 6

Pytanie 1 Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ

Prosimy o informację, czy ilości podane w Załączniku nr 4 określają zapotrzebowanie ilościowe na okres 24 miesięcy, zgodnie z informacją podaną w formularzu asortymentowo-cenowym, umowa natomiast ma być zawarta na okres 12 miesięcy, jak wynika z Rozdziału 8 swz?

Odpowiedź: Na 24 miesiące

Pytanie 2 Dotyczy: Część 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści próbówki do oznaczenia glukozy z fluorkiem sodu i EDTA?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 Dotyczy: Część 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści próbówki do oznaczenia glukozy z fluorkiem sodu i heparyną sodową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 Dotyczy: Część 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści próbówki do oznaczenia morfologii krwi z K3-EDTA?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 Dotyczy: Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 1)- pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na oświadczenie o wzajemnej kompatybilności elementów systemu próżniowego pochodzących od różnych producentów wystawione przez wykonawcę, bowiem zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.: „Osoby fizyczne lub prawne sporządzają oświadczenie, w przypadku gdy zestawiają wyroby noszące oznakowanie CE z wymienionymi niżej innymi wyrobami lub produktami, w sposób, który jest zgodny z przewidzianym zastosowaniem tych wyrobów lub innych produktów oraz w granicach użycia

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92
00http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



określonych przez producentów tych wyrobów lub produktów – w celu wprowadzenia ich do obrotu jako systemu lub zestawu zabiegowego”

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem wykonawca, który zestawia wyroby, odpowiada za pełną kompatybilność oferowanych produktów i to wykonawca, a nie producenci powinni składać oświadczenie o kompatybilności różnych elementów systemu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 Dotyczy: Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (Część 1)- pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie uchwytów, które oznaczenia takie jak: logo, nazwa producenta, nazwa systemu znajdują się na najmniejszym opakowaniu handlowym, a nie na samym produkcie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 Dotyczy: SWZ pkt. 21.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby cena jednostkowa za 1 szt. wyrobów była podawana z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszczają się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masywnych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny rynkowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki czy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 8 Dotyczy: Projektu umowy - Umowy dostawy - Dotyczy §2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 Dotyczy: Część 2 pozycja 10

Ponieważ pipetki Pasteura wykonane są na ogół z tworzywa polietylen, a nie z polipropylenu, czy Zamawiający dopuści pipetki wykonane z polietylenu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 Dotyczy: Część 2 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie podłoży do transportu wirusów do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 Dotyczy: Część 3 pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zamian za nożyki stalowe do nakłuwania palca następujące lancety sterylne:

Odpowiedź: Tak

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92
00http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP: 844-17-86-376, REGON 790319362, nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899





Pytanie 12 Dotyczy: Część 3 pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek staz do 1 szt.?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 12 Dotyczy: Część 5 pozycja 3 i 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty próbek szkiełek będących przedmiotem zamówienia w poz. 3 i 4, a jeśli nie – to czy wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie po 1 sztuce próbek szkiełek.

Pytanie 13

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, oraz dodatkowe dwa dni ustawowo wolne od pracy przed terminem składania ofert, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14/05/2024r.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605ze zm.) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 14/05/2024r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 14/05/2024r. godz. 13:00

Termin związania z ofertą : 12/06/2024r.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 18/TP/MN/2024 z dnia 23/04/2024r.

Z poważaniem,
Włodzimierz Żaworonok

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach