



Poznań, 04.06.2024 r.

ADZP-381-44/24

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa opatrunków"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1: Dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na głowicę USG o szerokości 15 (+/- 1 cm) i długości 122 (+/- 1cm), pozostałe parametry zgodne z SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, wyraża zgodę.

PYTANIE 2 – Część nr 1 Pozycje 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylne paski do zamykania ran z mikroporowatej włókniny poliestrowej, niewzmocnione?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.

PYTANIE 3 – Część nr 3 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków spełniający wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB. SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 4 – Część nr 3 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków z miękkich włókien alginianu wapnia i alginianu sodu – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753

e-mail: karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl