



# REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel. 12 261 88 20, fax. 12 261 88 22, email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Kraków, dnia: 2024-06-04

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania  
krwi do badań oraz probówek i pipet

Numer referencyjny: ZP-11/2024

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1 - dotyczy wzoru umowy

Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy dla pakietu nr 1. Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umowy od wartości niezrealizowanej części umowy.

#### Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### Pytanie 2 - dotyczy wzoru umowy

Dotyczy §3 ust. 6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie limitu kary do 30%.

#### Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 1

Dotyczy pakietu nr 1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania certyfikatów kontroli jakości do każdej serii produktu w zamian za udostępnienie strony www do samodzielnego pobierania certyfikatów przez Zamawiającego

#### Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis OPZ na następujący:

„Do każdej serii dostarczonych elementów wym. w poz. 1.1 – 1.10. oraz 1.11. wykonawca winien dołączyć certyfikat jakości wydany przez producenta lub udostępni adres strony WWW do samodzielnego pobierania certyfikatów przez Zamawiającego.”.

**Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 1**

Dotyczy pakietu nr 1 „Najpóźniej wraz z pierwszą dostawą elementów systemu, Wykonawca przekaze katalog produktów producenta systemu”. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, ponieważ wraz z ofertą Zamawiający otrzyma ulotki/karty katalogowe wszystkich zaoferowanych produktów.

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ rezygnując z zapisu: „Najpóźniej wraz z pierwszą dostawą elementów systemu, Wykonawca przekaze katalog produktów producenta systemu.”.

**Pytanie 5 - dotyczy pełnomocnictwa**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie pełnomocnictwa na druku Wykonawcy. Pełnomocnictwo Wykonawcy ma bardzo szeroki zakres, widnieją na nim wszystkie wymagane ustawowo dane pełnomocników, dodatkowo wpisane jest na nim kilku pracowników, którzy mogą samodzielnie pełnić funkcję pełnomocnika, co w związku ze zbliżającym się okresem urlopowym będzie dużym udogodnieniem.

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga stosowania wzorów załączonych do SWZ, w szczególności wzoru pełnomocnictwa. Mają one jedynie charakter pomocniczy, a kluczowa jest treść składanych dokumentów.

**Pytanie 6 - dotyczy zadania 1**

Dotyczy OPZ dla pak. 1 (Załącznik nr 1 do SWZ) pozycja 1.2: Czy Zamawiający dopuści próbówki z etykietami zgodnymi z normą 6710, na których zgodnie z w/w normą może znajdować się nazwa własna próbówki?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek z etykietami zgodnie z OPZ.

**Pytanie 7 – dotyczy zadania 1**

Dotyczy OPZ dla pak. 1 ( Załącznik nr 1 do SWZ): Czy Zamawiający będzie wymagał, aby potwierdzenie stabilności materiału genetycznego wirusów potwierdzić w opinii IHiT?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga opinii IHiT.

**Pytanie 8 – dotyczy zadania 1**

Dotyczy OPZ dla pakietu nr 1. Prosimy o wykreślenie normy EN ISO 17971:2019 ponieważ norma ta nie odnosi się do przedmiotu zamówienia.

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający koryguje podaną normę w SWZ poprzez zastąpienie numeru 17971:2019 numerem 14971:2019.

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.