

Kraków dnia: 2024-07-10

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie**

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne.

Numer referencyjny: ZP-19-2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

**Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik z zamykaniem jak na zdjęciu:



?

**Stanowisko Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, by otwór wrzutowy z zamykanym klipsem gwarantującym bezpieczne przechowywanie materiału zakaźnego. Ocena spełnienia zgodności z OPZ oferty następuje na etapie oceny, po otwarciu ofert. Zamawiający nie może dokonać oceny zgodności z OPZ na podstawie zdjęcia produktu, ale widoczne elementy wskazują, że zamknięcie może nie być zgodne z OPZ, gdyż nie ma wymaganego zamknięcia z klipsem.

**Pytanie:**

**Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach:

- wysokość 120mm
- średnica górna 120mm
- średnica dolna 110 mm
- średnica otworu wrzutowego 90mm?

**Stanowisko Zamawiającego:**

---

Zamawiający informuje, że wymiary zawarte w pytaniu są zgodne z OPZ po zmianie dokonanej w wyniku odpowiedzi na pytania nr 1.