

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dostawa 16 sztuk mikroskopów świetlnych (optycznych) do nowo tworzonej sali mikroskopowej w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) **Nazwa zamawiającego:** Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.3.) **Oddział zamawiającego:** Dział Zamówień Publicznych

1.4) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) **Ulica:** ul. Warszawska 24

1.5.2.) **Miejscowość:** Kraków

1.5.3.) **Kod pocztowy:** 31-155

1.5.4.) **Województwo:** małopolskie

1.5.5.) **Kraj:** Polska

1.5.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zampub@pk.edu.pl

1.5.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pk.edu.pl

1.6.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) **Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 16 sztuk mikroskopów świetlnych (optycznych) do nowo tworzonej sali mikroskopowej w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki

2.4.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d45a6946-6c6a-4d2b-bb45-98f2fdbf00f5

2.5.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00501752

2.6.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.7.) **Data ogłoszenia:** 2024-09-16

2.8.) **Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

2.11.) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

2.14.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pk.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://e-propublico.pl>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl>.

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

a) stały dostęp do sieci Internet;

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

7. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

a) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;

b) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

c) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

8. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania";

c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

9. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta "Wiadomości"). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

10. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/078/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 282369,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Badawczy mikroskop metalograficzny z kamerą o rozdzielczości 4K - 1 kpl.:

a) mikroskop:

- głowica trójokularowa z wyprowadzeniem gniazda kamery u góry głowicy
- okulary PL-10x/ min. 22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii, z muszlami ocznymi;
- obiektywy typu LWD Plan-inf. do pracy w technikach jasnego pola BF, ciemnego pola DF oraz kontrastu DIC, o długości fokalnej nie większej niż 45mm: 5x/NA 0.15/WD min. 9mm, 10x/NA 0.3/WD min. 9mm, 20x/NA 0.45/WD min. 3.3mm, 50x/NA 0.55/WD min.7.5mm, 100x/NA 0.8/WD min.2mm; miska obiektywowa 5-gniazdowa, ze slotem DIC i czujnikiem aktualnego obiektywu;
- dostępne techniki obserwacji: jasne pole BF, ciemne pole DF, polaryzacja POL, kontrast Nomarskiego DIC (polaryzator, analizator oraz wsuwka do kontrastu DIC - w zestawie);
- metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i analizatora, wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia mikroskopu oraz magnetyczny uchwyt klucza justerskiego;
- panel informacyjny na przodzie statywu z umieszczonymi: diodowym wskaźnikiem siły światła, diodowym wskaźnikiem aktualnie używanego obiektywu (dla każdego obiektywu - min. 5 pozycji)
- podczerwony czujnik trybu ECO - automatyczne wyłączenie oświetlenia mikroskopu w przypadku braku operatora po 30 min., z możliwością zmiany na 15min., 10 min. lub 5 min.;
- stolik mechaniczny trzywarstwowy o wymiarach nie mniejszych niż 240x250mm (+/- 10%), z zakresem ruchu min. 50x50mm
- oświetlenie - odbite, halogen min. 100W;
- wymagane certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, CE, RoHS

b) kamera:

- sensor - nie mniejszy niż 11x6mm, piksel - 2.9x2.9 um;
- rozdzielczość/szybkość - 3840 x 2160 / 30 fps;
- ekspozycja w zakresie min. od 0,15 ms do 1s;
- zakres regulacji temp. barwowej - w zakresie 2000 - 10000K;
- minimalny zestaw funkcji, jakie mają być realizowane przez wewnętrzne menu kamery (w trybie połączenia z monitorem 4K):
- o rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB;
- o komunikacja - co najmniej USB, HDMI, LAN, WiFi (za pomocą modułu instalowanego w USB)
- o zapis plików - JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF
- o tryb porównawczy - możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB - wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie
- minimalny zestaw funkcji, jakie mają być realizowane przez oprogramowanie PC kamery:
- o rejestracja plików w formatach co najmniej: JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM (możliwość zapisu zdjęcia przynajmniej w dwóch formatach równocześnie);
- o techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji);
- o tworzenie wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w dowolnej kolejności
- o moduł szybkiego podglądu, umożliwiający wyświetlanie min. 4 obrazów jednocześnie, z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym, wyświetlanie mapy całego obrazu z opcją śledzenia miejsc oglądanych, mapa obrazu różnicująca graficznie obejrany fragment od części nie obejranej, minimum 2 tryby widoku obrazu: rzut z góry i perspektywa;
- o moduł automatycznego zliczania z segmentacją światła, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania;
- wymagane certyfikaty: ISO 9001: 2015 producenta i autoryzowanego serwisu, RoHS, CE.

II. Studencki mikroskop metalograficzny z kamerą USB 2.0 - 15 kpl.:

a) mikroskop:

- głowica trójokularowa - kąt pochylenia 45 st., regulacja rozstawu okularów min. 48-75mm, regulacja dioptryjna okularów, tor wizyjny
- okulary WF-10x/ min. 22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii, z muszlami ocznymi;
- obiektywy typu LWD Plan inf. o długości fokalnej nie większej niż 45mm: 5x/NA 0.15/WD min.10.5mm, 10x/NA 0.3/WD min.12mm, 20x/NA 0.4/WD min. 4.mm, 50x/NA 0.55/WD min.7.5mm;
- stabilny, metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i analizatora wraz z filtrami polaryzacyjnymi;
- symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego min. 28 mm;
- stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 175x145mm z manipulatorami pionowymi (x, y);
- oświetlenie odbite - dioda LED min. 5W, przysłona połowa i irysowa;
- łącznik optyczny (adapter) 0,35x z płynną regulacją ostrości i blokadą położenia ostrości;
- wymagane certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, CE, RoHS

b) kamera:

- rozdzielczość kamery - 5 megapikseli (2592 x 1944)
- szybkość - min. 2592x1944/15fps, 640x480/30fps;
- sensor - min. 1/2.5" CMOS
- wymiar piksela - min. 2.2x2.2
- interfejs - USB 2.0

- dostępne rozdzielczości dla zdjęć i podglądu na żywo - min.: 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480;
- tryby pracy kamery - kolor, czarno-biel, negatyw;
- balans bieli - w zakresie min. 1800 - 10000 K
- regulacja jasności, kontrastu, nasycenia, odcienia, gammy, ostrość;
- możliwość przypisania funkcji: pełen ekran, wykonanie zdjęcia, zoom +/- do dowolnego symbolu z klawiatury;
- zapis w formatach min. JPG, BMP, PNG, TIF, AVI
- możliwość generowania raportów i zapisu zdjęć z wykorzystaniem dedykowanego okna oraz za pomocą predefiniowanej ścieżki do wskazanego katalogu;
- możliwość kalibracji w trybie "na żywo"
- pomiary min.: linia, linia łamana, wielokąt, prostokąt, linie równoległe, linie prostopadłe, kąt, łuk, okrąg;
- wymagane certyfikaty: ISO 9001: 2015 producenta i autoryzowanego serwisu, RoHS, CE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz oferty, zawierający m. in.: cenę, informacje o oferowanym sprzęcie – model, producenta, parametry oferowanego sprzętu oraz informacje do pozacenowych kryteriów oceny ofert - Załącznik nr 1 do SWZ.
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 2 do SWZ – o którym mowa w p. 9.1 tabela p. 1 SWZ,
- opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku

podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

- 1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
- 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu" – Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1) zmiany terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe ich zachowanie – poprzez ich przedłużenie o okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; za siłę wyższą uznaje się między innymi: powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na Wykonawcy;

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie.

3) zmiany urządzenia na urządzenie spełniające wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach postępowania, przy zachowaniu identycznych warunków gwarancji oraz rękojmi jak dla urządzenia pierwotnego oraz z zachowaniem cen określonych w ofercie, w następujących sytuacjach:

- a) w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
- b) w celu poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności dostarczanego produktu oraz bezpieczeństwa,
- c) w celu aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów
- d) gdy z powodu siły wyższej nie ma możliwości dostarczenia zaoferowanych urządzeń w terminie ustalonym w umowie a Zamawiający nie wyraził zgody na jego przedłużenie;
- e) gdy doszło do zamknięcia wstrzymania bądź uszkodzenia (w tym także czasowego) linii produkcyjnej urządzenia bądź jego części,
- f) gdy po złożeniu oferty przez Wykonawcę, urządzenie, który zaoferował bądź jego element został objęty ochroną patentową przez inny podmiot,

4) innych postanowień umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa, które uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia sytuacji określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zasadach w tym przepisie

przewidzianych.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.

5. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 nie wymaga sporządzenia aneksu i odbywa się za pisemną informacją jednej ze stron, której zmiana dotyczy.

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawiera projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-09-24 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://e-propublico.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-09-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-10-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: maksimum do 49 dni od daty zawarcia umowy.