



Znak sprawy: ADZP-381-A-265/24

Poznań, 22.11.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup urządzeń do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” - znak sprawy ADZP-381-A-265/24.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.11.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z Regulaminem Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1: dot. zad. 4, poz. II Zamrażarka medyczna do przechowywania wyrobów medycznych – Prosimy o poprawienie literówki: jest: "Możliwość pobrania danych na komputer za pomocą złącza USB", powinno być: "złącza USB".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

PYTANIE 2: zad. 4 poz. I. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sprzętu laboratoryjnego, który nie jest wyrobem medycznym, ale spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3: §2 4.napisano: "Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy spełnia wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 roku o wyrobach medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklarację zgodności". Prosimy o zmianę tego zapisu, tak by w zad. 4. poz. I (Witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami) była sprzętem laboratoryjnym i nie dotyczyły jej przepisy ustawy z dnia 07.04.2022 roku o wyrobach medycznych, zaś poz. II (Zamrażarka medyczna do przechowywania wyrobów medycznych) pozostała sprzętem medycznym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 16) Ogłoszenia o zamówieniu zmianie ulegają następujące dokumenty:

- Załącznik nr 2d do Ogłoszenia – Formularz cenowy.
- Załącznik nr 3 – wzór umowy.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono i są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
/- / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska tel. +48 61 61 62 559, e-mail: katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl