

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przeglądy i naprawy urządzeń Aesculap i BBraun.

Numer referencyjny: SZW/DZP/15/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - II

- SPROSTOWANIE

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") **wraz ze SPROSTOWANIEM wyjaśnień** dokonując **modyfikacji** SWZ w zakresie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - §3 ust. 1 pkt. 16

Prosimy o dodanie zapisu: „Konieczność użyczenia powinna wynikać z pisemnego zgłoszenia Zamawiającego na adres mailowy: ats.acp@bbraun.com”.

Było (przed sprostowaniem): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Vide: par 11 ust. 1 gdzie są podane osoby do kontaktu ze strony użytkownika (Zamawiającego).

Jest (zgodnie ze sprostowaniem z dnia 02.04.2025 r.): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w tym zakresie Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - §4 ust. 4

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca ma obowiązek zdiagnozować awarię w terminie do (zgodnie z zadeklarowanym w kryterium K-2 terminie) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin ten jest rozumiany jako kontakt z użytkownikiem w celu ustalenia zakresu usterki/naprawy i dalszego toku postępowania. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia do siedziby serwisu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pisemną kalkulację kosztów naprawy (iloczyn ilości roboczogodzin niezbędnych do naprawy, koszty części zamiennych oraz koszty wysyłki ilość przewidywanych roboczogodzin plus cena na adres e-mail: medycy@lutycka.pl jednocześnie dw. katarzyna.gatz@lutycka.pl oraz techniczny@lutycka.pl”.

Z uwagi na określenie przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) ilości roboczogodzin niezbędnych do napraw, prosimy o uwzględnienie przekroczenia ilości roboczogodzin. Wówczas decyzja o naprawie będzie leżeć po stronie Zamawiającego.

Było (przed sprostowaniem): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. W każdym przypadku decyzja należy do Zamawiającego, niezależnie od tego, czy naprawa mieści się czy nie w limicie wskazanych w umowie godzin.

Jest (zgodnie ze sprostowaniem z dnia 02.04.2025 r.): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w tym zakresie Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia - II nr 2025/BZP 00170387 z dnia 2025-04-01

Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa