

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i napraw kontenerów do sterylizacji będących na stanie Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią

Zadanie nr 1 – Przeglądy i naprawa kontenerów Wagner

W ramach zamówienia wykonywane prace polegać będą na naprawie kontenerów do sterylizacji oraz wykonaniu przeglądów technicznych

- 1) Wykonawca wykona naprawę, polegającą na wymianie uszkodzonych części kontenerów, w siedzibie Zamawiającego, zakończoną wystawieniem raportu technicznego
- 2) Wymienione części muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, oryginalne lub zamienniki dopuszczone do stosowania przez wytwórcę (producenta), wg poniższej tabeli:

Seria kontenera	Ilość sztuk	Zakres czynności
Seria 3 – kontenery o wymiarach: 30x30x30 cm	29	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana uszczelki pokrywy wewnętrznej - wymiana uszczelki zaworu kondensatu - wymiana osłon rączek - regulacja pokrywy zewnętrznej - regulacja pokrywy wewnętrznej - wymiana Thermolock
Seria 6 – kontenery o wymiarach: 60x30x30/15 cm	20	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana nosków ślizgowych - równanie krawędzi - regulacja zamków - nitowanie podstawy - zawór pokrywy wewnętrznej - zawór kondensatu wanny

- 3) Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do odbioru wszystkich wymontowanych części podlegających wymianie i zapewnia ich utylizację lub recykling, jeśli ich utylizacja lub recykling są wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
- 4) Przeglądy będą wykonywane:
 - zgodnie z zaleceniami producenta,
 - zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 - w siedzibie Zamawiającego,
 - muszą zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania ze sprzętu
 - zakończone wystawieniem raportu technicznego
- 5) Wykonawca zobowiązany jest dysponować w w/w zakresie opisu zamówienia odpowiednią wykwalifikowaną kadrą pracowniczą

Zadanie nr 2 – Przeglądy i naprawa kontenerów Aesculap

W ramach zamówienia wykonywane prace polegać będą na naprawie kontenerów do sterylizacji oraz wykonaniu przeglądów technicznych

- 1) Wykonawca wykona naprawę, polegającą na wymianie pokryw kontenerów, w siedzibie zamawiającego, zakończoną wystawieniem raportu technicznego
- 2) Wymieniane pokrywy do kontenerów mają posiadać parametry techniczne:
 - wykonane z grubego aluminium min. 2mm grubości z filtrem PTFE walidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych,
 - filtr pracujący w systemie otwartym, stanowiący barierę mikrobiologiczną,
 - zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali,
 - kolor pokrywy do wyboru przez zamawiającego: czerwony, niebieski, zielony złoty, srebrny – ustalane na etapie wykonania.
 - pokrywy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, oryginalne lub zamienniki dopuszczone do stosowania przez wytwórcę (producenta), kompatybilne z kontenerami firmy Aesculap posiadanymi przez Zamawiającego
- 3) Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do odbioru wszystkich wymontowanych części podlegających wymianie i zapewnia ich utylizację lub recykling, jeśli ich utylizacja lub recykling są wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
- 4) Przeglądy będą wykonywane:
 - zgodnie z zaleceniami producenta,
 - zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 - w siedzibie Zamawiającego,
 - muszą zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania ze sprzętu
 - zakończone wystawieniem raportu technicznego
- 5) Wykonawca zobowiązany jest dysponować w w/w zakresie opisu zamówienia odpowiednią wykwalifikowaną kadrą pracowniczą

Przedmiot umowy	typ	Ilość sztuk
POKRYWA KONTENERA ROZMIAR 1/2, WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI, WYMIARY 298 X 281 X 36 MM Z FILTREM PTFE ZWALIDOWANYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, STANOWIĄCY BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. KOLOR POKRYWY DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY ZŁOTY, SREBRNY. KOMPATYBILNA Z KONTENERAMI FIRMY AESCULAP POSIADAJĄCYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.	JP121, JP122, JP123, JP124, JP125	22
POKRYWA KONTENERA ROZMIAR 1/1, WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI, WYMIARY 588 X 281 X 36 MM Z DWOMA FILTRAMI PTFE ZWALIDOWANYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, STANOWIĄCY BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. KOLOR POKRYWY DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY ZŁOTY, SREBRNY. KOMPATYBILNA Z KONTENERAMI FIRMY AESCULAP POSIADAJĄCYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.	JP101 JP102 JP103 JP104 JP105	1

Wszystkie pokrywy nowe i nieużywane, rok produkcji 2024/2025