

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup Laparoskopu 4K wraz z kamerą ICG do chirurgii otwartej oraz Systemu termoablacji mikrofalowej w ramach realizacji zadania: „Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” - dwa zadania: 1. Zakup Laparoskopu 4K wraz z kamerą ICG do chirurgii otwartej 2. Zakup Systemu termoablacji mikrofalowej.

Numer referencyjny: SZW/DZP/28/2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 2 System do termoablacji mikrofalowej

W specyfikacji wskazujemy na znaki towarowe i pochodzenie przedmiotu zamówienia, co w tej sytuacji może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji i zostało wskazane w ustawie jako szczególny przypadek opisu, który może uniemożliwiać uczciwą rywalizację.

Przykład:

1. Wskazanie konkretnych parametrów i patentów : Anteny jednorazowego użytku 13 Fr długości: 15 cm, 20 cm, 30 cm, ze strefą radiacyjną 2,8 cm w kolorze innym niż osłona anteny, z 2 klipsami stabilizującymi antenę na obłożeniu pacjenta + pakiet startowy 3 anten o długości 20 cm , pokrętła na panelu, wymiary generatora, kabel łączący o długości 190 cm i średnicy 14 mm!, Zintegrowane gniazdo mikrofalowe i danych (do podłączania przewodu do ablacji wielokrotnego użytku) , konkretne wymiary anten, co 1 cm pozwalająca uzyskać sferyczność  $> 0.90$  potwierdzona w badaniu ex vivo.

Takie parametry nie tylko mogą stanowić ograniczenie konkurencji, ale co gorsza, utrudniają uczciwą rywalizację, co jest sankcjonowane w ustawie Pzp.

Zwracamy się do Zamawiającego o zbadanie - zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp - czy takie wskazanie parametrów jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz czy Zamawiający nie miał możliwości opisu przedmiotu zamówienia w inny sposób. Naszym zdaniem występuje przesłanka opisana w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

## Pytanie nr 2

Zadanie nr 2 System do termoablacji mikrofalowej

Czy Zamawiający dopuści zaproponowane parametry określone w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia za równoważne i dzięki temu uzyska konkurencyjność cenowo - jakościową w pakiecie na system do termoablacji mikrofalowej, podane w kolumnie Parametr oferowany:

dla urządzenia Solero określone w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego pod aparat starszej generacji aparat Emprint , który ma mniejszą strefę ablacji i gorsze parametry techniczne.

System do termoablacji mikrofalowej SOLERO



Oferujemy system mikrofalowej ablacji tkanek Solero, wskazany do ablacji tkanek miękkich podczas zabiegów otwartych, laparoskopowych i przezskórnych.

- Moc 140W
- Rodzaj promieniowania: mikrofala
- Częstotliwość: 2,45 GHz
- Rodzaj chłodzenia: zintegrowana pompa perystaltyczna

Zaproponowany aparat jest nowszym rozwiązaniem. Zaoferowane wymiary nie mają wpływu na terapię, Urządzenie generatora samosterujące dla pompy perystaltycznej bez udziału człowieka, nie wymaga dodatkowej obsługi dłuższe kable i przewody to parametr lepszy, większy zasięg dla użytkownika, wbudowany system automatycznego wykrywania to parametr lepszy niż gniazdo podłączenia zdalnego czujnika temperatury. Regulacja dotykowa płynna zamiast regulacji pokręteł skokowo co 5 W jest parametrem lepszym i o większej precyzji dodatkowo oferujemy wózek jezdny pneumatyczny z regulowaną wysokością jako wygodne rozwiązanie dla operatora, zamiast tradycyjnej półki jezdnej przygotowanej pod dwa aparaty- pompę i generator, które w przypadku urządzenia Emprint muszą być mocowane razem ze względu na bezpieczeństwo pracy(woda + prąd w obiegu otwartym)

Niedopuszczenie produktu równoważnego i pozostawienie parametrów w OPZ ogranicza konkurencję, pogarsza komfort pracy oraz naraża Zamawiającego na poważne naruszenie Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 3**

Zadanie nr 2 System do termoablacji mikrofalowej

W przypadku braku zgody na produkt równoważny Prosimy o obiektywne wyjaśnienie w SWZ okoliczności związanymi z zachowaniem parametrów w pakiecie 2 ?

Prosimy wyjaśnienie potrzeb Zamawiającego, które również dają się obiektywnie i racjonalnie uzasadnić potrzebę zachowania tych konkretnych parametrów będących cechami konkretnego produktu od konkretnego wykonawcy. Naszym zdaniem parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia mogą być rozszerzone o konkurencję, co nie ma negatywnego wpływu na terapię .

Niedopuszczenie produktu równoważnego i pozostawienie parametrów w OPZ ogranicza konkurencję oraz naraża Zamawiającego na poważne naruszenie Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuścił zaproponowane rozwiązanie – odpowiedź na pytanie nr 2.

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczy: Części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w części nr 1 w szczególności: wózek aparaturowy i jego komponenty: wysięgnik na płyny infuzyjne, uchwyt butli CO<sub>2</sub>, uchwyt kamery, szyna sprzętowa oraz pokrywa kosza drucianego, mata silikonowa, paski silikonowe i kołki mocujące, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny) ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający pozostawia niniejsze pytanie bez odpowiedzi, gdyż zostało zadane do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) sprzed modyfikacji z dnia 08.05.2025 r. Od dnia 08.05.2025 r. obowiązuje nowy OPZ dotyczący zadania nr 1.

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy: Części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu reakcji serwisowej do 72 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia usterki lub wady dla pakietu nr 1? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający pozostawia niniejsze pytanie bez odpowiedzi, gdyż zostało zadane do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) sprzed modyfikacji z dnia 08.05.2025 r. Od dnia 08.05.2025 r. obowiązuje nowy OPZ dotyczący zadania nr 1.

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy: Części nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający pozostawia niniejsze pytanie bez odpowiedzi, gdyż zostało zadane do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) sprzed modyfikacji z dnia 08.05.2025 r. Od dnia 08.05.2025 r. obowiązuje nowy OPZ dotyczący zadania nr 1.

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy: Części nr 1

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę/ wymianę ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający pozostawia niniejsze pytanie bez odpowiedzi, gdyż zostało zadane do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) sprzed modyfikacji z dnia 08.05.2025 r. Od dnia 08.05.2025 r. obowiązuje nowy OPZ dotyczący zadania nr 1.

### **Pytanie nr 8**

Dotyczy: Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza generator prądu o częstotliwości radiowej służącym do termoablacji tkanki miękkiej łącznie z częściową lub pełną ablacją nieoperowalnych guzów wątroby, nerki, płuc o następujących parametrach ?:

1. Budowa modułowa: generator, pompa perystaltyczna oraz oprzyrządowanie
2. Możliwość pracy z podwójnym włącznikiem/ wyłącznikiem nożnym z funkcją regulacji mocy częstotliwości radiowej.
3. Włącznik nożny uruchamiający i zatrzymujący ablację z możliwością zwiększania i zmniejszenia mocy termoablacji
4. Waga generatora max.9 kg.
5. Parametry generatora: napięcie znamionowe min.100-230 V, pomiar impedancji od min.10 do max.800  $\Omega$ , moc 200 W, częstotliwość max.480 kHz
6. Zakres pomiaru temperatury od min.5°C do max.95°C
7. System wewnętrznego chłodzenia perystaltycznego wchodzący w skład pompy perystaltycznej stanowiącej osobne urządzenia
8. Ciągły pomiar impedancji tkanki.
9. Praca w trybie monopolarnym i bipolarnym
10. Pompa perystaltyczna z uchwytem na rurki, automatycznym zaciskiem rurki, uchylną pokrywką, głowicą
11. Wyświetlenie wykresu i wartości wyjściowej zmierzonej aktywną końcówką elektrody w momencie osiągnięcia mocy wyjściowej częstotliwości radiowej
12. Wzrost mocy częstotliwości radiowej w zakresie min. od 0 W do max. 30 W z dokładnością co 5 W.
13. Elektroda monopolarna parametry: min.: średnica 18G/1.36mm, długość robocza 70mm, długość aktywna 7mm, w zestawie elektrody neutralne i dreny. Produkt sterylizowany jednorazowy = 5 kompletów

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 9

Pytanie dotyczy: VII Kamera do zabiegów otwartych z użyciem zieleni indocyjaninowej ICG umożliwiająca pracę podczas zabiegów hybrydowych bez konieczności wymiany głowic lub optyk - 1 zestaw

Czy Zamawiający poprzez zapis „umożliwiająca pracę podczas zabiegów hybrydowych bez konieczności wymiany głowic lub optyk” rozumie możliwość jednoczesnego użycia kamery laparoskopowej oraz kamery do zabiegów otwartych gotowych do wizualizacji z użyciem zieleni indocyjaninowej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza. Zamawiający oczekuje urządzenia umożliwiającego jednoczesne użycie kamery laparoskopowej oraz kamery do zabiegów otwartych gotowych do wizualizacji z użyciem zieleni indocyjaninowej.

### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 2; dopuści system do termoablacji ECO dający dodatkowe możliwości zastosowania i pozwoli zwiększyć zakres wykorzystania.

Między innymi posiadający dodatkowy tryb pozwalający wykonywać ablację mikrofalową guzów piersi. Posiadający tryb pulsacyjny zmniejszający odczucie bólu i dyskomfortu podczas ablacji. Szeroki zakres anten w tym jedyną MRI z chłodzeniem wodnym.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 2) nr 2025/BZP 00242655 z dnia 2025-05-22.

*Zamawiający  
/-/ p. o. Z-cy Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Krystyna Piątkowska*