

Suwałki, dnia 04/07/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.319/46/TP/AK/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 46/TP/MN/2025**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### UCZESTNIK 1

**Pytanie nr 1 dot. Części nr 2 Sprzęt jednorazowego użytku do laparoskopii i zabiegów otwartych, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długości 37 mm, średnicy 5 mm, z prostymi, tępymi szczękami z technologią minimalizującą przywieranie tkanki. Aktywowane włącznikiem ręcznym. Narzędzie z wbudowanym nożem z przewodem, obracany trzonem aż 360 stopni, kompatybilne z generatorem Voyant, który zostanie udostępniony nieodpłatnie z pełnym ubezpieczeniem serwisowym na czas trwania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 2 dot. Części nr 2 Sprzęt jednorazowego użytku do laparoskopii i zabiegów otwartych, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków, długość 19,3 cm, linia koagulacji 17 mm, linia cięcia 15 cm, aktywowane włącznikiem ręcznym, z przewodem, kompatybilne z generatorem Voyant, który zostanie udostępniony nieodpłatnie z pełnym ubezpieczeniem serwisowym na czas trwania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3 dot. Części nr 2 Sprzęt jednorazowego użytku do laparoskopii i zabiegów otwartych, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych służące do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 5mm, długość trzonu 37 cm, trzon obracany aż 360 stopni, szczęki zakrzywione typu Maryland, z technologią minimalizującą przywieranie tkanki, szczęki z wbudowanym nożem, niezależna aktywacja noża, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Voyant, który zostanie udostępniony nieodpłatnie z pełnym ubezpieczeniem serwisowym na czas trwania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4 dot. Części nr 2 Sprzęt jednorazowego użytku do laparoskopii i zabiegów otwartych, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 20 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 12.7mm x 15.875mm, szczęki zakrzywione anatomicznie. Długość uszczelniania 40 mm, długość cięcia 38 mm, technologia minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Pakowane po 6 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### UCZESTNIK 2

**Pytanie 1 Część nr 3, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do elektrod monopolarnych o długości 145mm, gniazdo 4 mm z sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem elektrod, 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem o dl. 5 m., wtyczka 3 pin oraz uchwyt do elektrod monopolarnych o długości 160mm, gniazdo 4 mm z sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem elektrod, 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem o dl. 4 m., wtyczka współosiowa Koax do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2 Część nr 3, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową, prostą, o długości 55 mm, do trzonka Ø 4mm, o dl. igły 22 mm, o Ø igły 0,7 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3 Część nr 3,, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatulkową, prostą, o długości 55 mm, do trzonka Ø 4mm, wymiary ostrza 3,0mm x 25mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4 Część nr 3, pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, o długości 53 mm, do trzonka Ø 4mm, wymiary noża 25 x 3,0 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5 Część nr 3, pozycja 5:**

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, o długości 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6 Część nr 3, pozycja 6:**

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, o długości 220 mm, szerokość części roboczej 2mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7 Część nr 3, pozycja 7:**

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, o długości 160 mm, szerokość części roboczej 1mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8 Część nr 3,pozycja 8:**

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z odgiętą końcówką, o długości 195 mm, szerokość części roboczej 2mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9 Część nr 3,pozycja 9:**

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z odgiętą końcówką, szerokość części roboczej 1mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10 Część nr 3,pozycja 10:**

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do szczypiec, o długości 5m, wtyczka od strony aparatu żeńska symetryczna Ø2/6mm (typ Martin) lub 2-bolcowa 28,60 mm lub okrągła typ Erbe ; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - do wyboru przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11 Część nr 3, pozycja 11:**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prosta, o śr. 4 mm, o długości 128 mm, do trzpienia o śr. 4 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12 Część nr 3, pozycja 12:**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prosta, o śr. 6 mm, o długości 130 mm, do trzpienia o śr. 4 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## UCZESTNIK 3

### CZĘŚĆ 3

#### Pytanie 1 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 150mm, kabel 5m.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2**

Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem wtyku Koax Zamawiający ma na myśli wejście typu Erbe 5 mm, jak na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź: Nie. Zamawiający miał na myśli uchwyt z wtykiem typu Martin.**

**Pytanie 3 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie elektrody igłowej, trzpień 4 mm, o wymiarach jak poniżej:



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4 Poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie elektrody szpatułkowej, trzpień 4 mm, o wymiarach jak poniżej:



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5 Poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej, trzpień 4 mm, o wymiarach jak poniżej:



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6 Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m, przystosowanego do 50 cykli sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7 Poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie długości 225mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8 Poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie długości 165mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9 Poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m, przystosowanego do 50 cykli sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10 Poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie elektrody kulkowej, trzpień 4 mm, o wymiarach poniżej:



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11 Poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie elektrody kulkowej, trzpień 4 mm, o wymiarach poniżej:



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

**Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 46/TP/MN/2025 z dnia 25/06/2025r.**

Z poważaniem

**Adam Szałanda**  
DYREKTOR  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach