

Suwałki, dnia 10/07/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.336/47/TP/AK/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 47/TP/MN/2025

Dotyczy: **Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera W Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie do części 2

w odpowiedzi na udzielone wyjaśnienia do SWZ (pismo nr SZW.DZI.262.320/47/TP/AK/2025 z dnia 04.07.2025 r.), uprzejmie prosimy o ponowne rozważenie możliwości dopuszczenia do pakietu nr 2 dializatorów z błoną heliksonową sterylizowanych radiacyjnie (GAMMA). Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 określił, że przedmiotem dostawy mają być dializatory niskoprzepływowe do hemodializy z błoną polisulfonową lub polinefronową lub heliksonową, sterylizowane parą wodną. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie uczestnika dotyczące dopuszczenia dializatorów z błoną polieterosulfonową (PES) sterylizowanych radiacyjnie, Zamawiający wyraził zgodę. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że błona heliksonowa, będąca zastrzeżonym oznaczeniem handlowym, również występuje w wersji sterylizowanej promieniami gamma, co jest zgodne z powszechnymi praktykami producentów oraz odpowiada wysokim standardom bezpieczeństwa klinicznego. Umożliwienie zaofiarowania takiego produktu zwiększyłoby konkurencyjność postępowania i poszerzyło krąg potencjalnych oferentów, bez obniżania jakości oferowanych wyrobów. Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji oraz dążenie do zapewnienia Zamawiającemu szerokiego wyboru produktów spełniających najwyższe standardy, uprzejmie prosimy o dopuszczenie do pakietu nr 2 dializatorów z błoną heliksonową sterylizowanych radiacyjnie (GAMMA), przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych ze SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 14/07/2025r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 14/07/2025r. godz. 13:00

Termin związania z ofertą: 12/08/2025r

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 47/TP/MN/2025 z dnia 30/06/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach