

Suwałki, dnia 10/07/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.337/41/PN/AK/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 41/PN/AK/2025****Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Zakup i dostawa sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 tj.)– dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1.****Pytanie 1****Dot. Część 3 – mammograf, odpowiedź na pytanie Uczestnika nr 1 z dnia 01.07.2025 dotycząca Punkt 90**

W świetle udzielonych odpowiedzi czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści rozwiązanie, w którym na stacji akwizycyjnej generowany i wyświetlany jest zrekonstruowany wolumen badania 3D w formie płaszczyzn, a generowanie syntetycznych zdjęć 2D na podstawie badania tomosyntezy wykonywane jest na stacji lekarskiej? Takie rozwiązanie pozwala na jeszcze dokładniejszą weryfikację poprawności wykonanego badania.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi z dnia 01/07/2025 w zakresie UCZESTNIKA nr 2 Pytanie w nawiązaniu do - Część 3 - mammograf, Punkt 90

**jest:**

Pytanie

W nawiązaniu do - Część 3 - mammograf, Punkt 90

Prosimy o doprecyzowanie, czy obrazy syntetyczne 2D generowane z tomosyntezy mają być tworzone bezpośrednio na stacji akwizycyjnej oraz dostępne do podglądu również dla technika elektroradiologii bezpośrednio po zakończeniu ekspozycji, w celu weryfikacji poprawności wykonania badania. Prosimy również o potwierdzenie, czy obrazy te powinny być zapisane w formacie DICOM i wysyłane z stacji akwizycyjnej do stacji opisowej oraz systemu PACS.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**powinno być:**

Pytanie

W nawiązaniu do - Część 3 - mammograf, Punkt 90

Prosimy o doprecyzowanie, czy obrazy syntetyczne 2D generowane z tomosyntezy mają być tworzone bezpośrednio na stacji akwizycyjnej oraz dostępne do podglądu również dla technika elektroradiologii bezpośrednio po zakończeniu ekspozycji, w celu weryfikacji poprawności wykonania badania. Prosimy również o potwierdzenie, czy obrazy te powinny być zapisane w formacie DICOM i wysyłane z stacji akwizycyjnej do stacji opisowej oraz systemu PACS.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza by obrazy syntetyczne 2D generowane z tomosyntezy były tworzone bezpośrednio na stacji akwizycyjnej oraz dostępne do podglądu również dla technika elektroradiologii bezpośrednio po zakończeniu ekspozycji, w celu weryfikacji poprawności wykonania badania oraz by obrazy te były zapisane w formacie DICOM i wysyłane z stacji akwizycyjnej do stacji opisowej oraz systemu PACS.**

Tym samym Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 t.j.), informuje, że zmianie ulegają terminy

- **składania ofert, z dnia 2025-07-11 godz. 11:00 na dzień 2025-07-17 godz. 11:00.**
- **otwarcia ofert, z dnia 2025-07-11 godz. 12:00 na dzień 2025-07-17 godz. 12:00.**
- **Związania ofertą z dnia 08/10/2025r. na 14/10/2025r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl), Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 41/PN/AK/2025 z dnia 03/06/2025r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach