

Suwałki, dnia 22/07/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.359/49/TP/AK/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 49/TP/MN/2025

Dotyczy: **DOSTAWA ROZTWORÓW DO DIALIZ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

część 1 pozycja 10

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w części 1 poz. 10 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

- średnica 11 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego

- średnica 13 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2.

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1 poz. 10 i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 2

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w części 2 kanistrów o pojemności 4,7L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy o możliwość zaofiarowania koncentratów do dializ bez odbioru baniaków po zużytych koncentratach



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie koncentratu bez kwasu cytrynowego – 0,8mmol/l
Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto **wadliwej części** zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 ust. 8 umowy,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na platformie postępowania www.e-propublico.pl .
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 49/TP/MN/2025 z dnia 11/07/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach