

Suwałki, dnia 14/08/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.386/56/PN/MN/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 56/PN/MN/2025

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 Dotyczy: PAKIET XVII. TEST LATEKSOVY DO IDENTYFIKACJI STAPHYLOCOCCUS AUREUS, Formularz asortymentowo – cenowy, pozycja nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu konfekcjonowanego po 50 testów w opakowaniu, z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego ilość 1 500 testów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy: PAKIET XVIII. TEST LATEKSOVY DO IDENTYFIKACJI PACIORKOWCÓW β -HEMOLIZUJĄCYCH, Formularz asortymentowo – cenowy, pozycja nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu konfekcjonowanego po 60 testów w opakowaniu, z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego ilość 500 testów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy: PAKIET XXI. TEST DO WYKRYWANIA β -LAKTAMAZ BAKTERYJNYCH, Formularz asortymentowo – cenowy, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast krążków pasków z wysyconym polem reakcyjnym do wykrywania β -laktamaz, konfekcjonowanych również po 50 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr VIII, poz. 2

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 100% i swoistości 95,2% wyznaczonych względem mikroskopii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr VIII, poz. 4

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,9% i swoistości 95,5%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr VIII, poz. 6

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów immunochromatograficznych o czułości 0,39 ng/ml dla GDH, 2 ng/ml dla toksyny A oraz 3,12 ng/ml dla toksyny B? Wskazany testem dysponuje jedna firma na rynku co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty przez innych wykonawców.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr XV, poz. 5

czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kontroli ujemnej?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr XV, poz. 5

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 93% i swoistości 99,8%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr XV, poz. 5

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości ogólnej.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu nr XV, poz. 6-8

czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu umożliwiając złożenie oferty większej ilości wykonawcom?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 3

części 5:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w dzierżawę urządzeń: mikroskopu fluorescencyjnego (2011 r.), płuczki (2012 r.) i czytnika do testów ELISA (2015 r.), skanera (2014 r.), kołyski (2008 r.) które są aktualnie użytkowane przez Zamawiającego? Sprzęt jest w pełni sprawny technicznie, spełnia wszelkie pozostałe wymagania Zamawiającego i posiada aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w dzierżawę skanera i kołyski, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych? Proponowane urządzenia są dopuszczone do obrotu na podstawie innych, odrębnych przepisów i regulacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4, część 5 ELISA, testu do półilościowego oznaczania przeciwciał przeciwko KZM w klasie IgM?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie, w pozycji 5, część 5 ELISA, testu, w którym, aby uzyskać wynik w jednostkach Vienna należy dokonać konwersji wyników z jednostek RU/ml na jednostki VIEU/ml według schematu podanego w instrukcji do testu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zgłaszania awarii oraz uzyskiwanie telefonicznej porady od serwisu wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy oferowanego sprzętu do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

W związku z planowaną zmianą składów alergenowych, przez wytwórcę testów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w trakcie trwania umowy, w poz. 6 część 5 BLOT – panel zwierzęta, zestawów testowych w których alergen Mix piór ptaków klatkowych 3 es173, zostanie zastąpiony mixem piór es2 (kura, gęś, kaczka)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

W związku z planowaną zmianą składów alergenowych, przez wytwórcę testów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w trakcie trwania umowy, w poz. 7 część 5 BLOT – panel alergeny domowe, zestawów testowych w których alergeny : e7 (odchody gołębie) i m37 (Trichophyton mentagrophytes) zastąpione zostaną alergenami: d70 (Acarus siro) i d201 (Blomia tropicalis)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

W związku z planowaną zmianą składów alergenowych, przez wytwórcę testów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w trakcie trwania umowy, w poz. 10 część 5 BLOT – panel warzywa, zestawów testowych w których alergen f86 (Pietruszka) zostanie zastąpiony alergenem f48 (Cebula)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

W związku z planowaną zmianą składów alergenowych, przez wytwórcę testów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w trakcie trwania umowy, w poz. 11 część 5 BLOT – panel owoce, zestawów testowych w których alergen f122 (Oliwki) zostanie zastąpiony alergenem f72 (Ananas)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UCZESTNIK 4

Pytanie 1 PAKIET VIII Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów pakowanych jednostkowo, tj. po 1 sztuce w opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 5

Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy par 5 ust 2 dla pakietu nr 27

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu §5 ust 2 w następujący sposób:

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejne dostawy dla Zamawiającego wynikające z zawartej umowy dopiero w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje dwóch faktur w terminie.

Uzasadnienie: Dostawa produktów, za które nie są opłacane faktury w terminie, prowadzi do znacznego zmniejszenia płynności finansowej po stronie Wykonawcy. Wprowadzenie możliwości wstrzymania dostaw w przypadku dwóch niezapłaconych faktur pozwoli Wykonawcy na minimalizowanie ryzyka związanego z brakiem płynności finansowej i zapewni stabilność realizacji umowy.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 6

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet nr III, Załącznik nr 5 do SWZ, Formularz asortymentowo- cenowy (do pakietów I – VI)

Zamawiający w Rozdziale 6 SWZ wskazuje termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy. W formularzu asortymentowo-cenowym (do pakietów I – VI) wskazuje również konieczności oszacowania ilości opakowań na 36 miesięcy, natomiast okres dzierżawy analizatora/analizatorów określony jest na 24 miesiące. Bardzo prosimy o informację na jaki okres Wykonawca ma wycenić dzierżawę analizatora w Pakiecie III?

Odpowiedź: Dzierżawa również ma być wyceniona na 36 miesięcy.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr III, Załącznik nr 2, Umowa dzierżawy § 10.

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jako jedną z alternatywnych form świadczenia usług serwisowych, dodatkowo do telefonicznych i stacjonarnych, był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem/analizatorami realizowany za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie? Aplikacja aparatu zawiera zintegrowany VPN ProxyPro SSL. Ze względu na wbudowaną ochronę systemu operacyjnego, nie ma możliwości instalacji VPN innych dostawców.

Rodzaj rozwiązania	Nazwa usługi/serwera	Adresy URL (FQDN)	Porty	Adresy IP
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (globalna)	Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net Remotedk10.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188

		Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net		195.41.216.131 195.41.216.210
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (CN)	Remotecn.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	58.247.178.253
Analizy danych (RadCon)	Device Insights (RadCon/gen. 1)	heimdall.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.173
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Serwer udostępniania urządzeń	global.azure-devices-provisioning.net	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Azure IOT Hub	lc-westeuropa-iothub.azure-devices.net	TLS (https) TCP/443	40.113.176.171
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługi Microsoft Azure API Management	lc-westeuropa-iotgw-apim.azure-api.net	TLS (https) TCP/443	52.142.194.244
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługa analityczna Microsoft Cloud Log	185db0bb-4ac1-4449-9920-d85ee8b30bc2.ods.opinsights.azure.com	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Device Code Authentication (MFA)	login.microsoftonline.com	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UCZESTNIK 7

Pytanie 1 dotyczy pakiet XII poz.3

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie Fuksyny karbolowej w opakowaniach 500ml?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu XXII poz.1

Czy Zamawiający w kolumnie "j.m." jako "sztukę" ujął 1 ampulkę czy jedno opakowanie składające się z 50 ampulek?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli jedną ampulkę.

UCZESTNIK 8

Dotyczy: SWZ

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie oraz sprostowanie rozbieżności dotyczącej terminu realizacji zamówienia. W treści SWZ, w tym w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wskazano okres 36 miesięcy, natomiast w projekcie umowy przewidziano realizację dostaw w okresie 24 miesięcy

Odpowiedź: Okres obowiązywania umowy to 36 miesięcy.

Dotyczy: Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ dla PAKIETU XI

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 1-4, 10, 12 oraz 24 podłoża na płytkach w opakowaniach po 20 sztuk?

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy oraz konsekwentnym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji, robotyzacji i standaryzacji procesów produkcyjnych, wprowadziliśmy szereg zmian mających na celu dalszą optymalizację jakości i efektywności naszej działalności. Jednym z kluczowych elementów tych działań jest uruchomienie nowej, w pełni zautomatyzowanej linii pakującej, która umożliwi precyzyjne i bezpieczne pakowanie naszych wyrobów. Nowy sposób pakowania stanowi bezpośredni rezultat wdrożonych procesów technologicznych oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących wyrobów medycznych, które uniemożliwiają dalszą sprzedaż produktów w ilościach mniejszych niż pełne opakowanie handlowe. Jesteśmy przekonani, że zmiana ta przyczyni się do usprawnienia procesów logistycznych, zwiększenia zgodności z wymaganiami rynkowymi oraz zapewni jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i jakości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ogółu ilości w danej części.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 13-14 podłoża w probówkach o zawartości 7 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 18-19 podłoża w probówkach o zawartości 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 19 podłoża z dodatkiem witaminy K3 zamiast K1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu podłoża z pozycji nr 20?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 20 podłoża w probówce o zawartości 5 ml lub 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 13-14, 16, 18, 21 oraz 22 podłoża w probówkach w opakowaniach po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ogółu ilości w danej części.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 22 podłoża w probówce o zawartości 1,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie kryterium nr 3 „Termin ważności”, określonego w SWZ.

W naszej ocenie, przyjęte rozwiązanie może prowadzić do trudności interpretacyjnych i potencjalnej nieporównywalności ofert, ponieważ w ramach jednego pakietu zamówienia ujęto różnorodne asortymenty – w tym podłoża mikrobiologiczne zarówno w płytkach, jak i w probówkach, o istotnie zróżnicowanych terminach ważności wynikających ze składu i formy produktu.

Dla przykładu:

Standardowy termin ważności podłoża mikrobiologicznych na płytkach u danego Wykonawcy wynosi 3 miesiące od daty produkcji, a w przypadku podłoża z dodatkiem krwi termin ten skraca się nawet do 45 dni.

Z kolei podłoża w probówkach, w zależności od składu, mogą mieć terminy ważności wynoszące 6 lub 12 miesięcy.

W związku z powyższym, określenie jednolitego terminu ważności dla całego pakietu wydaje się być niemożliwe do zastosowania w praktyce i może skutkować nieuzasadnionym obniżeniem punktacji dla Wykonawców, których oferta zawiera produkty o naturalnie krótszym okresie trwałości – niezależnie od ich jakości, przydatności czy zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

Zwracamy również uwagę, że taka konstrukcja kryterium może naruszać zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji, określone w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy oferujący produkty o krótszym, lecz technicznie uzasadnionym i nieuniknionym terminie ważności, są bowiem z góry stawiani w mniej korzystnej pozycji, niezależnie od spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału 18 opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w następujący sposób dla każdej części / pakietu przedmiotowego postępowania.

Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów

L.p.	NAZWA KRYTERIUM	WAGA
1.	CENA	100 %

1. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

1/ **Kryterium nr 1: „Cena”** oceniane będzie jak niżej:

$$X = \frac{C_{\min} \times 100}{C_o}$$

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

C_{min} – najniższa cena ze złożonych ofert

C_o – cena ocenianej oferty

Maksymalna liczba punktów – 100 pkt.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość deklarowania różnych terminów ważności dla poszczególnych pozycji asortymentowych zawartych w ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający określa terminy ważności w załączniku nr 8 do SWZ.

Pytanie 12

Czy rozważa zmianę sposobu oceny kryterium „Termin ważności” tak, aby uwzględniał on specyfikę poszczególnych produktów – np. poprzez ocenę w odniesieniu do konkretnych pozycji lub grup asortymentowych?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału 18 opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w następujący sposób dla każdej części / pakietu

Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów

L.p.	NAZWA KRYTERIUM	WAGA
1.	CENA	100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

1/ **Kryterium nr 1: „Cena”** oceniane będzie jak niżej:

$$X = \frac{C_{\min} \times 100}{C_o}$$

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

C_{min} – najniższa cena ze złożonych ofert

C_o – cena ocenianej oferty

Maksymalna liczba punktów – 100 pkt.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża z terminem ważności 65 dni od daty produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 2-4, 7, 9, 11, 12, 15 i 24 podłoży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 5, 6, 8, 10 i 26 podłoży z terminem ważności 45 dni od daty produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ dla PAKIETU XVII

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu, który w opakowaniu zawiera 50 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ dla PAKIETU XX

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 krążków, które w opakowaniu zawierają 100 sztuk?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 krążków, które w opakowaniu zawierają 5x50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 9

Pytanie 1

Czy w Pakiecie XV poz. 1 Zamawiający dopuści testy o czułości dla: wymaz z nosogardła: Grypa A - 99,0%; Grypa B- 97,7% Wymaz z gardła: Grypa A-95,1%; Grypa B-94,2% Wymaz z nosa: Grypa A-100%; Grypa B-97,9%; oraz swoistości dla: wymaz z nosogardła: Grypa A - 98,9%; Grypa B- 99,0% Wymaz z gardła: Grypa A-99,3%; Grypa B-99,4% Wymaz z nosa: Grypa A-99,2%; Grypa B-99,4%; parametry wyznaczone wobec czulej metody RT-PCR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy w Pakiecie XV poz. 2 Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy w Pakiecie XV poz. 3 Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach x 10 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy w Pakiecie XV poz. 4 Zamawiający dopuści test o czułości: Adenowirus: 95,8%; RSV: 92,7%; swoi-ściość: Adenovirus: 99,1%; RSV: 98,0%, konfekcjonowany w opakowaniach x 10 szt. - po przeliczeniu te-stów na odpowiednią ilość opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Czy w Pakiecie XV poz. 5 Zamawiający dopuści test do wykrywania SARS-CoV-2 z jamy nosowo-gardłowej i jamy ustno-gardłowej?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 i 8 z Pakietu XV w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu lub umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje Pakietu XV? Aktualny układ asortymentowy pakietu XV ogranicza możliwość składania ofert przez przytłaczającą większość podmiotów działających na rynku. Wydzielenie tych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową, co przyczyni się do obniżenia cen ofert przetargowych.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 10

Pytanie 1 Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, pakiet 4:

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anti-TPO i anti-Tg posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji europejskiej noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2 Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, pakiet 4, poz. 96 zestawienia zapotrzebowania:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika wystandaryzowanego wobec materiału referencyjnego IFCC (SRM2B) oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) wynik był raportowany w nmol/L?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 3 Dotyczy Części 4, pkt. 15 warunków granicznych, Załącznik nr 8 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników i kontroli ich ważność przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź: zgodnie z SZW

Pytanie 4 Dotyczy Części 4, pkt. 2 wymogów dotyczących części biochemicznej, Załącznik nr 8 do SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby analizator wykorzystywał elektrody wymieniane niezależnie od siebie ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 5 Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, pakiet 4, rodzaj badania l.p. 33 Troponina hs STAT:

Czy Zamawiający oczekuje aby test do oznaczania troponiny posiadał wskazania do stratyfikacji ryzyka chorób serca u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, potwierdzone zapisem w ulotce metodycznej testu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejscu wymaganych deklaracji CE wykonawca dołączył oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. i zapewnieniu przedstawienia ich na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

W przypadku braku zgody na odstąpienie od wymogu dołączenia deklaracji CE do oferty czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tychże deklaracji zgodności UE wyłącznie w języku angielskim?

Uzasadnienie: Przedstawienie deklaracji zgodności UE jedynie w języku angielskim spełnia obowiązujące normy prawne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, nie ma bowiem konieczności dostarczania deklaracji zgodności UE w języku polskim. W przypadku wyrobów przeznaczonych bądź udostępnionych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, deklaracja zgodności UE może być wyrażona w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątkiem są informacje przeznaczone dla pacjenta, które podaje się jedynie w języku polskim lub wyraża się za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Podkreślamy, że informacje wyrażone w języku angielskim w ww. dokumencie są przedstawione w sposób czytelny i w pełni zrozumiały, co zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi oraz nie wpływa na czytelność i przejrzystość dokumentów. Takie podejście może również przyczynić się do zwiększenia efektywności i uproszczenia procesu przetargowego

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na pytanie nr 6.

Pytanie 8 Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DO UMOWY:

Zał. nr 2 - projektowane postanowienia umowy

Umowa dostawy

Pytanie 1 par. 1 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia w zakresie czasu obowiązywania Umowy? Zgodnie z SWZ, Rozdział 6, termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy, natomiast termin wskazany w niniejszym postanowieniu to 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Pytanie 2 par. 2 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w niniejszym postanowieniu ma na myśli wznowienie zamówienia na okres 36 miesięcy? W § 12 ust. 1 nie został określony wskazany okres.

Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie łącznego terminu obowiązywania umowy do 63 miesięcy?

Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 63 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ma na myśli wznowienie zamówienia na okres 36 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na krócenie łącznego terminu obowiązywania umowy do 63 miesięcy.

Pytanie 3 par. 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiami zbyt wygórowanym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 par. 5 ust. 2

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 par. 7 ust. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 par. 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę"? Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 par. 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wylączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 par. 9 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 par. 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Umowa dzierżawy**Pytanie 11 par. 2 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 par. 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 par. 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 par. 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wylączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 par. 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 brak regulacji w umowie:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dzierżawę aparatów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy Zamawiający planuje powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli tak, czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia, oraz do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru?

W przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania do udostępnionego wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający załącza umowę powierzenia danych osobowych.

UCZESTNIK 11

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr I, Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt II

Przedmiot oferty, termin ważności oraz Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §4 ust. 4 i Załącznika nr 8 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr I, pkt 2 Termin ważności odczynników:

Czy Zamawiający dla Pakietu nr I wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy?

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr II, Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, II Przedmiot oferty, termin ważności oraz Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §4 ust. 4 i Załącznika nr 8 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr II, pkt 3, Termin ważności pasków testowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych:

Czy dla Pakietu II Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, do których materiały posiadają minimalny termin ważności 5 miesięcy od daty dostarczenia, z wyłączeniem materiału kontrolnego, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, ze względu na specyfikę produktu? Kontrole zostaną policzone z uwzględnieniem potrzeb Laboratorium i terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3. Dotyczy Umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §1 ust. 1:

Upzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z §13 ust. 1 i zastąpienie wyrażenia „przez okres 24 miesięcy” zwrotem „przez okres 36 miesięcy”.

Odpowiedź: Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów na 36 miesięcy.

Pytanie 5. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §2 ust. 1:

Upzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „na okres wskazany w §12 ust. 1” zwrotem „na okres wskazany w §13 ust. 1”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §3 ust. 2 oraz §4 ust. 4:

Upzejmie prosimy o dodanie po zwrocie „zgodnie z harmonogramem dostaw” wyrażenia „jeśli dotyczy”.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Material kontrolny dla Pakietu nr II i VI nie posiada harmonogramu dostaw.

Prosimy o tożsamą modyfikację w §4 ust. 4 i dodanie po wyrażeniu „zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl” zwrotu „jeśli dotyczy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §4 ust. 2 pkt 1):

Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymienionych dokumentów wraz z umową? Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź: tak

Pytanie 9. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §5 ust. 2:

Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: „z wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Upzejmie prosimy również o usunięcie w §7 ust. 1 wyrażenia „bądź odmowy dostaw”.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 10. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §9 ust. 12:

Upzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę”. W sytuacji, gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych i będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, naruszenie umowy do umowy może nie być znaczące. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy, §10 ust. 1 i 2:

Prosimy o usunięcie §10 ust. 1 i 2.

Zasady dotyczące waloryzacji zostały uregulowane w §9 ust. 7,8,9 i 10.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy - dzierżawy, §3 ust. 4:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr I pkt. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na skalkulowanie ilości materiału kontrolnego dla morfologii CBC+DIFF+RET w taki sposób, aby gwarantował Zamawiającemu codzienne wykonanie kontroli na trzech poziomach, a

jednocześnie okres jego użytkowania nie przekraczał daty ważności podanej na fiolce materiału kontrolnego, przy uwzględnieniu harmonogramu dostaw dostępnego na stronie Wykonawcy. Krew kontrolna dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr VI- Wymagania dotyczące odczynników pkt. 1-8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że wymagania wymienione w punktach od 1 do 8 dotyczą co najmniej jednego analizatora, czyli analizatora podstawowego.

Odpowiedź: Tak, dotyczą jednego analizatora.

Pytanie 15. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr VI – Wymagania dotyczące odczynników, pkt 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu odczynnikowego do oznaczania D-dimeru który zawiera 4 składniki (suplement, diluent, bufor i reagent), gdzie wymienione 3 pierwsze są ciekłe, zaś reagent jest w formie liofilizatu do rekonstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet nr VI – Wymagania dotyczące odczynników, pkt 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania materiałów kontrolnych i kalibracyjnych o stabilności na pokładzie analizatora krótszej niż wymagana, ale zapewniającej wykonanie kontroli wszystkich wymaganych parametrów raz dziennie i ewentualnie powtórzenie oznaczeń kontrolnych po 8 godzinach oraz czy wyrazi zgodę na mrożenie materiału kontrolnego, która to procedura jest dopuszczona przez producenta i potwierdzona w ulotce odczynnikowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 17. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet nr VI pkt 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie z jaką częstotliwością będzie wykonywana kontrola badań, których ilość nie przekracza 1000 badań w ciągu 3 lat?

Odpowiedź: Wraz z wykonywanym badaniem, nie częściej niż raz na 3 tygodnie.

Pytanie 18. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Pakiet nr VI – Parametry techniczno- eksploatacyjne oferowanych analizatorów, pkt 2

W związku z wymogiem całodobowej gotowości do pracy prosimy o podanie harmonogramu pracy analizatorów podstawowego i zastępczego

Odpowiedź: Analizator podstawowy 24h/d, zastępczy raz w tygodniu.

Pytanie 19. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Pakiet nr VI – Parametry techniczno- eksploatacyjne oferowanych analizatorów, Inne wymagania Zamawiającego, pkt 11

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje programu kontroli jakości badań połączonego z międzylaboratoryjną oceną kontroli jakości badań, który pochodzi od producenta oferowanych analizatorów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 20. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Pakiet nr VI – Formularz asortymentowo- cenowy (dla pakietów I-VI)

Zwracamy się do Zamawiającego o zweryfikowanie czy nie zaszła pomyłka w kwestii długości kontraktu w nagłówku kolumny D „Ilość opakowań na 36 miesięcy” oraz wierszu 16 kolumny B „Dzierżawa analizatora/analizatorów (24 miesiące)”?

Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka, dzierżawa też jest na 36 miesięcy.

Pytanie 21. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór projektowanych postanowień umowy - dzierżawy, §3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy przedmiotów dzierżawy do 30 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy przez obie Strony?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności dotyczących łańcucha dostaw uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UCZESTNIK 12

Pytanie 1 Pakiet VIII poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bardziej czulego niż wymagany o czułości 10 ng/ml?

Pytanie 2. Pakiet VIII poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o czułości 97,8% i swoistości 97,5%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3. Pakiet VIII poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o czułości 95,5% i swoistości >99,9%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4. Pakiet VIII poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenu GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygenu GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B? Względna czułość i specyficzność testu wynosi >99%

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5. Pakiet XXIII poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu RPR Carbon, w którym antygen użyty w zestawie jest modyfikacją antygenu VDRL i zawiera mikrocząstki węgla drzewnego, w celu wzmocnienia wizualnej różnicy między wynikiem dodatnim a ujemnym. Odczynnik RPR Carbon jest zawiesiną antygenu RPR i cząstek węgla drzewnego. Reaginy syfilisu zawarte w surowicy krwi reagują z antygenem RPR, a powstające kłaczkę dodatkowo wiążą się z cząstkami węgla.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 13

Pytanie 1. Pakiet X, XIII, XXVIII, XXIX. SWZ. Rozdział 5. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych. Pkt 1, ppkt. 1.1, 1.3, 1.4

Z uwagi na obszerność dokumentacji oraz ze względu na fakt iż produkty były wcześniej używane i są znane Zamawiającemu czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą materiałów informacyjnych, deklaracji zgodności, certyfikatów zgodności i zgodzi się na udostępnienie strony biblioteki technicznej, na której Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp. Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.

Pytanie 2. Pakiet X, XIII, XXVIII, XXIX. SWZ. Rozdział 5. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych. Pkt 1, ppkt. 1.5–

Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie strony biblioteki technicznej, na której Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do dokumentacji i na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób: „Oświadczenie Wykonawcy, że do pierwszej dostawy produktów dołączy wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub udostępni adres strony internetowej biblioteki technicznej Wykonawcy, na której znajdują się wymagane dokumenty lub też oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty nie są substancjami niebezpiecznymi i nie wymagają kart charakterystyki substancji niebezpiecznych”. Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Pakiet X. Załącznik nr 8 do SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia, Część A, pkt 29 oraz Część B, pkt 12

Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie strony biblioteki technicznej, na której Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do dokumentacji i na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób „Wykonawca do oferty dołączy instrukcję obsługi oferowanego analizatora w języku polskim w wersji papierowej lub na płycie CD wraz z opisem oprogramowania analizatora (jego funkcji i możliwości) lub udostępni adres strony biblioteki technicznej, na stronie której znajduje się wymagany dokument:”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Pakiet X. Załącznik nr 8 do SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia, Część A, WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PŁYTEK CHROMOGENNYCH, pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności płytek- min 4-6 tygodni ? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiet X. Załącznik nr 8 do SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia, Część B, WARUNKI GRANICZNE – PODŁOŻA HODOWLANE, pkt 1

Czy Zamawiający wymaga aby informacja o preinkubacji próbki poza systemem w czasie do 16 godzin była umieszczona w metodyce podłoża?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 6. Pakiet X. Załącznik nr 8 do SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia, Część B, WARUNKI GRANICZNE – PODŁOŻA HODOWLANE, pkt 11

Czy Zamawiający pod pojęciem sprzedaż na sztuki na ma myśli pojedyncze opakowania ?

Odpowiedź: zgodnie z pozycją 2 części B zamówienie dotyczy opakowań po 100 szt.

Pytanie 7. Pakiet X. Załącznik nr 8 do SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia, Część B, WARUNKI GRANICZNE – PODŁOŻA HODOWLANE, pkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności podłoży minimum 5 miesięcy ? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Pakiet XIII, XXVIII, XXIX. Załącznik nr 8 do SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia „PAKIET XI - XXXTESTY i ODCZYNNIKI do DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ”. WYMAGANIA, pkt 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności: - dla pakietu XXIX (E-testy)- minimum 3-10 miesięcy - dla pakietu XXVIII - minimum 5 – 12 miesięcy Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ, WZORU PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY:

Pytanie 10 § 1 ust. 1

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o poprawienie omyłki w określeniu okresu obowiązywania umowy i modyfikację zapisu na: „Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przez okres 36 miesięcy, w ilości, w asortymencie i cenach określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji na 36 miesięcy.

Pytanie 11. Wzór umowy dzierżawy , § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób w taki sposób, aby obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy ciążył na Dzierżawcy, a nie jak dotychczas na Wyzierżawiającym? „Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy”? Uzasadnienie: To na Zamawiającym leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wykonawca nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ są mu znane warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To Zamawiający będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy. Zgodnie bowiem z art. 705 KC „Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Wzór umowy dzierżawy, § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 14

Pytanie 1 Prosimy o zmianę:

§4 ust. 2 pkt 2 projektu umowy poprzez zastąpienie zapisu: „Towar o wysokim standardzie jakościowym”, zapisem: Towar zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą oraz umową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

§4 ust. 1 projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczane artykuły w ramach umowy są wysokiej jakości”, fragmentem: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczane artykuły są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą oraz umową”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

§4 ust. 9 projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu: „W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości”, fragmentem: „W przypadku dostawy w całości lub w części o niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą, umową”.

Wskazujemy, że pojęcie „wysoki standard jakościowy” jest pojęciem niedookreślonym, natomiast dostarczany towar powinien być oceniany z punktu widzenia kryteriów obiektywnych, tj. jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w którym zostały szczegółowo opisane wymogi, jakie ma spełniać, a także ze złożoną ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

W związku z §4 ust. 4 projektu umowy, prosimy o dopuszczenie zaferowania asortymentu z terminem ważności wynoszącym 6 miesięcy od daty dostawy częściowej.

Co do zasady produkty będące przedmiotem dostaw częściowych posiadają termin ważności 12 miesięcy, ale może zdarzyć się sytuacja, w której dana partia produktów w związku z kilkutygodniowym czy kilkumiesięcznym okresem przechowywania w magazynie, będzie posiadała krótszy termin ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Prosimy o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie §5 ust. 2.

Należy wskazać, że ograniczenie prawa Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku występujących zaległości płatniczych, nie znajduje poparcia w obowiązujących przepisach. Co więcej, jest ono sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 488, 490, 552 k.c. oraz istotą stosunku zobowiązaniowego mającego swoje źródło w umowie wzajemnej.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 6.

Prosimy o ujednoczenie postanowień SWZ oraz projektu umowy dotyczącego okresu realizacji zamówienia poprzez wskazanie w § 1 ust. 1 projektu umowy okresu 36 miesięcy, zgodnie z zapisami SWZ umowy, tak aby we wszystkich dokumentach obowiązywał jednolity termin realizacji wynoszący 36 miesięcy od momentu złożenia podpisu ostatniej ze stron.

Odpowiedź: okresu realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy

Pytanie 7.

Prosimy o wykreślenie z rozdziału 13 pkt 4 informacji o tym, że Zamawiający żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu, zgodnie z rozdziałem 24, wadium nie jest wymagane.

Odpowiedź: Wadium w przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane.

Pytanie 8.

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ, Wykonawca do oferty dołączy ulotkę metodyczną w języku polskim w wersji papierowej zawierającą opis metody badawczej i dokładną instrukcję wykonania testu. Oferta zgodnie z SWZ oraz ustawą pzp będzie składana w formie elektronicznej, nie jest zatem możliwe dołączenie do niej ulotki w wersji papierowej. Prosimy o korektę ww. punktu poprzez wskazanie, że chodzi o formę elektroniczną.

Odpowiedź: Wykonawca do oferty dołączy ulotkę metodyczną w języku polskim w formie elektronicznej.

Pytanie 9 .

Zgodnie z treścią §2 ust. 1 projektu umowy, Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego wznowienia zamówienia, polegającego na powtórzeniu realizacji niniejszej umowy na okres wskazany w § 12 ust. 1, jednakże w §12 ust. 1 nie został podany okres, o który umowa może zostać przedłużona. Postanowienie §12 dotyczy rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez wznowienie zamówienia i jakiego okresu będzie ono dotyczyć.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §2 ust. 1 projektu umowy , który otrzymuje brzmienie: Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego wznowienia zamówienia, polegającego na powtórzeniu realizacji niniejszej umowy na okres wskazany w § 13 ust. 1.

Pytanie 10.

W §2 ust. 7 projektu umowy wskazano, że wznowienie zamówienia nie wymaga zawarcia aneksu. Prosimy o wprowadzenie zmiany w ww. postanowieniu polegającej na konieczności zawarcia aneksu w przypadku wznowienia zamówienia. Wskazujemy, że zgodnie z art. 432 pzp umowa o zamówienie publiczne wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Wszelkie zmiany umowy również powinny mieć taką formę.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 11.

Prosimy o zmianę §4 ust. 9 projektu umowy w zakresie terminu w jakim ma zostać dostarczony asortyment po uznaniu reklamacji przez Wykonawcę. W postanowieniu tym odwołano się do terminu określonego w §3 ust. 1, jednakże termin z §3 ust. 1 to termin dostawy liczony od daty złożenia zamówienia, termin na dostarczenie asortymentu po złożonej reklamacji powinien być od dnia uznania przez Wykonawcę reklamacji za uzasadnioną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12.

Prosimy o zmianę §4 ust. 11 projektu umowy poprzez dodanie do treści tego postanowienia in fine zapisu: „w przypadku uzasadnionej reklamacji”. Wykonawca nie może ponosić kosztów niezasadnej reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Prosimy o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie z niego kary umownej określonej w §6 ust. 5 projektu umowy. Postanowienie to stanowi klauzulę abuzywną w rozumieniu art. 433 pkt 2 pzp, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Wskazujemy, że kara umowna musi mieć swoje odzwierciedlenie w określonych warunkach zamówienia.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 14.

Prosimy o zmianę §7 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego zastrzeżenia, że Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zakupu interwencyjnego w przypadku zwłoki Wykonawcy wynoszącej co najmniej 5 dni roboczych. Aktualne brzmienie ww. postanowienia przyznaje Zamawiającemu zbyt szerokie podstawy do skorzystania z zakupu zastępczego, które powinno dotyczyć jedynie wyjątkowych okoliczności, zawinionych przez Wykonawcę. Natomiast zgodnie z aktualną treścią postanowienia już jednodniowe (niezawinione) opóźnienie Wykonawcy będzie rodzilo po stronie Zamawiającego uprawnienie do skorzystania z zakupu zastępczego, co należy uznać za nadmierne.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 15

Pytanie 1

Prosimy o zmianę częstotliwości wykonywania kontroli dla badań specjalistycznych: czynniki krzepnięcia, von Willebrand antygen, von Willebrand R:Co, testy dRVVT Screen/dRVVT Confirm. Zwykle tego typu testów nie wykonuje się codziennie, stąd też nie jest potrzebna ich codzienna kontrola, jak teraz podano w SWZ.

Odpowiedź: Kontrola badań będzie wykonywana wraz z badaniem próbek, nie częściej niż raz na 3 tygodnie.

Pytanie 2

Czy wszystkie parametry muszą być wykonywane na obu analizatorach? Czy parametry wykonywane na obu analizatorach muszą być wykonywane tymi samymi metodami i posiadać te same wartości prawidłowe, te same dopuszczalne zakresy dla materiałów kontrolnych.

Odpowiedź: Wszystkie parametry będą wykonywane przynajmniej na jednym analizatorze.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści jako back-up aparat z 2018 r.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Prosimy o rezygnację z wymogu badania agregacji płytek na analizatorze podstawowym, ponieważ w formularzu cenowym nie są wymienione tego rodzaju badania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga by wymagane stabilności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych były udokumentowane w oficjalnych materiałach producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści następujący sposób pracy dla przedłużenia trwałości odczynników – przelewanie odczynników z oryginalnych fiolek do mniejszych naczynek i codzienne pobieranie odpowiedniej porcji odczynnika z lodówki do dziennego wykorzystania w naczynku umieszczonym na pokładzie? Czy stabilność odczynników przy takim sposobie pracy powinna być oficjalnie udokumentowana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do APIT z fosfolipidami syntetycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści analizatory z kuwetami połączonymi w paski po 4 kuwety?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Ad zapis „niezależna od głównego podajnika pozycja STAT, dostępną w każdym momencie pracy analizatora”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator z możliwością zaprogramowania badania STAT w każdej pozycji i przeprogramowania próbek rutynowych na pilne w dowolnym czasie? Zwracamy uwagę że niezależna od głównego podajnika pozycja STAT, jeśli jest tylko jedna, nie daje elastyczności pracy, jeśli chodzi o badania STAT. Jeśli ta pozycja jest zajęta przez jedną próbkę z badaniem STAT nie można uruchomić ewentualnych badań pilnych z innych próbek. Ponadto taką pozycję pilną należy osobno zastartować.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym można stosować różnego typu próbki z próbkami w osobno wstawia się próbki otwarte i zamknięte?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11

Prosimy o rezygnację z wymogu „Możliwość przechowywania osoba (powinno być chyba próbki) pacjenta na pokładzie analizatora bez konieczności zatrzymywania próbki w aparacie na czas wykonania wszystkich zleconych oznaczeń”. Zwracamy uwagę że zatrzymywanie próbki na pokładzie do czasu wykonania wszystkich oznaczeń jest korzystne dla użytkownika i pacjentów. Takie analizatory wymagają mniejszej objętości próbki badanej – nie pipetują próbek do dodatkowo zużywanych kuwet magazynowych, tylko od razu do kuwet reakcyjnych. Przy pipetowaniu do kuwet magazynowych próbka musi być odpipetowana w objętości „na zapas” na wykonanie testu reflex na wypadek gdyby taki test musiałby być wykonany. Poza tym kuweta magazynowa potrzebuje dodatkowej „objętości martwej” próbki. Można ominąć pobieranie nadmiaru próbki w trybie tzw „mikropróbki” ale wtedy nie można korzystać z przebijaka korków. Ponadto nie można już doprogramować w danej próbce żadnych dodatkowych testów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez analizator 4 lub 5 filtrów używanych przy pomiarze próbek z interferencjami HIL i pozostawienie dowolnego, skutecznego rozwiązania Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Czy oba analizatory mają dokonywać szacunkowego pomiaru interferencji HIL w badanych próbkach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Prosimy o dopuszczenie analizatora zastępczego z odrębnym komputerem i monitorem dotykowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15

Prosimy o rezygnację dla analizatora zastępczego: „możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia się analizatora i przygotowania do pracy”. Oba oferowane przez nas analizatory mogą pracować całodobowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Prosimy o rezygnację z wymogu: „Dla analizatora podstawowego zapewnienie programu kontroli jakości badań połączonego z międzylaboratoryjną oceną kontroli jakości badań opartego na materiale kontrolnym do wewnętrznej kontroli codziennej, wyniki wysyłane w czasie rzeczywistym on-line automatycznie po wykonaniu kontroli bezpośrednio z analizatorów, bez ingerencji

użytkownika. Możliwość generowania miesięcznych raportów oraz dostarczanie rocznych certyfikatów uczestnictwa w ramach realizacji zamówienia. Program posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043” Prosimy o zastąpienie tego wymogu udziałem w dowolnej dodatkowej kontroli międzynarodowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 16

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie VIII w poz. nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego próg detekcji wynosi 0,39 ng/ml dla antygeny Clostridium difficile GDH, 2 ng/ml dla toksyny A Clostridium difficile oraz 3,12 ng/ml toksyny B Clostridium difficile?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pakiecie XI w poz. nr 5-8, 11, 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie podlóż w konfekcji 1 op. = 10 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pakiecie XI w poz. nr 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie podlóż w konfekcji 1 op. = 20 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pakiecie XI w poz. nr 13 i 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie bulionów w konfekcji 1 op. = 50 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pakiecie XI w poz. nr 17 i 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie bulionów w konfekcji 1 op. = 50x10 ml z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pakiecie XI w poz. nr 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie bulionów w konfekcji 1 op. = 20x10 ml z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pakiecie XI w poz. nr 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie podlóż w konfekcji 1 op. = 24x5 ml z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w pakiecie XI w poz. nr 22 i 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie podlóż w konfekcji 1 op. = 50x5 ml z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w pakiecie nr XIV wyrazi zgodę na dopuszczenie szczepów wzorcowych w postaci zestawów KWIK-STIK (zestaw w foliowej saszetce zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę) w konfekcji 2 zestawy w opakowaniu z maksymalnie 3 pasażu hodowli referencyjnej, tym samym wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy materiałów zakaźnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający w pakiecie XV w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w konfekcji 1 op. = 25 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający w pakiecie XV w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w konfekcji 1 op. = 10 szt., których czułość wynosi 95,7%, a swoistość 91,7%? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w pakiecie XV w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w konfekcji 1 op. = 25 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający w pakiecie XV wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego jako oddzielny produkt z osobnym numerem katalogowym? Uzasadnienie: Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć dla każdego opakowania testów antygenowych jeden zestaw kontroli składający się z kontroli negatywnej i pozytywnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku każdorazowej zmiany serii testów o których mowa w pozycji 4 i 5 formularza asortymentowego.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w pakiecie nr XV w pozycji nr 6 wymaga zaoferowania testów wykrywania karbapenemaz OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP w hodowli bakteryjnej, których swoistość jest na poziomie 100% poparta przez porównanie z referencyjną metodą molekularną w badaniu retrospektywnym przeprowadzonym na 180 izolatach klinicznych z podejrzeniem CPE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający w pakiecie nr XIX wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testów do wykrywania antygenów w płynie mózgowo-rdzeniowym metodą aglutynacji lateksowej w konfekcji 1 op. = 30 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający w pakiecie XXI w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków w konfekcji 1 op. = 25 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów? Uzasadnienie: W celu spełnienia wymaganej ilości Zamawiający otrzyma odpowiednią liczbę opakowań, co zapewnia zachowanie zgodności ilościowej oraz wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 17.

Czy zamawiający w pakiecie XXIX wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków MIC na nośniku celulozowym? Uzasadnienie: Paski MIC wykonane z celulozy zapewniają lepszą dyfuzję antybiotyku w podłożu agarowym, minimalizując ryzyko błędów interpretacyjnych, nie wykazują właściwości adsorpcyjnych mogących wpływać na stężenie substancji aktywnej, są zgodne z międzynarodowymi standardami diagnostycznymi (CLSI, EUCAST) oraz dzięki swojej elastyczności i lepszemu przyleganiu do podłoża umożliwiają bardziej precyzyjne i powtarzalne oznaczenia MIC w warunkach laboratoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający w pakiecie nr XXX wymaga dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich krążków antybiotykowych, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych krążków oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 19. dot. pakietu nr 21 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, w których konfekcja zaoferowanego produktu to 1 op. = 5 fiolek po 50 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę jednorazową (niedzieloną) w zakresie w/w opakowania. Uzasadnienie: Działając jako dystrybutor i importer wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro pragnie przypomnieć, że wprowadzamy do obrotu i udostępniamy na rynku produkty wyłącznie w oryginalnym opakowaniu jednostkowym.

Podstawa prawna: Obowiązek zapewnienia jednolitego, oryginalnego opakowania wynika z art. 16 rozporządzenia (UE) 2017/746 (IVDR), który stanowi, że wszelkie działania polegające na przepakowywaniu wyrobów lub dzieleniu ich opakowań mogą skutkować uznaniem danego podmiotu za ponoszącego obowiązki producenta.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 20. dot. § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminów płatności z 60 na 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury. Uzasadnienie: Prośbę swą motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 21.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższymi odpowiedziami na zapytania Zamawiający dokonuje zmiany/ doprecyzowania zapisów SWZ w poniższych zakresach:

- Termin dostawy - maksymalnie 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia;
- Termin ważności – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ oraz powyższymi odpowiedziami;
- Czas naprawy analizatora od momentu udokumentowanego zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin;
- Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy;
- Termin w jakim ma zostać dostarczony asortyment po uznaniu reklamacji przez Wykonawcę - 3 dni robocze; od dnia uznania przez Wykonawcę reklamacji za uzasadnioną;
- Kryterium oceny ofert - 100% CENA.

Zamawiający informuje iż zmianie ulegają terminy:

- **składania ofert, z dnia 2025-08-22 godz. 12:00 na dzień 2025-08-26 godz. 12:00.**
- **otwarcia ofert, z dnia 2025-08-22 godz. 13:00 na dzień 2025-08-26 godz. 13:00.**
- **Związania ofertą z dnia 19/11/2025r. na 23/11/2025r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propubilco.pl Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 56/PN/MN/2025 z dnia 16/07/2025r.

Z poważaniem

Włodzimierz Żaworonok
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach