

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Dostawy**

**Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790319362

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Szpitalna 60

**1.5.2.) Miejscowość:** Suwałki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 16-400

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 562 95 82 ; 562 95 95

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@szpital.suwalki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital.suwalki.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SP ZOZ

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7896d30d-cc21-4fc1-8b8f-210d561fab9b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00384009

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-08-20

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00045370/11/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.12 Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

### SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

#### 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=4cb2d0ee-edcb-462f-89f2-bd3f1bdf5987>

#### 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

#### 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

#### 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://e-propublico.pl>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl>. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji pliku na Platformie.

#### 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

#### 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

#### 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Zamawiający informuje, że: udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępni tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 63/TP/WU/2025

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 973485,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 36

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

### 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

#### Część 1

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cewnik balonowy do achalazji rozmiar 4,7. Średnica balonu: 30, 35, 40mm – w zależności od potrzeb zamawiającego. Długość balonu 80mm. (Próbka 1 sztuki rozmiar 35mm) op. 4

4.2.5.) Wartość części: 3800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

#### Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **Część 2**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cewnik ERCP jednorazowego użycia długość 200cm, końcówka widoczna we fluoroskopii: końcówka standard, końcówka zwężająca się, końcówka metalowa okrągła, końcówka metalowa temperowana, średnica 1,8mm – w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 1 sztuka, końcówka standard) szt. 80

**4.2.5.) Wartość części:** 7360 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **Część 3**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS – do pobierania wysokiej jakości próbek histologicznych. Igła z potrójnym ostrzem na obwodzie igły (kształt korony), kąt ścięcia ostrzy 11 stopni, średnica igły: 22G (0,7mm); regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność, igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia

igły i osłonki za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści (mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki) igła wykonana z nitinolu (materiał zapobiega tzw. efektowi „banana” mogącemu pojawić się podczas wysuwania igły przy zagiętym endoskopie, lub ewentualnym odkształceniom igły w przypadku kilkukrotnych nakłóć), narzędzie posiada zaokrąglony mandryn; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS. (Próbka 1 sztuka) szt. 35

2 Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasasonografii EBUS średnica igły: 22G (0,7mm); regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność, igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści (mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki) igła wykonana z nitinolu (materiał zapobiega tzw. efektowi „banana” mogącemu pojawić się podczas wysuwania igły przy zagiętym endoskopie, lub ewentualnym odkształceniom igły w przypadku kilkukrotnych nakłóć), narzędzie posiada zaokrąglony mandryn; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy Pentax i Fujifilm (Próbka 1 sztuka) szt. 15

**4.2.5.) Wartość części:** 46000 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 4

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Kapsuła do badania jelita cienkiego. Wymiary 10,8x24,5mm. Waga  $3,2 \pm 0,05g$ . Ilość zapisywanych klatek na sekundę: 3 klatki/sekundę. Pole widzenia 170°. Żywotność baterii 12 godzin. Ilość pikseli obrazu: 102.400 pikseli. Oświetlenie 6 diod LED. Metoda komunikacji kapsułka-rejestrator: komunikacja przez ciało człowieka HBC ( Human Body Communication). Oferent w cenie zapewnia: użyczenie na okres wykonania badania laptopa z oprogramowaniem oraz zestawem do badania; każdorazowo na koszt wykonawcy; wykonanie przez wykonawcę odczytu i opracowania wyniku badania oraz przesłanie go do siedziby zamawiającego drogą elektroniczną oraz oryginału drogą pocztową na koszt wykonawcy szt 5

**4.2.5.) Wartość części:** 10500 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 5

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Trojkanałowy cewnik balonowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych: średnica katateru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, średnica balonu: 9 -12mm, 12-15mm, 15-18mm, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, znacznik RTG pod balonem, balon do współpracy z przewodnikiem .035" (Próbka 1 sztuka) szt. 10

**4.2.5.) Wartość części:** 2270 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

#### Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 6

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Klej chirurgiczny płynny klej tkankowy z polimeru monomerycznego n-butyl-2-cyanoakrylatu, który w kontakcie z płynem tkankowym szybko ulega polimeryzacji. Zapewnia szybką i precyzyjną aplikację, dzięki czemu minimalizuje ból pacjenta i oszczędza czas lekarza. Nie zawiera naturalnych komponentów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego; stanowi barierę antybakteryjną, która zabezpiecza ranę; zapewnia doskonałe efekty kosmetyczne; może być przechowywany w temperaturze pokojowej. Wskazania: zamykanie niewielkich ran skórnych; do zamykania ran w nacięciach endoskopowych; obliteracja żyłaków przelyku i dna żołądka; mocowanie siatek przepuklinowych, zwłaszcza podczas operacji przepuklin pachwinowych; zespolenie skóry i powięzi w operacjach przepuklin. Kolor niebieski. Opakowanie: 0,5 ml po 10 sztuk. op 6

4.2.5.) Wartość części: 2600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

#### Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

#### Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 7

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 160cm, średnica miseczki 1,8mm, bez igły, z uchwytem (Próbka 1 sztuka) szt. 250

**4.2.5.) Wartość części:** 3349,54 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 8**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 230cm, średnica miseczki 2,3mm, bez igły, z uchwytem (Próbka 1 sztuka) szt. 2 000

**4.2.5.) Wartość części:** 25296,3 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 9

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 160cm, średnica miseczki 2,3mm, bez igły, z uchwytem (Próbka 1 sztuka) szt. 600

**4.2.5.) Wartość części:** 7588,89 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 10

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 2,3mm, bez igły, z uchwytem

(Próbka 1 sztuka) szt. 2 600

**4.2.5.) Wartość części:** 32885,19 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 11

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. (Próbka 1 sztuka) op 4

**4.2.5.) Wartość części:** 3320 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 12**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Prowadnica jednorazowa śr. 0,035". Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, ze sztywną końcówką pokrytą powłoką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta w zależności od potrzeb zamawiającego. ( Próbka 1 sztuka końcówka prosta) szt. 150

**4.2.5.) Wartość części:** 38850 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 13**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Strzykawka jednorazowego użytku 60cc z manometrem do cewnika balonowego. Kompatybilna z urządzeniem do inflacji wielorazowego użytku firmy Boston Polska będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopii. Pozwalająca na pracę w granicach 0-12atm. (Próbka 1 sztuka) szt 30

**4.2.5.) Wartość części:** 8550 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 14

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Test ureazowy szybki suchy do wykrywania *Helicobacter pylori* w biopatach żołądka lub dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody destylowanej. Składa się z polistyrenowej płytki z dołkiem, zamkniętej taśmą pokrytą specjalistycznym klejem eliminującym skutecznie efekt przyklejania się rękawiczek ochronnych oraz umożliwiającym łatwy i bezpieczny dostęp do studzienki testowej, w której umieszczony jest nasączony mocznikiem celulozowy krążek oraz pierścień wskaźnikowy nasączony wskaźnikiem barwnym, buforem. Zmiana barwy krążka bibuły z żółtego na amarantowy. Wysoka czułość – min. 98% i specyficzność – min. 97% mierzonych w stosunku do złotego standardu tj. Oceny histologicznej i hodowli. Zmiana koloru w postaci pierścienia. Aktywacja jednym palcem. (Próbka 2 sztuk) szt 800

**4.2.5.) Wartość części:** 3600 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 15**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Ustnik endoskopowy, jednorazowy, dla dorosłych. Wyprofilowany kształt ustnika gwarantujący ochronę kanału endoskopu i zabezpieczający go przed uszkodzeniami. Regulowana opaska mocująca. Pakowany pojedynczo (Próbka 5 sztuk) szt. 4 500

**4.2.5.) Wartość części:** 6000 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek**

**kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 16**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Ustnik endoskopowy, jednorazowy, dla dzieci. Wyprofilowany kształt ustnika gwarantujący ochronę kanału endoskopu i zabezpieczający go przed uszkodzeniami. Regulowana opaska mocująca. Pakowany pojedynczo (Próbka 5 sztuk) szt. 100

**4.2.5.) Wartość części: 400 PLN**

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**

#### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 60**

#### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy**

**4.3.6.) Waga: 10**

#### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość**

**4.3.6.) Waga: 30**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 17**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Ustnik do spirometru – jednorazowy, papierowy, wymiary 60mmx28mmx30mm – (Próbka 1 sztuka) szt. 2 000

**4.2.5.) Wartość części: 1000 PLN**

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**

## Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

## Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

## Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## Część 18

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do wprowadzania protez, jednorazowego użytku, dł. 220 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności przewodnika, cewnik prowadzący z markerami RTG - do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr, 10 Fr, 11,5 Fr – w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka rozmiar 8.5Fr -1 sztuka) szt. 180

4.2.5.) Wartość części: 40140 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

## Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

## Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

## Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

**Część 19****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Cystostom jednorazowego użytku o średnicy 6 Fr, współpracujący z przewodnikiem 0.035" składający się z cewnika o długości 180cm, wyposażonego na dystalnym końcu w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz złącze Luer-Lock, złącze HF i port na przewodnik przy rękojeści. szt 2

2 Cystostom jednorazowego użytku o średnicy 8,5Fr, współpracujący z przewodnikiem 0.025" Zestaw składa się z 2 elementów: cewnik zewnętrzny o średnicy 8,5Fr i długości 180cm, wyposażony na końcu dystalnym w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści; cewnik wewnętrzny o długości 210cm, wyposażony w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy rękojeści. Cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętrzny po całej długości i mocowany łącznikiem Luer-Lock szt 2

3 Cystostom jednorazowego użytku o średnicy 10Fr, współpracujący z przewodnikiem 0.035". Zestaw składa się z 2 elementów: cewnik zewnętrzny o średnicy 10Fr i długości 180cm, wyposażony na końcu dystalnym w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści; wewnętrzny cewnik o długości 210cm, wyposażony w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy rękojeści. Cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętrzny po całej długości i mocowany łącznikiem Luer-Lock op 2

**4.2.5.) Wartość części:** 7400 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 20****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zestaw dwóch szczotek do czyszczenia kanału endoskopu i gniazd zaworów. 1 szczotka długa do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów. Długość całkowita szczotki 230cm, dwustronna, średnica włosia szczotki 5/7-7,5mm (strona lewa/strona prawa). Druga szczotka krótka długość robocza około 160mm; dwustronna służąca do czyszczenia gniazd zaworów; średnica włosia 5/10mm (strona lewa/strona prawa)(Próbka 4 sztuki) szt 3 000

**4.2.5.) Wartość części:** 12444,44 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 21**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Szczoteczki cytologiczne do pobierania materiału z drzewa oskrzelowego w czasie bronchoskopii – długość robocza 1200mm, średnica szczotki 2mm, długość szczotki 10mm (Próbka 1 sztuka) szt. 150

**4.2.5.) Wartość części:** 2850 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 22

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Filtr do spirometru Vitalograph. Jałowy, jednorazowy. Filtracja mechaniczna/elektrostatyczna. Przepływ 14L/sek. <0,87 cm H<sub>2</sub>O / (L / s). Skuteczność filtracji bakteryjnej: Przepływ 30L/min 99,999%; Przepływ 750L/min 99,7%. Skuteczność filtracji wirusowej: Przepływ 30L/min 99,99%; Przepływ 750L/min 99,9%. Martwa przestrzeń: 51,48 cm<sup>3</sup>. Obszar filtracji: 53,75 cm<sup>2</sup>. Ustnik owalny. (Próbka 2 szt.) szt 200

**4.2.5.) Wartość części:** 1100 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 23

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pałapka na polipy 4-komorowa, możliwość przepuszczania zasysanej treści z pominięciem siatek; widoczne ponumerowane siatka; z przyrządem do pobierania próbek w zestawie (Próbka 1 sztuka) szt. 5

**4.2.5.) Wartość części:** 140 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

**Kryterium 2**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

**Kryterium 3**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Olej silikonowy- środek smarny przeznaczony do przedłużenia żywotności różnych uszczelek gumowych (O-ringów) i umożliwienia prawidłowego działania niektórych mechanizmów zaworów PENTAX (zgodnie z opisem w instrukcji obsługi zakresu PENTAX lub instrukcjach zaworów), w tym między innymi zaworów powietrzno-wodnych, powietrza / wody / zawory balonowe, zawory ssące, zawory gazowe / wodne CO2 itp. (Próbka 1 sztuka) szt. 10

4.2.5.) Wartość części: 598,61 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

**Kryterium 2**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **Część 25**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Olej silikonowy- środek smarny przeznaczony do przedłużenia żywotności różnych uszczelnień gumowych (O-ringów) i umożliwienia prawidłowego działania niektórych mechanizmów zaworów PENTAX (zgodnie z opisem w instrukcji obsługi zakresu PENTAX lub instrukcjach zaworów), w tym między innymi zaworów powietrzno-wodnych, powietrza / wody / zawory balonowe, zawory ssące, zawory gazowe / wodne CO2 itp. (Próbka 1 sztuka) szt. 10

**4.2.5.) Wartość części:** 219510 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **Część 26**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepowlekana i powlekana: wykonane z nitinolu, posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10mm, fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator dla protezy niepowlekanej o dł. 180cm i śr 8Fr;

aplikator dla protezy powlekanej o dł. 180cm i śr 9Fr, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego szt 2

2 Stenty samorozprężalne przełykowe: wykonane z nitinolu, wykonane z pojedynczego drutu częściowo lub całkowicie powlekane, uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu i dającego możliwość dokładnego uszczelniania przetok, z niepokrytymi końcami zapewniającymi fiksację stentu do zdrowego odcinka przełyku, posiadające lassa do repozycji na obu końcach, posiadające markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, stenty częściowo powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 60mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 140mm, 160mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 24mm oraz średnicy wewnętrznej 24mm i średnicy kołnierza 28mm, stenty całkowicie powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm, 140mm i 160mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 24mm, oraz średnicy wewnętrznej 24mm i średnicy kołnierza 28mm, fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o średnicy 24Fr, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego szt 10

3 Pętle do polipektomii plecionka jednorazowego użytku: średnice pętli 10mm, 15mm, 25mm, 30mm, 35mm i 50mm, z możliwością cięcia z użyciem koagulacji oraz średnice pętli 10mm i 15mm do cięcia tylko na zimno (z potwierdzeniem), długość narzędzia 230cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana, średnica osłonki 2,3mm. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego ( Próbka rozmiar 25/230 owal – 1 sztuka) szt 250

4 Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu pojedynczego (monofilament ) z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,35 mm, średnica pętli: 6mm, 10mm 15mm i 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego ( Próbka rozmiar 10/230 owal – 1 sztuka) szt 1 300

5 Igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku, średnica igły 22G i 23G, długość igły 5mm, długość całkowita narzędzia 180cm i 230cm, średnica osłonki 2,3mm. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego ( Próbka rozmiar 23G/230cm – 1 sztuka) szt 450

6 Zawór biopsyjny do ochrony biopsji/kanału ssącego wlotu endoskopu żołądkowo-jelitowego. Umożliwia wprowadzanie i wymianę instrumentów endoskopowych. Umożliwia uniknąć wycieków z wlotu kanału biopsji podczas endoskopii przewodu pokarmowego. Bez smaru, brak przetwarzania końcowego, ręczne czyszczenie nie jest wymagane, ochrona przed niechcianym rozpryskiwaniem wydzielin i płynów płukających. Do bronchoskopu PENTAX szt 30

7 Jednorazowy zawór sterujący ssania do bronchoskopu PENTAX szt 350

**4.2.5.) Wartość części:** 128895 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 27****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Kleszcze chwytające, średnica 2,3mm, długość 2300mm, umożliwiające precyzyjne chwytanie większych ciał obcych i stentów; powłoczenie hydrofilne; zintegrowany uchwyt. Zakończenie typu „zab szczura” i „aligator”, . Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego ( Próbką typ „zab szczura” – 1 sztuka) szt. 100

**4.2.5.) Wartość części:** 3600 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 28****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia jednym klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego (30 razy) zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni, długość narzędzia 2300mm – w zależności od potrzeb zamawiającego. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkownika wyrobu). Klipsownica kompatybilna z kanałem roboczym 2.8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. (Próbka 1 sztuka 2,6; 16mm; kąt 135stopni) szt 2 000

**4.2.5.) Wartość części:** 153796,30 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty**

**budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **Część 29**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Prowadnica jednorazowa śr. 0,035". Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z średnio sztywną/giętką końcówką pokrytą powłoką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta w zależności od potrzeb zamawiającego. ( Próbka 1 sztuka końcówka prosta) szt. 170

**4.2.5.) Wartość części:** 38250 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 30

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne, gładkie. Dostępne w długości 1600mm – przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. ( Próbka 1 sztuka) szt. 100

**4.2.5.) Wartość części:** 1800 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

#### Kryterium 3

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 31

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów oraz gniazd zaworów (ssącego oraz woda/powietrze), cewnik szczoteczki wykonany jest ze sprężystego tworzywa odpornego na załamania zapewniając tym samym łatwość wprowadzania i manewrowania wewnątrz kanału endoskopu. Końcówki cewnika zakończone są atraumatyczną kulką ograniczającą możliwość uszkodzenia kanału endoskopu. Szczoteczki wykonane są z gęstego włosia odpornego na odkształcenia, cewnik szczoteczki do czyszczenia kanałów: długość: 240 cm, średnica: 1.65 mm; szczoteczka do czyszczenia kanałów: średnica włosia: 5 mm, długość włosia: 13 mm; szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: średnica włosia: 10 mm, długość włosia: 40 mm. Szczoteczka jest przeznaczona do czyszczenia kanałów o średnicach od 2.0 mm do 4.2 mm. Pakowane w opakowania zbiorcze 50szt. ( Próbka 1 sztuka) szt. 300

2 Cewnik balonowy do poszerzania zwożeń przełykowych, o zmiennej średnicy z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, długość balonu 8cm, średnica balonu 6/7/8, 8/9/10, 10/11/12mm – w zależności od potrzeb zamawiającego; długość robocza 180cm, współpracujący z kanałem o śr. 2,8mm. Kompatybilny z urządzeniem do inflacji wielorazowego użytku firmy Boston Polska będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopii – kompatybilność

zapropionowanego asortymentu potwierdzona przez producenta urządzenia (Próbka 1 sztuka) szt 20  
 3 Cewnik balonowy do achalazji rozmiar 4,67, średnica balonu: 30, 35, 40mm – w zależności od potrzeb zamawiającego, długość balonu 10cm współpracujący z przewodnikiem '0,038 szt 4  
 4 Ligator wieloopaskowy do endoskopowego podwiązki żyłaków przetyku zawierający 7 podwiązek w kolorze niebieskim (przedostatnia w kolorze ecru), wykonanego z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażone w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. szt 15  
 5 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej. Każda ze szczęk posiada dwa otwory oraz ząbki na obwodzie. Konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych. Pancierz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor, na całej długości szczypce pokryte są substancją Endoglidle ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Szczypce o kształcie okrągłym, średnica zewnętrzna 2.2mm, długość robocza 160cm lub 240cm, dostępne w wersji z igłą lub bez, kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 2.8mm. szt 120  
 6 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej. Każda ze szczęk posiada dwa otwory oraz ząbki na obwodzie. Konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych. Pancierz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor, na całej długości szczypce pokryte są substancją Endoglidle ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Szczypce o kształcie owalnym, średnica zewnętrzna 2.8mm, długość robocza 160cm lub 240cm, dostępne w wersji z igłą lub bez, kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 3.2mm. szt 200

**4.2.5.) Wartość części:** 34075 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 32**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Zestaw PEG, typu PULL, w składzie: Silikonowa rurka do przeciągnięcia PEG dł. 60 cm ze skalą pomiarową 15 cm, pierścień zewnętrzny 25 mm z przyłączem, zakończona pętlą, 2 adaptory żywieniowe (w tym 1 z przyłączem LUER), pierścień blokujący o średnicy 35 mm z cylindrem o średnicy 11mm, igła 19G, dł. 36 mm oraz 25G, dł. 20 mm, nić do

przeciągania o średnicy 0,6 mm i dł. 260 cm, strzykawka 10 ml, skalpel dł. robocza 147 mm, dł. ostrza 22 mm, igła wprowadzająca o długości całkowitej 100 mm, klamra zaciskowa dł. 37 mm, gazik 10x10 mm, obłożenie 80x60 cm z otworem w centralnej części otoczonym taśmą przylepną, nożyczki dł. 14 cm, pean dł. 125 mm, pętla do polipektomii dł. Robocza 180 cm, cewnik 1,8 mm, śr. pętli 15 mm dla zestawów PEG o śr. 12; 14; 16 F oraz pętla 180 cm, śr. cewnika 2,4 mm, śr. pętli 25 mm dla zestawów PEG o śr. 18; 20; 22; 24 F ( Próbka rozmiar 18 – 1 sztuka) szt 10  
 2 Klips do zamykania perforacji w tym po rurkach PEG oraz tamowania krwawień, zakładany na endoskop giętki, jednorazowego użytku. Klips w postaci płaskiego pierścienia z 6 ostrzami skierowanymi osiowo do wnętrza pierścienia, wykonany z nitinolu. Długość cewnika 162 cm. Średnica tuby wziernikowej 9,5-11 mm oraz 11,3-14 mm. Cewnik prowadzony poza kanałem roboczym endoskopu. Klips fabrycznie zamontowany na plastikowym systemie, gotowy do uzbrojenia endoskopu. Gumka okalająca tubę wziernikową, zapobiegająca zsunięciu się systemu z endoskopu w trakcie zabiegu. Zewnętrzna średnica systemu 16mm lub 19 mm (w zależności od średnicy tuby wziernikowej). Plastikowe zabezpieczenie transportowe, wsuwane w system z rozwartym klipsem. Blokada rękojeści zapobiegająca przypadkowemu zwolnieniu klipsa. Rękojeść umożliwiająca zrzucenie klipsa kciukiem. Potwierdzona możliwość wykonania rezonansu magnetycznego szt 5

3 Pętla do polipektomii, owalna, 1,8mm, 160cm, 15mm ( Próbka 1 sztuka) szt 40

4 Stent samorozprężalny przelykowy przeznaczony do tamowania krwawień z żyłaków przelyku. Stent pokrywany o długości 135mm, średnicy wewnętrznej (korpus) 25mm i średnicy kołnierza 30mm. Fabrycznie zamontowany na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". W zestawie dodatkowo sztywny przewodnik 0.035" o długości 260cm oraz strzykawka. ( Próbka 1 sztuka) szt 5

5 Igły do ostrzykiwania / podania kleju, jednorazowego użytku Średnica igły 19G, długość igły 6mm, długość całkowita narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,3mm. szt 30

6 Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żyłaków przelyku złożone z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej szt 5

**4.2.5.) Wartość części:** 44500 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 33**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 120cm, średnica miseczki 1,8mm i 2,3mm, powlekane,

bez igły, z uchwytem (Próbka 1 sztuka) szt. 200

2 Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 160cm, średnica miseczki 2,3mm, obrotowe, powlekane, bez igły, z uchwytem (Próbka 1 sztuka) szt. 30

3 Szczypce do usuwania ciał obcych jednorazowego użytku, o długości narzędzia 180cm, średnicy osłonki 2,3mm, różne typy do wyboru: - aligatorki (rozwarcie szczęk 8,1mm) - (Próbka 1 sztuka) - zęby szczura (rozwarcie szczęk 6,3mm) - krokodylki (ząb szczura połączony z aligatorkiem) (rozwarcie szczęk 8,1mm) szt. 80

4 Chwytnak do ciał obcych, jednorazowego użytku, elastyczny foliowy woreczek rozpostarty na owalnej pętli, z funkcją rotacji, w rozmiarach do wyboru: - śr. osłonki 2,6mm, średnica pętli 25mm, długość narzędzia 230cm, - śr. osłonki 2,6mm, średnica pętli 35mm, długość narzędzia 230cm, (Próbka 1 sztuka) - śr. osłonki 1,8mm, średnica pętli 15mm, długość narzędzia 160cm. szt. 10

**4.2.5.) Wartość części:** 6399,63 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 34**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniającym stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepszą kontrolę wkłucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu, dając większy komfort pracy operatorowi; igła posiada suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźne słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze zielonym, co zapewnia lepszą widoczność w obrazie endoskopowym; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie

zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy MAJ-1414 Igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy Fujifilm (Próbka 1 sztuka) szt. 15

2 Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień, długość robocza 1800mm; szerokość otwarcia klipsa 16mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki ze znacznikami graficznymi w części proksymalnej i dystalnej; rotacja 360 stopni oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; suwak uwalniający klips w kolorze niebieskim; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. (Próbka 1 sztuka) szt. 100

3 Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień, długość robocza 2300mm; szerokość otwarcia klipsa 16mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki ze znacznikami graficznymi w części proksymalnej i dystalnej; rotacja 360 stopni oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; suwak uwalniający klips w kolorze niebieskim; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. (Próbka 1 sztuka) szt. 100

**4.2.5.) Wartość części:** 38350 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 35**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Endoskopowy przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Zawiera obojętny proszek bentonitowy podawany przez cewnik o długości 220 cm i średnicy 7 Fr (minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm). Sterylny, jednorazowego użytku. szt. 3

2 Endoskopowy przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Zawiera obojętny proszek bentonitowy podawany przez cewnik o długości 220 cm i średnicy 10 Fr (minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm). Sterylny, jednorazowego użytku. szt. 1

**4.2.5.) Wartość części:** 13200 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 36

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Klipsownica hemostatyczna w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6 mm; długości narzędzia: 2300 mm; kąt otwarcia 135o, szerokości otwarcia klipsa: 11 mm, 16 mm i 20 mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb); klips wyposażony w 10 zębów (z czego 6 na bocznej powierzchni) o skróconej części proksymalnej, wystającej ponad tkankę po zaaplikowaniu; płynna praca klipsownicy w warunkach bardzo mocnego zgięcia; możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Narzędzie kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm, jednorazowego użytku, sterylne. (Próbka 1 sztuka 16mm) szt. 60

2 Pętla do polipektomii do resekcji małych polipów metodą "na zimno"; średnica pętli 10 i 15mm, średnica kateteru 2.3mm, średnica drutu 0.23mm, długość narzędzia 2300mm. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. (Próbka 1 sztuka 15mm) szt. 100

**4.2.5.) Wartość części:** 23066,67 PLN

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

#### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

1. Aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów, potwierdzających wymagane parametry
2. Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024 poz. 1620 t.j.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszonymi do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowanej – jeżeli dotyczy)

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 07/04/2022. Dz.U. 2024 poz. 1620 t.j.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

3. Próbkę w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 4 do SWZ, należy złożyć w Aptece Szpitalnej (w piwnicy), Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki. UWAGA próbki nie podlegają uzupełnieniu!

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Tak

**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

1. Aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów, potwierdzających wymagane parametry
2. Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024 poz. 1620 t.j.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszonymi do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowanej – jeżeli dotyczy)

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 07/04/2022. Dz.U. 2024 poz. 1620 t.j.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

Formularz oferty.

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.

Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ

pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesaść w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz; Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 7

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Nie

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Nie

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

**8.1.) Termin składania ofert:** 2025-08-29 11:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://e-propublico.pl>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2025-08-29 12:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2025-09-27

**8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:**

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

Część 12 : Tak

Część 13 : Tak

Część 14 : Tak

Część 15 : Tak

Część 16 : Tak

Część 17 : Tak

Część 18 : Tak

Część 19 : Tak

Część 20 : Tak

Część 21 : Tak

Część 22 : Tak

Część 23 : Tak

Część 24 : Tak

Część 25 : Tak

Część 26 : Tak

Część 27 : Tak

Część 28 : Tak

Część 29 : Tak

Część 30 : Tak

Część 31 : Tak

Część 32 : Tak

Część 33 : Tak

Część 34 : Tak

Część 35 : Tak

Część 36 : Tak

**8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3**