

L.dz. SZW.DZI.262.402/57/PN/WU/2025

Suwałki, dnia 25/08/2025r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 57/PN/WU/2025**

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Zakup sprzętu medycznego do opieki i terapii pacjentów na potrzeby oddziałów**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### UCZESTNIK 1

##### Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy określone, odpowiednio w § 2 ust. 7 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości równoważności 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

##### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów nie rzadziej niż 1 raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta ( dot. zał. 2 do SWZ § 1 pkt. 13)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż 1 raz w roku.**

##### Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści naprawę minimum 5 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy ( dot. zał. 2 do SWZ § 1 pkt. 15)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach niegorszych od użytkowanych.**

#### Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza łączny czas naprawy 5 dni roboczych liczony od momentu dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy ( dot. zał. 2 do SWZ § 1 pkt. 17)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach niegorszych od użytkowanych.**

#### Pytanie 5.

**Wnosimy o zmianę zapisów załącznik nr 5 do SWZ dot. części I:**

7. Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy - **14** dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach niegorszych od użytkowanych.**

#### Fotel do chemioterapii

**Pytanie 6 Prosimy o dopuszczenie przez zamawiającego :**

Ad.6 Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie nie mniejszym niż +80° do -13° za pomocą elektrycznych siłowników

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 Prosimy o dopuszczenie przez zamawiającego :**

Ad.7 Regulacja kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 0° do + 20° za pomocą elektrycznych siłowników

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 Prosimy o dopuszczenie przez zamawiającego :**

Ad 27 Segment oparcia nóg oraz podnóżek dodatkowo wyposażone w transparentny pokrowiec z tworzywa. Regulowany za pomocą elektrycznych siłowników .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9 Prosimy o dopuszczenie przez zamawiającego :**

Ad.22 Podłokietniki profilowane dla łatwiejszego umiejscowienia ręki w rozmiarze nie mniejszym niż 570x155mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 10 Rozdział 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu dostawy w terminie max 9 tygodni od daty zawarcia umowy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### UCZESTNIK 2

**Część I – Fotel do chemioterapii – 11 szt.**

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii z leżem o długości 2000 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii o szerokości całkowitej fotela wraz z podłokietnikami 900 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie +76° do -15°?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z regulacją kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie 0° do +15°?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z regulacją kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie -45° do +15°?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii oparty, którego mechanizm regulacji wysokości oparty jest na kolumnie wznoszącej osłoniętej obudową z aluminium?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z centralną blokadą min. 2 kół z dźwigniami blokady ze względów bezpieczeństwa zamontowanymi po bokach, z tyłu fotela od strony pleców pacjenta?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony w oparcie stóp wykonane z płyty HPL?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony w podłokietniki o wymiarach 500x140 mm z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia bez możliwości zmiany szerokości rozstawu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii bez dodatkowego wyposażenia w postaci transparentnego pokrowca nakładanego na podnóżek?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, w którym ustawienie pozycji fotelowej i Trendelenburga dokonywane jest jednym (dla każdej z pozycji osobno) wyraźnie oznakowanym przyciskiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego, czy pkt. 27, Załącznik nr 5 do SWZ nie zaszła omyłka pisarska, do którego z pokrowców należy zastosować regulację za pomocą sprężyn gazowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza segment oparcia nóg i podnóżek regulowane za pomocą elektrycznych siłowników.**

**Część V – Wózek zabiegowy – 6 szt.****Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy o konstrukcji wykonanej z anodowanego aluminium, z wypełnieniem boków i tyłu wózka z płyty HPL oraz białym bocznym wysuwającym i szufladami w całości wykonanymi z tworzywa ABS w formie jednego odlewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek zabiegowy wyposażony w pojemnik na narzędzia o wymiarach 455x135x40 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek zabiegowy wyposażony w kosz na cewniki wykonany ze stali malowanej proszkowo o wymiarach 125x200x400 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek zabiegowy wyposażony w półkę nadblatowa wykonaną ze stali malowanej proszkowo o wymiarach 595x145x45 mm montowaną do stelaża nadstawki wykonanego ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości położenia oraz rozbudowy wózka o wyposażenie dodatkowe bez konieczności wykonywania otworów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**UCZESTNIK 3****Dotyczy części nr 1 – Fotel do chemioterapii– 11 szt.**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, którego całkowita szerokość wynosi 950 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, który posiada zakres regulacji segmentu podudzia od 0° do -30°?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, który posiada zakres regulacji segmentu pleców od +75° do -18°?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, który posiada zakres regulacji segmentu siedziska od 0° do -18°?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, którego waga całkowita wynosi 125 kg?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, który posiada podłokietniki bez możliwości ustawienia szerokości rozstawu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, który posiada podłokietniki o wymiarach 170 x 500 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, którego segmenty wykonane są ze sklejki, pokrytej pianką poliuretanową i wysokiej jakości bezszwową tapicerką (segment pleców i segment siedziska łączony z segmentem nożnym), bez możliwości demontażu? Fotele, które chcemy zaferować posiadają estetyczne osłony tworzywowe oparcia pleców, siedziska,

podnóżka oraz podłokietników, co w znaczny sposób ułatwia dezynfekcję i mycie fotela, a także zapobiega gromadzeniu się brudu pod tapicerką.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **UCZESTNIK 4**

**Pytanie 1** Dotyczy: Część nr IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl. L.p. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp, które mogą pracować ze strzykawkami o pojemnościach: 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2** Dotyczy: Część nr IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl. L.p. nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp cechujących się dokładnością infuzji na poziomie  $\pm 2\%$

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3** Dotyczy: Część nr IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl. L.p. nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp posiadających wyświetlacz przyspieszający wybór funkcji pompy o przekątnej 3,2 cala.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4** Dotyczy: Część nr IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl. L.p. nr 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp cechujących się czasem pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5** Dotyczy: Część nr IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl. L.p. nr 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp o wadze do 2,3 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6** Dotyczy: Część nr IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl. – INFORMACJE DODATKOWE L.p. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp, (zgodnie z zaleceniami producenta) wymagających jednego przeglądu na 24 miesiące.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7** Dotyczy: Część nr IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl. STACJA DOKUJĄCA - INFORMACJE DODATKOWE L.p. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokującej, (zgodnie z zaleceniami producenta) wymagającej jednego przeglądu na 24 miesiące.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **UCZESTNIK 5**

**Dotyczy: Część I – Fotel do chemioterapii - 11 szt.**

**Pytanie 1**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fotela 3-segmentowego, w którym segment siedziska i oparcia nóg wykonane są z niezależnych części (przerwy pomiędzy segmentami leżą wypełnione są materiałem zabezpieczającym przed przypadkowym zakleszczeniem ręki i spadaniem drobnych przedmiotów)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fotela posiadającego długość x szerokość całkowitą siedziska 2150 x 590 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fotela posiadającego całkowitą szerokość wraz z podłokietnikami 960 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego regulację nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie  $+80^{\circ}$  do  $-15^{\circ}$  za pomocą pilota ręcznego?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego regulację nachylenia segmentu siedziska w zakresie od  $0^{\circ}$  do  $25^{\circ}$  za pomocą pilota ręcznego?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego regulację nachylenia segmentu podudzia (nóg) w zakresie od  $0^{\circ}$  do  $45^{\circ}$  za pomocą pilota ręcznego?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego regulację wysokości w zakresie 56 – 88 cm za pomocą pilota?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela o wadze max. 115 kg?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego centralną blokadę wszystkich kół, dźwignie usytuowane po lewej oraz prawej stronie fotela?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10**

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego poszycie do wyboru w kolorze ciemnoniebieskim lub pomarańczowym (jak na poglądowym zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w dwa podłokietniki z regulacją kąta ustawienia (bez regulacji wysokości oraz szerokości rozstawu)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tapicerki zmywalnej wykonanej z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne skóropodobnego w 2 kolorach do wyboru?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela, w którym nie ma możliwości łatwego demontażu tapicerki (materaca)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela, w którym segment oparcia nóg oraz podnózek regulowane są elektrycznie za pomocą pilota?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15**

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wodoodporności silników fotela zgodna z normą IP54?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy: Część V – Wózek zabiegowy - 6 szt.****Pytanie 16**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat boczny wysuwany, wykonany z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa?

**Odpowiedź: dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy wyposażony w blat boczny wysuwany z płyty HPL.**

**Pytanie 17**

Czy (w pkt. 4, 13 i 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „odcinków szyn instrumentalnych”? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe będzie zamocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do stelaża nadstawki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na narzędzia, wym. 255 x 245 x 90 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 19**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na cewniki, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wym. 148 x 79 x 615 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 20**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w półkę nadblatową ze stali nierdzewnej, wym. 520 x 115 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z estetycznego, wysokiej jakości z tworzywa w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron z bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 22**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę i szuflady stalowe, lakierowane proszkowo na szaro, fronty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym z możliwością wyboru koloru

uchwyty szuflad (do wyboru 6 kolorów uchwytów szuflad jak na poglądowym wzorniku poniżej); prowadnice szuflad z samodociążeniem, korpus szafki bez konieczności stosowania materiału wygłuszającego, niechłonącego wilgoci, minimalizującego wibracje, wyposażony w uchwyt do prowadzenia?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 23**

Odnosnie załącznika nr 10, w pkt. 4 prosimy o zmianę zapisów z:

„Możliwość rozbudowywania o nowe komponenty i aktualizacji oprogramowania (...)”

Na: „Możliwość rozbudowywania o nowe komponenty i aktualizacji oprogramowania – jeśli dotyczy (...)”

Wózek zabiegowy nie jest urządzeniem elektronicznym, nie posiada m.in. aktualizacji oprogramowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie informuje, że w przypadku, gdy jedno lub kilka kryteriów częściowych wskazanych w załączniku nr 10 do SWZ nie dotyczy oferowanego asortymentu, całkowita wartość punktowa kryterium oceny w zakresie DNSH stanowi sumę punktów maksymalnych kryteriów częściowych mających zastosowanie dla danego asortymentu.**

#### **Pytanie 24**

Odnosnie załącznika nr 10, w pkt. 7 prosimy o zmianę zapisów z:

„Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie wodą (np. tryb energooszczędny, eco, itp.)”

Na: „Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie wodą (np. tryb energooszczędny, eco, itp.) – jeśli dotyczy”

Wózek zabiegowy nie jest urządzeniem elektronicznym, nie posiada m.in. trybu energooszczędnego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie informuje, że w przypadku, gdy jedno lub kilka kryteriów częściowych wskazanych w załączniku nr 10 do SWZ nie dotyczy oferowanego asortymentu, całkowita wartość punktowa kryterium oceny w zakresie DNSH stanowi sumę punktów maksymalnych kryteriów częściowych mających zastosowanie dla danego asortymentu.**

#### **Pytanie 25**

Odnosnie załącznika nr 10, w pkt. 8 prosimy o zmianę zapisów z:

„Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, tryb energooszczędny, eco, itp.)”

Na: „Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, tryb energooszczędny, eco, itp.) – jeśli dotyczy”

Wózek zabiegowy nie jest urządzeniem elektronicznym, nie posiada m.in. trybu energooszczędnego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie informuje, że w przypadku, gdy jedno lub kilka kryteriów częściowych wskazanych w załączniku nr 10 do SWZ nie dotyczy oferowanego asortymentu, całkowita wartość punktowa kryterium oceny w zakresie DNSH stanowi sumę punktów maksymalnych kryteriów częściowych mających zastosowanie dla danego asortymentu.**

### **UCZESTNIK 6**

**Część IV Zestaw pomp w stacji dokującej – 6 kpl.**

## Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp renomowanej na światowym rynku firmy. Produkowanych w Europie a akcesoria produkowane w Polsce odnosząc się do poszczególnych punktów tabeli specyfikacji zgodnie z nr pozostałe parametry zgodnie z SWZ:

1. Pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml? Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2-3ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 - 1,5 ml do infuzji, a przy jeszcze mniejszej objętości strzykawki nie uda się nawet napelnić drenu.

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

3. Bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

4. Pompa strzykawkowa o wysokości 13,5 cm

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

8. Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-1200 ml/h

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

7. Programowanie szybkości infuzji w ml/h oraz parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m<sup>2</sup>/h, mg/m<sup>2</sup>/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

9. Dostępne tryby infuzji: infuzja ciągła według objętości/czasu lub dawki/czasu -infuzji z limitem objętości -infuzji bolusowej

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

1. Dokładność infuzji ± 3%

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

12. Pompę infuzyjną z możliwością automatycznego wstrzymania podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)? Pompa posiada automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

13. Pompa infuzyjna z możliwością wgrania biblioteki leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z:

- nazwy leku,
- 5 stężeń(koncentracja) lub zakres
- szybkości dozowania (dawkowanie),
- całkowitej objętości (dawki) infuzji, -parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
- limitów dla wymienionych parametrów infuzji:
  - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,
  - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu,
- notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji,

Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym na 19 profili. Wybór oddziału dostępny w pompie. Zawierającą 2850 leków

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

15. Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie min. :

- nazwa leku,
- koncentracja leku,
- szybkość infuzji,
- informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanych zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,

- podana dawka,
  - poziom limitów dla szybkości infuzji,
  - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej,
  - kategorii leku wyodrębnionej kolorem,
  - stan naładowania akumulatora,
- aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

16. Wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD nie dotykowy

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza przy zachowaniu przekątnej 3,5"**

17. Pompa z możliwością żywienia pozajelitowego bez wyróżnień kolorystycznych, kolorystyczne diody led informują o alarmach oraz procesie infuzji.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

25. Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:

- Zatraskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.
  - Sygnał dźwiękowy prawidłowo zamocowanej pomp w stacji,
  - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,
  - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
  - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny
- Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP na pompie.

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

30. Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

36. Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6 h

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza**

#### **INFORMACJE DODATKOWE**

2. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wykonywania przeglądów w pompach w 1 do roku podczas gwarancji dla pomp w których producent wymaga takowej czynności dopiero po 6 latach. Było by to z punktu widzenia ekonomii i ekologii nie uzasadnione.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Stacja dokująca do zestawu**

13. Stacja bez wyciągnika, wyciągnik z regulowaną wysokością w statywie do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi –

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **STOJAKI DO STACJI DOKUJĄCYCH**

4. Obciążenie max. 25 kg.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 2**

Czy wyciągnik statywu na worki lub butelki do infuzji powinien być regulowany z możliwością regulacji jedną ręką oszczędzając czas personelu medycznego?

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### **Pytanie 3**

Czy celem łatwiejszego utrzymania czystości statyw powinien być wykonany w większości ze stali nierdzewnej minimum 80% powierzchni ?

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### **Pytanie 4**

Prosimy Zamawiającego o informację czy oferowane pompy powinna być wyposażone w możliwość podania bolusa emergency?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 6**

Prosimy Zamawiającego o informację czy pompa powinna być wyposażona w dynamiczny system pomiaru ciśnienia, który wykrywa zmiany ciśnienia, umożliwiając przewidywanie ryzyka zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu infuzyjnego. Oraz dodatkowo niezależnie od DPS wyświetlać pomiar ciśnienia w linii na ekranie pompy za pomocą piktogramu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**UCZESTNIK 7**

L.p.	Wymagany parametr urządzenia		<b>PYTANIA</b>
2	Fotel 3-segmentowy. Segment siedziska i oparcia nóg wykonany w jednej płaszczyźnie	TAK, podać	Czy Zamawiający dopuści Fotel 3-segmentowy. Segment siedziska i oparcia nóg wykonany jako odrębne tapicerowane segmenty? <u>Odpowiedź: zgodnie z SWZ.</u>
3	Fotel umożliwiający uzyskanie min pozycji siedzącej i leżącej, przeznaczony do przeprowadzania badań, podawania leków i poboru krwi z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, pozycji Trendelenburga	TAK, podać	Czy Zamawiający dopuści fotel umożliwiający uzyskanie min pozycji siedzącej i leżącej, przeznaczony do przeprowadzania badań, podawania leków i poboru krwi z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, pozycji Trendelenburga i funkcją Auto – Kontur? <u>Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.</u>
	Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową	TAK, podać	Czy Zamawiający dopuści Podstawa fotela wykonana z tworzywa sztucznego? <u>Odpowiedź: zgodnie z SWZ.</u>
4	Długość x szerokość całkowita siedziska nie mniejsza niż 2100x600mm	TAK, podać	Czy Zamawiający Długość x szerokość całkowita siedziska nie większa niż 2100x600mm? <u>Odpowiedź: zgodnie z SWZ.</u>
5	Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: mak. 850 mm	TAK, podać	Czy Zamawiający dopuści Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: mak. 870 mm? <u>Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.</u>
6	Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie nie mniejszym niż +80° do -13° za pomocą sprężyn gazowych	TAK, podać	Czy Zamawiający dopuści Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie nie mniejszym niż +80° do -12° za pomocą silownika elektrycznego ? <u>Odpowiedź: zgodnie z SWZ.</u>
7	Regulacja kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 0° do + 20° za pomocą sprężyn gazowych	TAK, podać	Czy Zamawiający dopuści Regulacja kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 0° do + 12° za pomocą silownika elektrycznego ? <u>Odpowiedź: zgodnie z SWZ.</u>
8	Regulacja segmentu podudzia w zakresie nie mniejszym niż: - 30° do + 20°.	TAK, podać	Czy Zamawiający Regulacja segmentu podudzia w zakresie nie mniejszym niż: - 35° do + 12°? <u>Odpowiedź: zgodnie z SWZ.</u>
11	Przechył Trendelenburga: minimum -13° dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem	TAK, podać	Czy Zamawiający dopuści Przechył Trendelenburga: minimum -12° dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem? <u>Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.</u>

## UCZESTNIK 8

### ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

#### III. Oświadczenia Wykonawcy : pkt.13 2)

Czy wskazanie w tym punkcie opcji „nie spełniają” i „nie będą” nie spowoduje odrzucenia oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego, ponieważ wspomniane Rozporządzenie (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji emisji nie dotyczy oferowanego przez nas produktu, ponieważ jest to produkt bezemisyjny, a ze względu na miejsce jego produkcji poza EU produkt ten nie podlega certyfikowaniu zgodnie z wytycznymi w/w Rozporządzenia?

Odpowiedź: Jednocześnie informuje, że w przypadku, gdy jedno lub kilka kryteriów częściowych wskazanych w załączniku nr 10 do SWZ nie dotyczy oferowanego asortymentu, całkowita wartość punktowa kryterium oceny w zakresie DNSH stanowi sumę punktów maksymalnych kryteriów częściowych mających zastosowanie dla danego asortymentu.

#### Zamawiający informuje iż zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-09-03 godz. 12:00 na dzień 2025-09-05 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2025-09-03 godz. 13:00 na dzień 2025-09-05 godz. 13:00.
- Związania ofertą z dnia 01/12/2025r. na 03/12/2025r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 57/PN/MN/2025 z dnia 29/07/2025r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach