

Suwałki, dnia 29/09/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.488//79/TP/MN/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 79/TP/MN/2025

Dotyczy: **DOSTAWA ROZTWORÓW DO DIALIZ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w części 1 kanistrów o pojemności 4,7L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie koncentratu bez kwasu cytrynowego – 0,8mmol/l.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na platformie postępowania www.e-propublico.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 79/TP/MN/2025 z dnia 25/09/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach