

Suwałki, dnia 30/09/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.497/77/TP/AK/2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 77/TP/AK/2025****Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Zakup i dostawa sprzętu zabiegowego tj. kolumny anestezyjologiczne i chirurgiczne : w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1**Kolumna anestezyjologiczna****Pytanie nr 1**

W postępowaniu wskazano wymóg zastosowania powłoki antybakteryjnej na kolumnie anestezyjologicznej. Z uwagi na cel zamawiającego, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu higieny i ograniczenie rozwoju mikroorganizmów, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, w którym kolumna wykonana jest z anodowanego aluminium – materiału odpornego na korozję, o gładkiej, nieporowatej powierzchni, łatwej do dezynfekcji, spełniającej wymagania w zakresie dezynfekcji i zachowania czystości. Oferowane rozwiązanie realizuje cel zamawiającego w sposób równorzędny, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo użytkowaniu w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pokrycia powłoką antybakteryjną jednostki

Pytanie nr 2

W postępowaniu wskazano wymóg ruchu ramion w poziomie w zakresie 340°. Oferowane rozwiązanie posiada zakres 330°. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie o zakresie 330°, które w pełni zapewnia ergonomię pracy oraz dostęp do pacjenta? Pragniemy podkreślić, że różnica 10° jest wartością marginalną, niemającą wpływu na funkcjonalność systemu – ramiona w pełni pokrywają przestrzeń roboczą wokół stołu operacyjnego, umożliwiając komfortową obsługę zarówno operatorowi, jak i asyście ponieważ w momencie instalacji kolumny blokady ustawia się w martwym polu w którym głowica nigdy nie pracuje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

W OPZ wskazano, że tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwiać montaż co najmniej 10 gniazd elektrycznych, a w punkcie 17 wymaga się zainstalowania 8 gniazd elektrycznych. Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje przygotowania konstrukcji głowicy pod możliwość montażu 10 gniazd, z jednoczesnym fabrycznym montażem 8 gniazd, czy faktycznej instalacji 10 gniazd elektrycznych w ramach dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, w punkcie 17 Zamawiający odnosi się tylko do ściany bocznej

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania głowicy pionowej o wymiarach 933 mm x 302 mm x 263 mm? Są to niewielkie różnice konstrukcyjne które nie wpływają na ergonomię pracy personelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary głowicy kolumny pod warunkiem, że jej dolna krawędź głowicy kolumny nie będzie kolidowała z leżem stołu operacyjnego ustawionej na maksymalnej wysokości od podłogi 82 cm.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, w którym sterowanie hamulcem odbywa się w sposób dotykowy – wystarczy przełożenie dłoni – a sam uchwyt może być rozmieszczony według uznania użytkownika na krawędzi głowicy, wzdłuż wysokości co zwiększa ergonomię i wygodę pracy personelu? Dodatkowo zwalnianie odbywa się przez panel umieszczony na dowolnej ścianie głowicy. Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Czy w przypadku głowicy o kształcie prostopadłościanu (4 ściany boczne) wystarczające będzie zapewnienie możliwości rozmieszczenia gniazd gazowych na wszystkich 4 bokach głowicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Kolumna chirurgiczna**Pytanie nr 1**

W postępowaniu wskazano wymóg zastosowania powłoki antybakteryjnej na kolumnie anestezyjologicznej. Z uwagi na cel zamawiającego, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu higieny i ograniczenie rozwoju mikroorganizmów, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, w którym kolumna wykonana jest z anodowanego aluminium – materiału odpornego na korozję, o gładkiej, nieporowatej powierzchni, łatwej do dezynfekcji, spełniającej wymagania w zakresie dezynfekcji i zachowania czystości. Oferowane rozwiązanie realizuje cel zamawiającego w sposób równorzędny, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo użytkownikowi w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pokrycia powłoką antybakteryjną jednostki

Pytanie nr 2

W postępowaniu wskazano wymóg ruchu ramion w poziomie w zakresie 340°. Oferowane rozwiązanie posiada zakres 330°. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie o zakresie 330°, które w pełni zapewnia ergonomię pracy oraz dostęp do pacjenta?

Pragniemy podkreślić, że różnica 10° jest wartością marginalną, niemającą wpływu na funkcjonalność systemu – ramiona w pełni pokrywają przestrzeń roboczą wokół stołu operacyjnego, umożliwiając komfortową obsługę zarówno operatorowi, jak i asyście ponieważ w momencie instalacji kolumny blokady ustawia się w martwym polu w którym głowica nigdy nie pracuje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania głowicy pionowej o wymiarach 1.482 x 407 x 263 mm? Są to niewielkie różnice konstrukcyjne które nie wpływają na ergonomię pracy personelu.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary głowicy kolumny pod warunkiem, że jej dolna krawędź głowicy kolumny nie będzie kolidowała z leżem stołu operacyjnego ustawionej na maksymalnej wysokości od podłogi 82 cm.

Pytanie nr 4

W OPZ wskazano wymóg, aby przednia ściana szuflady posiadała podcięcie umożliwiające włożenie podłączonego przewodem endoskopu. Czy zamawiający może doprecyzować wymiary lub preferowany sposób wykonania tego podcięcia, aby zapewnić zgodność z wymaganiem funkcjonalnym?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia OPZ i usuwa wymóg aby przednia ściana szuflady posiadała podcięcie

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2

§ 5 ust. 9

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20 %.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 2

Dot. Załącznik nr 5 do SWZ - PARAMETRY TECHNICZNE

Kolumny anestezyjologiczne

Pytanie 1,

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości do stropu i do sufitu podwieszanego w miejscu montażu kolumn.

Odpowiedź: Wysokość do stropu 2,92m (strop tynkowy Akermana), wysokość do sufitu podwieszanego 2,6m a wysokość do przygotowanego mocowania to 2,70m, przestrzeń instalacyjna powyżej sufitu laminarnego i GK ok. 0,32m

Pytanie 2,

Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju stropu w miejscu montażu kolumn.

Odpowiedź: Strop tynkowy Akermana

Pytanie 3,

Prosimy Zamawiającego o informację, czy do miejsc montażu kolumn doprowadzone są instalacje elektryczne, niskoprądowe oraz gazy medyczne odpowiadające wymaganiom w parametrach technicznych gniazdom montowanym w urządzeniu.

Odpowiedź: Do miejsc montażu kolumn doprowadzone są instalacje elektryczne oraz gazy medyczne.

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie oraz zmodyfikowania załącznika nr 5 do SZW.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 03/10/2025r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 03/10/2025r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą : 01/11/2025r.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 77/TP/AK/2024 z dnia 23/09/2025r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach