

Suwałki, dnia 08/10/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.511/80/TP/MN/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 80/TP/MN/2025

Dotyczy: **Dostawa materiałów opatrunkowych: sterylnych, niesterylnych, specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 Część nr 16

Czy Zamawiający dopuści w części nr 16 w poz. 1, 2, 3 gąbki żelatynowej w opakowaniach po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj: Poz. 1 – 40 opak. Poz. 2 – 75 opak Poz. 3 – 9 opak?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Część nr 34

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 34 podkładów chłonnych nieprzepuszczających wilgoci, podfoliowany, w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym składającym się z pulpy celulozowej + SAP, chłonność min. 1000 g , rozmiar wkładu chłonnego 85 x 55, opakowanie 30 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 Część 50

Czy Zamawiający dopuści pianki o pojemności 400 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 1125 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Część 51

Czy Zamawiający dopuści maść cynkową o pojemności 100 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 40 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Część 59

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 20 x 27 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Część 59

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 30 x 30 cm m pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 3.200 op.?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści sterylny kompres włókninowy 10x20 pakowany A'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 3

Pytanie 1 Część 29, poz. 1

Czy zamawiający dopuści szerokość podkładu 50 cm, pozostałe zgodne z swz?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 4

Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 17, 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna włóknina polietylenowa + chłonna włókniana polipropylenowa), spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna włóknina polietylenowa + chłonna włókniana polipropylenowa) o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 x serweta barierowa SMS 50x60cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 56g/m² 75x90cm z otworem o wymiarach 6x9cm otoczonym taśmą przyklepną

10 x kompres włókninowy 4w, 40g, 7,5 x 7,5cm

1 x zielona pęseta plastikowa 13cm

Sposób sterylizacji: tlenek etylenu

Sposób pakowania: 1/20/160

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę produkcji, datę ważności oraz kod UDI; kartonowe opakowanie pośrednie; zewnętrzne opakowanie transportowe

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 5

Pytanie 1 Część 50

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pianki myjąco-pielęgnującej do codziennej pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień. Pojemność 400ml z przeliczeniem ilości opakowań , pianka przebadana dermatologicznie, hypoalergiczna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 6

Pytanie 1 do postępowania

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź: tak, jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów.

Pytanie 2 PAKIET 30, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie próbek do 1 opakowania (50 szt.) ?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 PAKIET 30, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunku do kaniul na opakowania? I podanie ceny za opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 PAKIET 60, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie - Elastycznego, uciskowego opatrunku, zabezpieczającego miejsce wkłucia w celu zatamowania krwawienia. Wkład chłonny ze spongostanem powiększający swoją objętość w trakcie wchłaniania .W kolorze beżowym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 7

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w części 59?

Wilgotne chusteczki pielęgnacyjne nie naruszające bariery ochronnej skóry dzięki pH 5,5 o wym. 180 x 220 mm ,
Opakowanie 72 szt.

Opakowanie w środkowej części posiada trwałe zamknięcie służące do wielokrotnego i wygodnego dozowania chusteczek.

Brak podrażnień na skórze pacjenta, po zastosowaniu na jego ciele.



Oferujemy próbkę produktu (1 opakowanie).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 8

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 16x7 cm - duża powierzchnia chusteczki pozwala na oszczędniejsze użytkowanie. Oraz czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie silikonu medycznego, tworzącego bezpieczną dla skóry warstwę ochronną? Chusteczki odpowiednie nawet dla najbardziej wrażliwych typów skóry - bezalkoholowe.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 9

Pytanie 1

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga ligniny marszczonej, która jest wyrobem medycznym zapakowanej w opakowaniu foliowym chroniącym przed zawilgoceniem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a²200mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści podkłady wykonane z włókniny polipropylenowej, podkład na rolce perforowany, niezłożony 51cm x 50cm długość 40m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość próbek dostarczonych wraz z ofertą do 1 szt. próbek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 40g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dla pakietu nr 24 poz. 1-9 jednej próbki w wybranym rozmiarze? Asortyment oferowany w poz. 1-9 różni się wyłącznie rozmiarem, wobec czego ocena wymaganych parametrów dla wszystkich pozycji może zostać dokonana na podstawie jednego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 24

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość próbek dostarczonych wraz z ofertą do 2 szt. próbek do każdego oferowanego indeksu? Obecnie Zamawiający wymaga 2 opakowań próbek do każdej pozycji oferty, co może generować znaczne koszty u oferentów. Ocena parametrów oferowanych wyrobów jest możliwa na podstawie 2 sztuk próbek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 34,

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość próbek dostarczonych wraz z ofertą do 2 szt. próbek? Obecnie Zamawiający wymaga 2 opakowań próbek, co może generować znaczne koszty u oferentów. Ocena parametrów oferowanych wyrobów jest możliwa na podstawie 2 sztuk próbek.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pakiet 38, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci w przedziale wagowym 5-9 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 38, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci w przedziale wagowym 8-14 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 46-49

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość próbek dostarczonych wraz z ofertą do 1 op. szt. próbek? Obecnie Zamawiający wymaga 2 opakowań próbek, co może generować znaczne koszty u oferentów. Ocena parametrów oferowanych wyrobów jest możliwa na podstawie 2 sztuk próbek.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130-170cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 49

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający oczekuje przedstawienia próbek 2 op. a'10szt?

Odpowiedź: Tak, zamawiający oczekuje przedstawienia próbek 2 op. a'10szt.

Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści krem ochronny z tlenkiem cynku w opakowaniu o pojemności 100 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 51

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość próbek dostarczonych wraz z ofertą do 1 op. szt. próbek? Obecnie Zamawiający wymaga 2 opakowań próbek, co stanowi 10% zamówienia rocznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 56

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie kompresy włókninowe 40g 7,5x7,5 cm z nacięciem „O” - 4 szt., kompresy gazowe 13-nitkowe, 8-warstwowe 7,5x7,5 cm – 10szt; serweta podfoliowana 45x38 cm z otworem owalnym przylepnym o średnicy 8 cm- 1 szt.; pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 57

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierową z etykietą z min. dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie , dacie ważności , nr lot , identyfikacji wytwórcy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 58, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu zawierającym 200ml jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 58

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość próbek dostarczonych wraz z ofertą do 1 op. szt. próbek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 59

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia próbek do w/w zadania w ilości 1 op. zgodzi się zmniejszyć ilość próbek dostarczonych wraz z ofertą do 1 op. szt. próbek?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy dopisać słowa „, *chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni*”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie § 5 ust. 2 wzoru umowy w niezmienionym kształ-

cie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 5 ust. 2 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby dostawa została częściowo zrealizowana w terminie a zwłoka dotyczyła tylko nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów niedostarczonych w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towarów niedostarczonych w terminie. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę.

Pytanie 62

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w wymianie towarów wadliwych była naliczana od wartości wadliwych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby wadliwa była tylko część towarów objętych zamówieniem, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów wadliwych, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towarów wadliwych. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę.

UCZESTNIK 10

Pytanie nr 1 – dotyczy Części 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów włókninowych jałowych pakowane a’5 szt.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1 – dotyczy Części 17 i 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna włóknina polietylenowa + chłonna włókniana polipropylenowa), spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna włóknina polietylenowa + chłonna włókniana polipropylenowa) o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 11

Część 24, pozycja 1-9

Czy Zamawiający wymaga 2 op. próbek po a’1 sztuce jałowych opatrunków?

Odpowiedź: tak.

Część 24, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5,8 x 8,3 cm?

Odpowiedź: tak.

Część 27, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane po a’3 sztuki?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Część 43, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści klej akrylowy naniesiony metodą ciągłą?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Część 43, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści klej akrylowy naniesiony metodą ciągłą?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Część 43, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej w kolorze białym?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Część 43, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści klej akrylowy naniesiony metodą ciągłą?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Część 43, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści klej akrylowy?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Część 43, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści 1 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 12

Pytanie 1 ZADANIE 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z przylepcem na dłuższym boku? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 ZADANIE 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gąbkę hemostatyczną w opakowaniu a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 ZADANIE 17

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego materiału Biflex (PP+PE) o gramaturze min. 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 ZADANIE 18

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego materiału Biflex (PP+PE) o gramaturze min. 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 ZADANIE 21

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 sztuk?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 ZADANIE 28

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego materiału Biflex (PP+PE) o gramaturze min. 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 ZADANIE 34

Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 680 ml. (+/- 60 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 ZADANIE 34

Czy Zamawiający dopuści podkłady w opakowaniu a²25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 ZADANIE 53

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego materiału Biflex (PP+PE) o gramaturze min. 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 13

Pytanie 1 Część 4, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1kg ligniny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimno w rozmiarze 12x29cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimno w rozmiarze 13x14cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie namaczania około 5 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w SWZ.

Pytanie 7 Część 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pak. a¹1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w SWZ.

Pytanie 8 Część 7, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 Część 8, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt., z każdej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10 Część 9, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 Część 10, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 Część 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 Część 11, pozycja 1, Część 13 pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14 Część 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 Część 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 Część 14, pozycja 1, Część 15, pozycja 1, Część 39, pozycja 1, Część 43 poz. 12 i 13, Część 56 pozycja 1, Część 57, pozycja 1, Część 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 Część 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką

5 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 Część 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

10 x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z przyklepcem na dłużnym boku

2 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa bez przylepca

1 x Pęseta plastikowa 13cm zielona

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 Część 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina PP + folia PE)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 Część 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina PP + folia PE)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 Część 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 22 Część 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pak. a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pak. a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez nitki RTG?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 Część 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 28 Część 22, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania z każdej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.,

Pytanie 29 Część 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm z wycięciem „Y”?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 30 Część 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 Część 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 Część 24, pozycja 2, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 Część 24, pozycja 3, 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 Część 24, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 Część 24, pozycja 1-9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając wymaganą ilość próbek 2op. ma na myśli po 2szt opatrunku pakowanego indywidualnie.

Odpowiedź: tak.

Pytanie 36 Część 25 pozycja 1-3, część 27 poz. 1-3, część 31 poz. 1-8

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompresy były zaklasyfikowane w klasie IIa, reg. 7 jako wyroby chirurgiczne inwazyjne przeznaczone do krótkotrwałego użytkowania? Na rynku pojawiły się kompresy zaklasyfikowane jako klasa I sterylna, które nie mogą być użytkowane na Sali operacyjnej w polu operacyjnym (wyroby nieinwazyjne).

Odpowiedź: wymaga w części 31.

Pytanie 37 Część 25, pozycja 1-3 , część 26 poz. 1-3, część 27 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania z każdej pozycji.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38 Część 26 pozycja 1-3m część 62 poz. 1-3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompresy były zaklasyfikowane w klasie IIa, reg. 7 jako wyroby chirurgiczne inwazyjne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zaklasyfikowane kompresy po wyjałowieniu mogą być użytkowane na Sali operacyjnej w polu operacyjnym (wyroby inwazyjne).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 39 Część 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina PP + folia PE) o gramaturze min. 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 Część 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 41 Część 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 60m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 Część 29, pozycja 1-2, część 36 poz. 1-2, część 40 poz. 1-17

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1szt z każdej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43 Część 30, pozycja 1, część 31 pozycja 1-8

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania z każdej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44 Część 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 Część 31, pozycja 3, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pak. a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 46 Część 33, pozycja 1-5

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania z każdej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47 Część 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną jałową o długości 4m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 Część 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 Część 34, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50 Część 37, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści folie wykonane z poliuretanu, zawierające w warstwie klejącej 2% roztwór jodiny?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 51 Część 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 15x26cm, część lepna 15x20cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 52 Część 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 10x24cm, część lepna 10x18cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 53 Część 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 42x42 cm, część lepna 42x36 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 54 Część 37, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 60x52cm, część lepna 60x46cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 55 Część 37, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 70x80cm, część lepna 70x74cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 56 Część 37, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 60x52cm, część lepna 60x46cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 57 Część 37, pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 58 Część 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

2 x Rękawice diagn. Nitrylowe bezpudrowe rozm. M

Osobno Pakowane

1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6 ml

2 x Strzykawki z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 Część 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką i igłą bez opakowania jednostkowego, zapobiegnie to produkowaniu odpadów podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60 Część 43, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 61 Część 43, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 62 Część 43, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny w kolorze białym?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 63 Część 43, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny o długości 5m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 64 Część 43, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 65 Część 43, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 66 Część 43, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 67 Część 43, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68 Część 43, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a' 100szt?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 69 Część 43, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 70 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 150%?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 71 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie 55 % przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2 % spandex?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 72 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 120%?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 73 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie 100% poliestru?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 74 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 80%?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 75 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie 47,8% Poliamid, 52,2% Poliester?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 76 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną kohezyjną o składzie Nylon 30% $\pm 2\%$, Wiskoza 35% $\pm 2\%$, Bawełna 35% $\pm 2\%$?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 77 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 60%?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 78 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną kohezyjną o składzie wiskozę, poliamid, bezlateksowy polimer?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 79 Część 43, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 85%?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 80 Część 43, pozycja 1-8, 10, 16, część 52 poz. 1, część

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki z każdej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 81 Część 43, pozycja 9, część 50 poz. 1, część 62 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania z każdej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82 Część 43, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą plastikową z tolerancją rozmiaru 0,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83 Część 43, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze stacją lateksową o rozmiarze 45 cm x 2,5 cm w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84 Część 43, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze stazą lateksową o rozmiarze 45 cm x 2,5 cm w kolorze różowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85 Część 43, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z opatrunkiem włókninowym w rozmiarze 8cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86 Część 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 300ml z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 Część 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina PP + folia PE) o gramaturze min. 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88 Część 55, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 89 Część 56, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą PP+PE w rozmiarze 75cm x 80cm z otworem 6x15cm z przylepnymi rogami? (poz. 3 zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 90 Część 56, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91 Część 57, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 38cm x 45cm (niebieski SMS)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Ostrze do ściągania szwów długie 11cm

6 x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92 Część 61, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1szt z każdej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 93 Część 61, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga aby opaska o szerokości 15cm zawierała 2 zapinki?

Odpowiedź: tak.

Pytanie 94 Część 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm

1 x Chwytnik plastikowy (Kocher, Pean) 13cm niebieski

1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, 2-częściowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm [KOMPLET]

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock

1 x Iгла iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa

1 x Iгла iniekcyjna (0,8 x 40 / 21G x 1½"), ciemnozielona

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Iglotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm

1 x Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny, rozm. 10cm x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95 Część 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką oraz igłami bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96 Część 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97 Część 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98 Część 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne bez zaokrąglonych brzegów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99 Część 70, pozycja 1

Czy Zamawiający, podając jednostkę miary sztuka, ma na myśli 1 sztukę przylepca czy blisterek zawierający 6 przylepców? Pragniemy zauważyć, że na rynku nie występują przylepce zastępujące nici chirurgiczne pakowane a'1szt.

Odpowiedź: blisterek 6 przylepców

Pytanie 100 Część 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za blisterek zawierający 6 przylepców zastępujących nici chirurgiczne z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 14

Pytanie 1 P.41 Poz.1-30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 2szt do 1szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 P.41 Poz.1-30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku próbek tego samego typu na złożenie próbek w jednym wybranym rozmiarze?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 15

Pytanie 1 Część 28, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50x50cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Część 29, poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu dwuwarstwowego: celuloza + polietylen (PE)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Część 29, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu 50cm x 50m

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 Część 34, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładów pakowanych po 25 sztuk, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 2400 op. a'25 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 16

Pytanie 1 Część nr 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania następującego zestawu do cewnikowania:

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego IV

Skład zestawu*:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem Ø10 cm
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)
- 1 x pęseta anatomiczna, plastikowa 12,5 cm
- 1 x kleszczyki typu Kocher, plastikowe 14 cm
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 4 x tampon z 100% bawełnianej gazy absorpcyjnej (tupfer), 20-nitkowy, wielkość śliwki
- 1 x strzykawka z zelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana)

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister, z 2 wgłębieniami.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

** Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i numerze serii.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Część nr 15:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania następującego zestawu do znieczulenia przewodowego:

Zestaw do nakłucia lędźwiowego / znieczulenia regionalnego

Skład zestawu*:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki typu Kocher, plastikowe 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm, 18G x 1/2 (zapakowana)
- 1 x igła iniekcyjna 0,7 x 32 mm, 22G x 1/4 (zapakowana)
- 6 x tampon z 100% bawełnianej gazy absorpcyjnej (tupfer), 20-nitkowy, wielkość śliwki
- 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister, z 3 wgłębieniami.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

** Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i numerze serii.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Część nr 42:

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną mascią niezawierającą składników czynnych i uczulających?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 43:

Pytanie 4 Poz. 11

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania igły zgodnej z opisem w rozmiarze Ø18G L81mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Poz. 12

zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości próbek, jakie należy dostarczyć, z 10 sztuk do 2 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Poz. 13

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania następującego zestawu do wkłucia obwodowego:

Zestaw do wkłucia obwodowego

Skład zestawu*:

- 1x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 1x staza jednorazowego użytku 3,5 cm x 65 cm
- 2 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1x opatrunek Cosmopor i.v. 7 x 9 cm

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

** Zestaw zawiera informacje o dacie ważności i numerze serii.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Poz. 14 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku z włókien alginianów wapnia i alginianu sodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Część nr 53:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetki zgodnej z opisem, ale wykonanej z włókniny o gramaturze 55 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 Część nr 55:

Poz. 1-2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwetki posiadających jedną etykietę samoprzylepną z nazwą, kodem, numerem serii i datą ważności?

Odpowiedź: tak.

Pytanie 10 Część nr 63:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zgodnego z opisem, ale strzykawką Luer 10 ml nie jest zapakowana, a igłotrzymacz ma rozmiar 14cm (a nie 13cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 17

Pytanie 1 Pakiet 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego zabezpieczającego łóżko przed zabrudzeniem. Wysokochłonny wkład oraz wodoodporna warstwa zewnętrzna, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa przed zabrudzeniem pościeli. Jednorazowego użytku. Niejałowy. Rozmiar podkładu 60cm x 90cm; rozmiar warstwy chłonnej nie mniejszy jak 50cm x 80cm ± 10%. Pakowany po 30sztuk. Chłonność min. 1000g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Pakiet 35

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odpowiedź: Nie.

UCZESTNIK 18

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 38, pozycja 1) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym wycięciem na pępowinę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 38, pozycja 3) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 5-9kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 38, pozycja 4) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 38, pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 45, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o zakresie obwodu 56 - 96cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 46, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 47, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 48, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 49, pozycja 1) pieluchomajtki w rozmiarze XXL o zakresie obwodu 163 - 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 49, pozycja 1) pieluchomajtki w rozmiarze XXL, które nie posiadają ściągaczy taliowych gdyż zawierają system mocowania składający się z dwóch szerokich przyłepcorzepów (10 cm szerokości) oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 49, pozycja 1) pieluchomajtki w rozmiarze XXL, które posiadają system mocowania składający się z dwóch szerokich przyłepcorzepów (10 cm szerokości) oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie? W pieluchomajtkach o tak dużym zakresie obwodu w pasie, taki system mocowania jest najbardziej skuteczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 49, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XXL pakowane a' 32 szt. w op. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (części nr 45 - 49, pozycje 1) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (części nr 45 - 48, pozycje 1) pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w układ szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (części nr 45 - 48, pozycje 1) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 50, pozycja 1) piankę myjąco-pielęgnującą o pojemności 400ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 50, pozycja 1) piankę myjąco-pielegnującą, która nie pochłania moczu lecz zawiera składnik neutralizujący zapach moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 51, pozycja 1) krem ochronny z tlenkiem cynku o pojemności 100 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 51, pozycja 1) krem ochronny z tlenkiem cynku bez składnika pochłaniającego zapach moczu lecz pełniący te same funkcje jakie są oczekiwane w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający w Części Nr 34 poz. 1 dopuści wycenę za op. 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający w Części Nr 34, 38, 45, 46, 47, 48, 49 zmniejszy ilość próbek do 2 szt.?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 15/10/2025r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15/10/2025r. godz. 13:00

Termin związania z ofertą: 13/11/2025r

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na platformie postępowania www.e-propublico.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 80/TP/MN/2025 z dnia 29/09/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach