

Suwałki, dnia 17/10/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.529/72/PN/AK/2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 72/PN/AK/2025****Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Zakup i dostawa sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. Automatyczny system ultrasonografii piersi w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach"** dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

**UCZESTNIK 1**

Dot. Pkt. 43 Skok 02,5-2mm

Pytanie:

Prosimy potwierdzenie oczywistej pomyłki pisarskiej oraz potwierdzenie, czy w ww. punkcie Zamawiający miał na myśli parametr „Skok 0,5-2mm

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską, prawidłowy zapis parametru w pkt. 43 to „Skok 0,5-2mm”**

Dot. Pkt. 41. Gęstość przetworników 0,20mm

Pytanie,

Prosimy o wykreślenie punktu – powtarza się z parametrem nr. 25 Gęstość elementów piezoelektrycznych mniej niż 0,25mm, jak również został opisany w jednostce nm, która jest 0,000 000 2 mm.”

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską, prawidłowy zapis w pkt. 41 to „Gęstość przetworników 0,20mm”**

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-10-22 godz. 11:00 na dzień 2025-10-27 godz. 11:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2025-10-22 godz. 12:00 na dzień 2025-10-27 godz. 12:00.
- termin związania ofert na dzień 2026-01-24

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz **zmodyfikowany załącznik nr 5** do SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i na [www.e-propublicp.pl](http://www.e-propublicp.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i złożenia oferty ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 5 do SWZ.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 72/PN/AK/2025 z dnia 16/09/2025r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach