

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 90/PN/AK/2025

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Pracowni Histopatologii w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

UCZESTNIK 1

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy: Część 2 – Drukarka Laserowa – 2 szt.

Pytanie nr 1 do pkt. 36

36.	Wymiary zewnętrzne (bez zamontowanych podajników): 420x380x395 (szerokość x głębokość x wysokość) mm $\pm 5\%$	TAK, opisać	
-----	--	----------------	--

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwość zaproponowania drukarki laserowej o wymiarach zewnętrznych (bez zamontowanych podajników) o następujących wymiarach: Szerokość: 420 mm, Wysokość: 415mm i głębokość: 405mm ?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza](#)

Dotyczy: Część 3 – Drukarka termotransferowa – 4 szt.

Pytanie nr 1 do pkt 9

9.	Urządzenie wyposażone w minimum 2 niezależne od siebie podajniki na szkiełka podstawowe do nadruku (wymagana możliwość równoczesnego załadowania wszystkich podajników)	TAK, opisać	
----	---	----------------	--

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w celu zachowania najwyższej jakości obsługi wymaga aby oba gniazda montażowe na podajniki na szkiełka były wyposażone w uchylną tylną klapkę umożliwiającą wysunięcie całego podajnika bez unoszenia go do góry w przypadku zacięcia szkiełka w trakcie wysuwania z podajnika ?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale nie wymaga](#)

Pytanie nr 2 do pkt 18

18.	Kolorowy ekran dotykowy od obsługi urządzenia za pomocą wbudowanego oprogramowania	TAK, opisać	
-----	--	----------------	--

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w celu zachowania najwyższej jakości obsługi, oraz utrzymania czystości wymaga dwóch wyświetlaczy oraz przycisku włączania przykrytego jedną powierzchnią ułatwiającą czyszczenie?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga](#)

Dotyczy: SWZ- Rozdział 6

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 15 grudnia od podpisania umowy.

Otrzymaliśmy informacje od producenta sprzętu, że ze względu na kumulację wielu zamówień dostawa nie jest możliwa w tak krótkim terminie od podpisania umowy

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 19 grudnia od podpisania umowy.

Otrzymaliśmy informacje od producenta sprzętu, że ze względu na kumulację wielu zamówień dostawa nie jest możliwa w tak krótkim terminie od podpisania umowy

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Dotyczy: Projekt umowy- Załącznik nr 2

Pytanie nr 1 § 5

W związku z zapisami § 5 projektu umowy dotyczącymi naliczania kar umownych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości naliczania kar umownych od wartości wynagrodzenia netto, zamiast wartości brutto.

Uzasadniamy to faktem, że kara umowna stanowi sankcję cywilnoprawną niezwiązaną z podatkiem VAT, który nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie zobowiązanie publicznoprawne przekazywane do urzędu skarbowego.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar umownych – z wartości brutto na wartość netto wynagrodzenia?

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 2 § 5

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w § 5 ust. 1–3 projektu umowy z 0,5% do 0,4% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Uzasadnienie: zmiana pozwoli zachować proporcjonalność kar w stosunku do możliwych skutków opóźnień oraz zapewni równowagę kontraktową pomiędzy stronami.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe o ile występują?

Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji.

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie będą podlegały materiały zużywalne typu filtry węglowe](#)

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 90/PN/AK/2025 z dnia 30/10/2025r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach