

Suwałki, dnia 12/11/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.584/90/PN/AK/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 90/PN/AK/2025

Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ z dnia 07/11/2025r.

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: **Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Pracowni Histopatologii w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że dokonuje sprostowania wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 07/11/2025r. w zakresie Uczestnika 2 pytanie **18. Załącznik nr 5 do SWZ; pkt. 19; Część nr 1:**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zgodę na dostarczenie skanera wysokoprzepustowego bez interfejsu w postaci dotykowego ekranu wbudowanego w urządzenie. Obsługa skanera odbywałaby się z wykorzystaniem monitora zewnętrznego dostarczonego do skanera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega:

- 1) Termin składania ofert 18/11/2025r. godz. 11:00
- 2) Termin otwarcia ofert: 18/11/2025r. godz. 12:00
- 3) Termin związania z ofertą: 15/02/2026r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie www.e-propublico.pl.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 90/PN/AK/2025 z dnia 30/10/2025r.

Z poważaniem,
Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach