

Suwałki, dnia 11/12/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.659/104/TP/AK/2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 104/TP/AK/2025**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Zakup i dostawa sprzętu zabiegowego tj. aparatów do terapii nerkozastępczej w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

1. Dotyczy załącznika nr 5 parametry techniczne ogólne pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonującego wszystkie opisane tryby zabiegów z antykoagulacją heparynową za wyjątkiem SCUF (Slow Continuos UltraFiltration). Nadmieniamy, że tego rodzaju zabieg w praktyce szpitalnej jest wykonywany niezmiernie rzadko i dotyczy jedynie pacjentów kardiologicznych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy załącznika nr 5 parametry techniczne informacje dodatkowe pozycja 2:

Producent oferowanego przez nas urządzenia wymaga przeglądów urządzenia co 24 miesiące, co znajduje wyraz w Instrukcji Obsługi urządzenia oraz warunkach gwarancji. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przegląd 1 raz w ciągu 24 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 104/TP/AK/2025 z dnia 08/12/2025r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach