

Suwałki, dnia 22/12/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.681/105/TP/MN/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 105/TP/MN/2025

Dotyczy: **DOSTAWA OBŁOŻEŃ SPECJALISTYCZNYCH CHIRURGICZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 Część nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 21 poz. 1 podkładu chłonnego podfoliowany, nieprzemakalny, niesterylny, kolor niebieski, z pulpą celulozową + SAP o chłonności 1200 ml , wymiar 90x180 cm, wymiar warstwy chłonnej min. 74cm x 74cm, z zakładkami ,opakowanie 10 sztuk ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 PAKIET 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego posiadającego rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz drugi 3 x 5 cm (+/- 3 mm)?

Odpowiedź: Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 2 PAKIET 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie w fartuchu barierowym oznaczenia rozmiaru kolorową lamówką?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 3 PAKIET 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego posiadającego owijkę fartucha wykonaną z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm oraz 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 4 PAKIET 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego posiadającego rozmiary od S do XXL?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 5 PAKIET 2, POZ. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego WZMOCNIONEGO posiadającego rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz drugi 3 x 5 cm (+/- 3 mm)?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 6 PAKIET 2, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuśczenie w fartuchu barierowym WZMOCNIONYM oznaczenia rozmiaru kolorową lamówką?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 7 PAKIET 2, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego WZMOCNIONEGO posiadającego owijkę fartucha wykonaną z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm oraz 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 8 PAKIET 2, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego WZMOCNIONEGO posiadającego rozmiary od S do XXL?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 9 PAKIET 2, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego WZMOCNIONEGO posiadającego odporność na penetrację płynu w części wzmocnionej : 98 cmH₂O?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 3

Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw operacyjny uniwersalny.

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości **29**µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze **55**g/m² i dodatkowego padu chłonnego o gramaturze **55**g/m² (łączna gramatura 110g/m²).

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym **148,4/145,2**kPa, odporność na przenikanie płynów **125** cm H₂O

Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt
2. osłona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze **55**g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze 66 x 85cm - 1szt.
3. serweta główna o rozmiarze 75x90cm z taśmą lepną, dodatkową warstwą chłonną o rozmiarze 15-25cm x 50-60cm **i organizatorami przewodów** - 2szt
4. serweta główna o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm z taśmą lepną i dodatkową warstwą chłonną i organizatorami na przewody o rozmiarze **15**-30cm x **50**-65cm - 1szt
5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm z taśmą lepną, z łatą chłonną o rozmiarze **15**-30cm x **50**-65cm i organizatorami przewodów - 1szt
6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt
7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min **76** g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm – 1szt.

Etykieta produktu zawiera min. dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki.

Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw operacyjny uniwersalny.

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu **trzywarstwowego** (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości **19**µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze **65g/m²** i dodatkowego padu chłonnego o gramaturze **55g/m²** (łącznie gramatura 120g/m²).

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym **160,3/157,2kPa**, odporność na przenikanie płynów **140cm H₂O**

Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt
2. osłona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze **55g/m²** (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze 66 x 85cm - 1szt.
3. serweta główna o rozmiarze 75x90cm **z taśmą lepną**, dodatkową warstwę chłonną o rozmiarze 15-25cm x 50-60cm **i organizatorami przewodów** - 2szt
4. serweta główna o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm z taśmą lepną i dodatkową warstwę chłonną i organizatorami na przewody o rozmiarze 25-30cm x 60-65cm - 1szt
5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm **z taśmą lepną**, z łatą chłonną o rozmiarze 25-30cm x 60-65cm i organizatorami przewodów - 1szt
6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt
7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min **76** g/m² o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwę chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm – 1szt.

Etykieta produktu zawiera min. dwie repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki.

Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Części nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw operacyjny uniwersalny.

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) z warstwę chłonną na całej powierzchni o gramaturze **55g/m²**, odporności na rozerwanie na mokro i sucho min.168 kpa i odporności na penetrację płynów **118,4** H₂O. Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 2szt
2. osłona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze **55g/m²** (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.
3. serweta główna **przylepna** o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm - 2szt
4. serweta główna **przylepna** o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm - 1szt
5. serweta główna **przylepna** o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm - 1szt
6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt
7. serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min **76g/m²** o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwę chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm – 1szt. Etykieta produktu zawiera min dwie repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy Części nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw operacyjny do zabiegów.

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 65g/m2 (włóknina PP + folia o grubości 19 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu). Serwety główne posiadają w części krytycznej dodatkową warstwę chłonną wykonaną z włókniny o gramaturze 55g/m2.

Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt
2. Oslona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m2; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2 (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.
3. serweta dwuwarstwowa przylepna o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm z - 1szt
4. Serweta główna o rozmiarze 230-240 x 250-260cm z wycięciem U 15-20 x 95-100 cm otoczonym taśmą lepną. Dookoła wycięcia znajduje się dodatkowa warstwa chłonna z organizatorami przewodów o rozmiarze 70-75 x 130-140cm wykonana z włókniny o gramaturze 55g/m2 - szt.1
5. serweta dwuwarstwowa o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm z taśmą lepną, dodatkową warstwą chłonną rozmiarze 25-30cm x 60-65cm - 1szt
6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt
7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej 76g/m2 o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 160,3/157,2kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 140cm H₂O.

Etykieta produktu zawiera min dwie rezerwacyjne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Części nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw operacyjny do artroskopii kolana.

Skład zestawu:

1. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej 76g/m2 o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 2szt.
2. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze 60g/m2 (folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu) o rozmiarze 230-240 x 310-320cm z 2 otworami o średnicy 5-7cm. Serweta posiada zintegrowaną trójkątną torbę-worek na płyny o długości boku 100-110 cm i wysokości minimum 85cm, ze sztywnikiem. Dodatkowo na dwóch rogach torby znajdują się przylepce umożliwiające jej umocowanie do operatora. Posiada też port z filtrem do odsysania płynu - szt.1
3. Oslona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego PE+PP 36x65cm - szt.1
4. Ręczniki chłonne do rąk 25-35 x 25-35cm - szt.4
5. Taśma lepna 9-11 x 45-50cm - szt.2
6. Oslona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m2; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2 (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 143,8/144kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 256,2cm H₂O.

Etykieta produktu zawiera min dwie rezerwacyjne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy Części nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięcia cesarskiego

Skład:

- 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
 - 1 x taśma mocująca 9x50cm;
 - 4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
 - 1 x serweta dla dziecka 75x120cm z włókniny Spunlace 50g/m²;
 - 1 x serweta główna do CC 225x330cm, otwór 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną, torba na płyny 72x72cm, 4 podwójne organizatory przewodów, 2 porty do ssaka;
 - 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
- Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa
- Etykieta produktu zawiera min dwie repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Części nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw serwet do operacji stawu biodorowego dwuwarstwowy wzmocniony.

Skład:

- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm;
 - 1 Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze **55g/m²** (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm;
 - 1 osłona na kończyne 36 x 120 cm;
 - 1 serweta 100 x 150 cm;
 - 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów; 1 serweta **225** x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów;
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości **29**µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze **55g/m²** z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze **55g/m²** (łącznie gramatura **110g/m²**). Odporność na przenikanie płynów **125**cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro **148,4/145,2**kPa
- Opakowanie pojedynczego zestawu typu **papier**/Folia.
- Etykieta produktu zawiera min cztery repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe(zawiera etykietę produktu i dyspenser z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy Części nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych

Skład:

- 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
- 1 x taśma mocująca 9x50cm;
- 2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
- 2 x przylepna serweta boczna 75x90cm;
- 1 x przylepna serweta dolna 180x180cm;
- 1 x przylepna serweta górna 150x240cm;

1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa

Opakowanie pojedynczego zestawu typu papier/Folia.

Etykieta produktu zawiera min cztery repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe(zawiera etykietę produktu i dyspenser z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Części nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw serwet do operacji ręki/nogi dwuwarstwowy wzmocniony.

Skład:

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm;

1 Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm;

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm;

1 serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów;

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura 110g/m²). Odporność na przenikanie płynów 125cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 148,4/145,2kPa

Opakowanie pojedynczego zestawu typu papier/Folia.

Etykieta produktu zawiera min cztery repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe(zawiera etykietę produktu i dyspenser z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dotyczy Części nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw serwet do operacji kończyn dwuwarstwowy wzmocniony.

Skład:

2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm;

1 Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm;

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm;

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm;

1 serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów;

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości **29**µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze **55g/m2** z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze **55g/m2** (łączna gramatura **110g/m2**). Odporność na przenikanie płynów **125cmH2O**, odporność na rozerwanie na sucho/mokro **148,4/145,2kPa**

Opakowanie pojedynczego zestawu typu **papier**/Folia.

Etykieta produktu zawiera min cztery rezykjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe(zawiera etykietę produktu i dyspenser z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy Części nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji stawu biodrowego

Skład:

1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

2 x taśma mocująca 9x50cm;

1 x serweta 100x150cm;

1 x osłona na kończynę 36x120cm;

1 x serweta główna 225x260cm z wycięciem U 20x85cm otoczonym taśmą lepną, wzmocnienie 50x100cm, 4 podwójne organizatory przewodów;

1 x przylepna serweta 150x300cm, wzmocnienie 15x50cm, 2 podwójne organizatory przewodów;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 125cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 148,4/145,2kPa.

Opakowanie pojedynczego zestawu typu papier/Folia.

Etykieta produktu zawiera min cztery rezykjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i nazwą marki.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe(zawiera etykietę produktu i dyspenser z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 4

Pytanie 1 Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jak długo będzie trwała umowa?

Wg SWZ „Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **10 miesięcy od daty zawarcia umowy do 25/03/2026r**” natomiast w Umowie

§ 3

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Dostawy będące przedmiotem Umowy realizowane będą przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy tj. od dnia..... do dnia.....

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż termin obowiązywania umowy to 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie rozdziału 7 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, który otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2 Pakiet 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny uniwersalny. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej) z warstwą chłonną na całej powierzchni o gramaturze min. 55g/m², o odporności na wypychanie na mokro i sucho min. 241 kpa i odporności na penetrację płynów min.309 H₂O. Skład zestawu:

- ręcznik do rąk - 2szt
- osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 50g/m²; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 80cm x 145cm z warstwą chłonną 85x76cm masa powierzchniowa w części wzmocnienia 82g/m²; - 1szt.
- serweta główna przylepna o rozmiarze 75cm x 90cm - 2szt
- serweta główna przylepna o rozmiarze 170cm x 180cm - 1szt
- serweta główna przylepna o rozmiarze 150cm x 240cm - 1szt
- taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9cm x 50cm - 1szt
- serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 84g/m² o rozmiarze 150 x 190cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66 x 190cm – 1szt.

Etykieta produktu zawiera min dwie repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 Pakiet 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy zawierający serwetę o nieznacznie różniących się parametrach 1) serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m² 113 cm x 90 cm - 1 szt.,2)Serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m² 150cm x 90 cm - 1 szt., pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy pakiet 4, 9:

Czy Zamawiający rozważy korektę parametrów oceny jakościowej dotyczącej parametrów technicznych gramatury włókniny

Gramatura materiału serwet <55g/m ²
Gramatura materiału serwet =55g/m ²
Gramatura materiału serwet >55g/m ²

Odpowiedź: część 9 – Zamawiający dopuszcza.

Część 4 – zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 5

Pytanie 1 Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ubrania operacyjne włącznie w kolorze niebieskim, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 6

Pytanie 1 Część 8:

Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale serweta urologiczna ma rozmiar 185 x 200/280cm a chłonność włókniny wynosi 173ml/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Poz. nr 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, różniącego się nieznacznie od opisanego, a mianowicie:

- *odporność na rozzerwanie na sucho i mokro (zgodnie z EN 13938-1) wynosi: w obszarach wzmocnionych dodatkowymi padami chłonnyymi min. 360 kPa, w pozostałej części min. 103 kPa,*
- *uchwyt z kablem do elektrody czynnej monopolarnej ma rozmiar 320cm / 16,5cm (3 piny)?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, różniącego się nieznacznie od opisanego, a mianowicie:

- *gramatura wynosi minimum 55 g/ m²,*
- *odporność na rozzerwanie na sucho i mokro wynosi min. 103 kPa, a w obszarze wzmocnienia w serwecie głównej min. 243 kPa,*
- *dotatkowe wzmocnienie w serwecie głównej wykonane jest z wiskozy,*
- *w skład zestawu wchodzi dodatkowo dwie taśmy przylepne?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, różniącego się nieznacznie od opisanego, a mianowicie:

- *gramatura wynosi minimum 55 g/ m²,*
- *odporność na rozzerwanie na sucho i na mokro wynosi min. 103 kPa, a chłonność włókniny min. 173ml/ m²,*
- *fartuch wchodzący w skład zestawu ma inne parametry techniczne: odporność na przeziąkanie płynów 27,2 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 135 kPa i na mokro min. 128 kPa,*
- *serweta na stolik Mayo ma rozmiar 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 145cm),*
- *w skład zestawu wchodzi łącznie 20 kompresów z nitką RTG, pakowanych po 5 sztuk?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Poz. nr 2, 3, 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów spełniających definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych?

Zestawy zabiegowe - zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 7

Pytanie 1 do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści osłona na uchwyty do lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, średnica otworu 1,6-4,8mm, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, grubość dysku 1,3-1,6mm, kołnierz z 16 elementami blokującymi uchwyt w miejscu użycia, wymiary woreczka 9,5 x 12cm, woreczek z polietylenu, wolna od lateksu, biokompatybilna, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., termin ważności 3 lata, zgodnie z załączoną karta katalogową?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 8

Pytanie 1 Pakiet 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na mikroskop w rozmiarze 117 x 267 cm. Pakiet 23 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez osłonę 4 etykiet

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i www.e-propublico.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 105/TP/MN/2025 z dnia 03/12/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda
DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach