

Suwałki, dnia 31/12/2025 r.

L.dz. SZW.DZI.262.690/100/PN/AK/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 100/PN/AK/2025**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Histopatologii w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa – etap 2.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 1

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Prosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego w postaci kart katalogowych/ulotek/materiałów reklamowych/opisów na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z wymogami SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 2

Część 1,2, 3,5,7,10

Załącznik nr 5 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE , INFORMACJE DODATKOWE

Punkt 6. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju do 7 dni roboczych. Wydłużenie terminu pozwoli na dokładne zidentyfikowanie problemu i tym samym skuteczną naprawę urządzenia. Wydłużenie terminu może pomóc również w lepszym zarządzaniu zasobami serwisowymi u Wykonawcy jak również u Zamawiającego, co pozwoli na bardziej efektywne zaplanowanie pracy nie powodujące zakłóceń i zachowujące ciągłość pracy szpitala.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Punkt 7. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy do 14 dni roboczych. Czasami naprawa wymaga specjalistycznych części, które mogą być trudne do zdobycia. Dłuższy czas przystąpienia do naprawy umożliwi ich zamówienie i dostarczenie, co zapewni wysoką jakość serwisu. Wykonawca chce mieć pewność, że części niezbędne do skutecznej naprawy są dostępne i dotrą na czas, ponieważ procedury importowe i celne wymagają czasu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 1,2,3,5,7,10

Załącznik nr 2 Wzór projektowych postanowień umowy

§ 1 Ust. 18 Aby uniknąć nieuzasadnionej ekonomicznie wymiany sprzętu na nowy przez błahie awarie prosimy zamawiającego o modyfikację zapisu na : „W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego modułu/podzespołu powodują wymianę modułu/podzespołu na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 5

Załącznik nr 2 Wzór projektowych postanowień umowy § 1 Ust. 11 oraz parametry techniczne, informacje dodatkowe punkt 4.

W związku z faktem, iż oferowane urządzenia posiadają autoryzowany serwis na terenie polski prowadzony przez producenta lub autoryzowanych partnerów producenta, prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w ramach zadania nr 5 autoryzacji serwisu dla tych urządzeń. Podmioty te świadczą usługi gwarancji na warunkach ogólnych bez możliwości dopasowania czasów i formy reakcji serwisowych do wymagań zamawiającego, a pozyskania indywidualnej autoryzacji dostawcy dla tych produktów nie jest możliwe. Dlatego wnosimy o odstąpienie od wymogów autoryzacji przy jednoczesnym zapewnieniu wykonania usługi serwisowej przez dostawcę w czasie i na warunkach wskazanych przez zamawiającego w SWZ i postanowieniach umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 3

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ** zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 100/PN/AK/2025 z dnia 27/11/2025 r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach