

Suwałki, dnia 07/01/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.02/101/PN/MN/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 101/PN/MN/2025**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAŁKACH – CZĘŚĆ II**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1**

Dotyczy Części nr 60 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.uż. 1ml typ U-40. Insulinowej, jałowej, apirogennej, z igłą rozmiar 0,33x13mm. Opakowanie a 100szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**UCZESTNIK 2**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 25, w pozycjach 1 i 2, będzie wymagał zastosowania zestawów wyposażonych w złącze luer zapobiegające przypadkowej kontaminacji oraz wyciekom środka kontrastowego podczas wymiany złącza pacjenta?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

Jednocześnie zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 poprzez dodanie w części 50, 51, 52 – kolumny „Wartość brutto”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania [www.e-propublilco.pl](http://www.e-propublilco.pl) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 101/PN/MN/2025 z dnia 03/12/2025r.

Z poważaniem,

**Adam Szałanda**

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach