

Suwałki, dnia 09/01/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.04/93/PN/MN/2025/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 93/PN/MN/2025

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Zakup i dostawa stacji uzdatniania wody w ramach projektu pn." Poprawa jakości i dostępności diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu Województwa Podlaskiego

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu dotyczącego deklaracji CE w załączniku nr 5 do SWZ parametry techniczne. Proponowany wyrób tj. stacja uzdatniania wody nie jest wyrobem medycznym i tym samym nie posiada deklaracji zgodności CE. Prosimy o wyjaśnienie jakie deklaracje należy załączyć.

Odpowiedź: Precyzja wymaga dostarczenia certyfikatu CE na podzespoły użytych do budowy Stacji Uzdatniania Wody.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pojemność zbiorników magazynowych wody zmiękczonej i demineralizowanej z 1500 litrów do 1000 litrów? Zmniejszenie buforu zbiorników nie wpłynie w żaden sposób na cykle pracy urządzeń sterylizatorni.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności zbiorników do magazynowania wody zmiękczonej i demineralizowanej.

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-01-12 godz. 12:00 na dzień 2026-01-20 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2025-01-12 godz. 13:00 na dzień 2026-01-20 godz. 13:00.
- termin związania ofert na dzień 2026-04-19

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.e-propublico.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 93/PN/MN/2025 z dnia 18/11/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach