

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

L.dz. SZW.DZI.262.84/106/PN/AK/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. RTG z ramieniem C w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Numer referencyjny: 106/PN/AK/2025

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 23.01.2026

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 13 Dotyczy **Załącznik nr 5 do SWZ, Część 3, pkt. 42 i 43**. Rozdzielczość detektora cyfrowego min. 1500 x 1500 oraz Wielkość piksela $\leq 140\mu\text{m}$
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby powyższe parametry dotyczyły detektora wykonanego w technologii CMOS. Technologia CMOS zapewni wysoką szybkość odczytu obrazu, niski poziom szumów własnych, stabilność parametrów detektora w czasie niższe zużycie energii.

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,

Powinno być:

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza,

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- **składania ofert na dzień 2026-02-05 godz. 11:00.**
- **otwarcia ofert na dzień 2026-02-05 godz. 12:00.**
- **termin związania ofert na dzień 2026-05-05**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż sprostowanie zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i na www.e-publicip.pl. Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 106/PN/AK/2025 z dnia 18/12/2025r.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
d/s. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach

Włodzimierz Zaworonok