

Suwałki, dnia 03/02/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.92/6/TP/MN/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 6/TP/MN/2026**

Dotyczy: **Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### UCZESTNIK 1

**Pytanie 1** Dotyczy części 2 poz. 1

Zamawiający wskazując numer katalogowy wymaga czujnika 3m. Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujnik o długości 90 cm.**

**Pytanie 2** Dotyczy części 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o masie ciała 3-10 kg?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3** Dotyczy części 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o masie ciała 3-20 kg?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4** Dotyczy części 2 poz. 11

Prosimy o weryfikację modelu kardiomonitora i technologii opisanej w swz. Czy Zamawiający wymaga adaptera w technologii masimo?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 w zakresie części 2 poz. 11. Czujnik SPO2 w technologii Masimo do kardiomonitora Novin nr katalogowy 130-15**

**Pytanie 5** Dotyczy części 2 poz. 17

Czy Zamawiający wymaga samego adaptera SpO2 czy czujnika całościowego ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga samego adaptera.**

#### UCZESTNIK 2

**Pytanie 1** Pakiet nr. 2 poz. 14

Czy odprowadzenia mają pasować do kabla głównego z poz. 12? Jeśli nie, to do czego?

**Odpowiedź: Odprowadzenia z poz. 14 mają pasować do kabla z poz. 13**

**Pytanie 2** Pakiet nr. 2 poz. 17

Czy chodzi o kabel łączący czujnik z kardiomonitorem w technologii Nellcor Oxi-Smart (czyli zwykły Nellcor nie-OxiMAX)?

**Odpowiedź: Chodzi o kabel SPO2 Mindray T5/T8 technologii Nellcor OxiMax.**

**Pytanie 3** Pakiet nr. 7 poz. 6

Czy zamawiający dopuści mankiet NIBP w rozmiarze 10-19cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ 2, zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

**Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 6/TP/MN/2025 z dnia 26/01/2026r.**

Z poważaniem  
**Włodzimierz Żaworonok**  
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach