

Suwałki, dnia 03/03/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.153/16/TP/AK/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 16/TP/AK/2026****Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Zakup i dostawa sprzętu do dezynfekcji i sterylizacji tj. myjnie endoskopowe, myjnia dezynfektor w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1**Część II Automatyczna myjnia endoskopowa – Oddział Pulmonologii – 2 szt.****Pytanie 1 do pkt 11**

Przeplukiwanie kanałów endoskopu alkoholem oraz osuszanie sprężonym powietrzem po zakończeniu cyklu

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której przeplukiwanie kanałów endoskopu alkoholem występuje jako opcja.

Różni producenci endoskopów mają swoje wytyczne co do użycia w/w alkoholu. W niektórych przypadkach jest on wręcz zabroniony.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza](#)

Pytanie 2 do pkt 6

Czas cyklu mycia i dezynfekcji poniżej 22 minut

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której czas mycia i dezynfekcji może być dłuższy od 22 minut a to ze względu na jakość wody?

Może on zostać wydłużony ze względu na parametry wody o 4-8 minut.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza](#)

Pytanie 3 do pkt 40

Wymiary urządzenia:

- szerokość: 90 cm (\pm 5 cm),

- głębokość: 75 cm (\pm 5 cm),
wysokość: 105 cm (\pm 5 cm).

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o maksymalnych wymiarach:

Szerokość: 70 cm +/- 5 cm

Głębokość: 65 cm +/- 5 cm

Wysokość 140 cm +/- 5 cm?

Wymiary te są zbieżne z oczekiwanymi.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza](#)

Pytanie 4 do pkt 42

Wbudowana filtracja pobieranej wody (myjnia nie wymaga zastosowania zewnętrznej stacji uzdatniania wody)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualną możliwość ustawienia(montażu) dodatkowego urządzenia w postaci stacji uzdatniania wody?

W przypadku złych parametrów wody lub częstych remontów sieci zasilających Szpital może to okazać się konieczne.

[Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość](#)

Pytanie 5 do pkt 47

Waga max. 65 kg

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wadze maksymalnej 75 kg +/- 10 kg?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza](#)

Pytanie 6 do pkt 7

Temperatura procesu do 40°C, \pm 5 °C

Nowoczesne myjnie endoskopowe potrzebują odpowiednich parametrów wody.

Czy Zamawiający może potwierdzić, iż jest ciągły dostęp do ciepłej wody o w/w parametrach.

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest ciągły dostęp do ciepłej wody](#)

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie (jedną sztukę) dedykowaną na jeden endoskop tj : na płyn wielokrotnego użycia z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji i ogólnymi parametrami tak jak w części III (myjni przeznaczoną do pracowni endoskopowej) .

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Część III Myjnia endoskopowa – Poradnia Endoskopii – 2 szt.

Pytanie 1 do pkt 43

Waga max. 65 kg

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wadze maksymalnej 75 kg +/- 10 kg?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza](#)

Dot. część III Myjnia endoskopowa

Pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści min. 3 programy automatycznego mycia i dezynfekcji?

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Dot. pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści mobilną myjnie o wadze max. 84 kg?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza](#)

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: **16/TP/AK/2026** z dnia 26/02/2026 r.

Zamawiający

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szałanda