

Suwałki, dnia 11/03/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.168/8/PN/MN/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 8/PN/MN/2026

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Dopuszczenie bloku zabiegowego Oddziału Urologicznego w kardiomonitor, komputery do zastosowań medycznych, stacje przeglądowe, EKG w ramach projektu pn. LeanHealthcare jako narzędzie poprawy dostępu do medycyny specjalistycznej - dofinansowane ze środków INTERREG NEXT Polska - Ukraina

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

PYTANIE 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny posiadający złącze Display Port i DVI-D oraz 2 złącza USB 2,0. Reszta parametrów monitora medycznego zostanie spełniona zgodnie z wymaganiami Zał dla cz IV

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Monitory robocze w stacji przeglądowej nie mają wymogu posiadania certyfikatu medycznego w klasie I.

Czy jako dodatkowy monitor roboczy Zamawiający dopuści monitor który nie jest wyrobem medycznym- o poniższych parametrach:

Dodatkowy monitor LCD min. 22” tego samego producenta co monitor medyczny , rozdzielczość min. 1920x1200, wielkość piksela max. 0,254 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania parametru przekątnej min. 23”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

- składania ofert, z dnia 2026-03-13 godz. 12:00 na dzień 2026-03-18 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2026-03-13 godz. 13:00 na dzień 2026-03-18 godz. 13:00.
- Związania ofertą z dnia 10/06/2026r. na 15/06/2026r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propublico.pl

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 8/PN/MN/2026 z dnia 09/02/2026r.

Z poważaniem

Adam Szałanda
DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach