

Suwałki, dnia 11/03/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.172/18/TP/MN/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 18/TP/MN/2026

Dotyczy: **Dostawa odczynników do analizatorów będących własnością Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin obowiązywania umowy w pkt. 7 SWZ Zamawiający wskazuje 8 miesięcy, natomiast w załączniku nr 5 oraz §2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wpisał 24 miesiące.

Odpowiedź: termin obowiązywania umowy zgodnie z zapisami umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu to 24 miesiące.

Pytanie 2 Dotyczy §3 ust. 4.1 oraz §6 ust. 4 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy §7 ust. 1 .1) wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Dotyczy §7 ust. 1 .2) wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej dostawy.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 Dotyczy §7 ust. 1 .3) wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umownej od wartości zareklamowanego towaru.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 Dotyczy §7 ust. 1 .4), 1.5), 1.6), 1.9) wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 100 zł.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 Dotyczy §7 ust. 1.7) wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację z wyrobów leczniczych na wyroby medyczne, które są przedmiotem oferty oraz zmniejszenie kary do 25 zł.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 1.7) wzoru umowy z produktów leczniczych na wyroby medyczne. Zapisy dotyczące wysokości kary – zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 Dotyczy §7 ust. 1.8) wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ponieważ wyroby oferowane w postępowaniu nie są lekami ani wyrobami leczniczymi.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 1.8) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

8) w przypadku niespełnienia norm jakościowych dostarczanych wyrobów medycznych Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy - za każdy stwierdzony przypadek;

Pytanie 9 Do SWZ, Załącznik Nr 5, PAKIET I, CZĘŚĆ I

„4 Test spełnia aktualnie kryteria badań przesiewowych raka szyjki macicy zgodnie z wytycznymi obowiązującego programu refundacji.”

Czy Zamawiający ma na myśli, że test jest powszechnie stosowany przez realizatorów etapu diagnostycznego NFZ oraz spełnia wytyczne Programu refundacji, który dopuszcza każdy test HR HPV z genotypowaniem 16 i 18, który:

Spełnia kryteria Mejera / przeszedł walidację kliniczną wg WHO/IARC,

- spełnia kryteria AOTMiT,
- jest dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny (URPL)?

Czy w związku z tym, że Rekomendacja nr 156/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Test HPV HR z genotypowaniem hrHPV obejmującym co najmniej typy 16 i 18” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych w programie profilaktyki raka szyjki macicy są informacją publiczną Zamawiającym zaakceptuje potwierdzenie w formie oświadczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie w formie oświadczenia z jednoczesnym oświadczeniem, iż na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi w/w dokumenty.

Pytanie 10 Do SWZ, Załącznik Nr 5, PAKIET I, CZĘŚĆ II

„5 Wykonawca dostarcza również zwalidowane klinicznie podłoże transportowe do przechowywania komórek szyjki macicy, umożliwiające wykonanie badania HPV oraz LBC z jednego pobrania.”

Pytanie:

W odniesieniu do zapisu: „Wykonawca dostarcza również zwalidowane klinicznie podłoże transportowe do przechowywania komórek szyjki macicy, umożliwiające wykonanie badania HPV oraz LBC z jednego pobrania”, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli, że podłoże transportowe ma być dostarczone równolegle w ramach Pakietu II, w ilości zabezpieczającej w sumie 3600 badań LBC lub HPV przez okres 2 lat, oraz, że musi ono być w pełni kompatybilne i zwalidowane z oferowanym testem do oznaczania HPV, a także pozwalać na wykonanie zarówno oznaczenia HPV, jak i badania LBC z tego samego pobranego materiału? Prosimy o potwierdzenie powyższego rozumienia wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli, że podłoże transportowe ma być dostarczone równolegle w ramach Pakietu II, w ilości zabezpieczającej w sumie 3600 badań LBC lub HPV przez okres 2 lat, oraz, że musi ono być w pełni kompatybilne i zwalidowane z oferowanym testem do oznaczania HPV, a także pozwalać na wykonanie zarówno oznaczenia HPV, jak i badania LBC z tego samego pobranego materiału

Pytanie 11 Do SWZ, Załącznik Nr 5, PAKIET I, Cześć III:

„2 Materiały eksploatacyjne, bufony i kontrole są zgodne z oferowanym testem hrHPV DNA oraz dedykowane do pracy w oferowanym systemie diagnostycznym.”

Pytanie: czy Zamawiający poprzez oferowany system diagnostyczny ma na myśli system będący własnością zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12 Do SWZ, Załącznik Nr 5, PAKIET II, CZĘŚĆ I „10 Minimalny okres przydatności do użycia w dniu dostawy wynosi co najmniej 12 miesięcy.”

Pytanie: Czy zamawiający zaakceptuje minimalny okres przydatności do użycia w dniu dostawy 9 miesięcy?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 Dotyczy pkt. 5.1.2 oraz 6.1.2 SWZ oraz zał. 5 pkt. 3 dla pak. 1 i zał. 5 pkt. 2 dla pak. 2.

Prosimy o dodanie „o ile dotyczy” ponieważ zarówno w pakiecie nr 1 jak i 2 Wykonawca zobowiązany jest do zaofiarowania produktów, które nie zostały sklasyfikowane jako wyrób medyczny i oferowany jest z 23% stawką podatku VAT. Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ i wpisanie do SWZ możliwości uzupełnienia dokumentów przedmiotowych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy SWZ w zakresie w/w punktów dopisując wyrażenie - „jeżeli dotyczy”, jednocześnie załącza zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie 14 Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ i wpisanie do SWZ możliwości uzupełnienia dokumentów przedmiotowych.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, oraz zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propublico.pl Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 18/TP/MN/2026 z dnia 05/03/2026r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach