

Suwałki, dnia 23/03/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.206/15/PN/MN/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 15/PN/MN/2026**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 "Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1 Dot. wzoru umowy dla części część 2 Par. 4 ust. 15 I Opis przedmiotu zamówienia Informacje dodatkowe pkt 3**

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2 – Dot. wzoru umowy – dla części 2 Par 4 ust 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie czasu reakcji od zgłoszenia w dniach roboczych, tj. max 48 godzin w dni robocze ?

**Odpowiedź: Zamawiający określa czas reakcji od zgłoszenia w dniach roboczych, tj. max 2 dni robocze.**

**Pytanie 3 – Dot. wzoru umowy – dla części 2 Par 4 ust 8 I Opis przedmiotu zamówienia Informacje dodatkowe pkt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych spoza UE - Max. 7 dni roboczych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4 - Dot. wzoru umowy dla części 2 Par 4**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu:

Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;
- mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź itp.)
- normalnego zużycia wymienionych części

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 5 - dot. wzoru umowy dla części część 2 Par. 4 ust. 14**

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego.

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00  
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: [wojewodzki@szpital.suwalki.pl](mailto:wojewodzki@szpital.suwalki.pl),  
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,  
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia Par. 4 ust. 14 – zdanie drugie na następujący: „W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia”

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6 - dot. wzoru umowy dla części część 2 Par. . 4 ust. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Par. 1 ust. 18 zdanie pierwsze na następujący?

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego sprzętu / podzespołu / elementu na nowy w przypadku, gdy jego trzykrotna naprawa okazała się nieskuteczna.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7 - dot. wzoru umowy dla części część 2 Par. 10 ust. 1 a, 1 b**

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8 - dot. wzoru umowy dla części część 2 Par. 10 ust. 5**

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Dodatkowo wskazujemy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie przewidzianym we wzorze Umowy jest sprzeczne z celem i istotą tego postanowienia. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9.- dot. Formularza ofertowego ustęp 13 podpunkt 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu oświadczenia opisanego w ustępie 13 ppkt. 2 formularza ofertowego z uwagi na fakt, że nie dotyczy to oferowanego przedmiotu zamówienia.

Kwestie emisji zanieczyszczeń i ich redukcja w kontekście wskazanej Dyrektywy (UE) 2016/2284 odnosi się ogólnie do krajowych redukcji emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych takich jak:

dwutlenek siarki (SO<sub>2</sub>), tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC), amoniak (NH<sub>3</sub>), pył zawieszony drobny (PM<sub>2.5</sub>), a nie emisji związanych z konkretnymi produktami lub urządzeniami, w tym sprzętem medycznym. Zakres Dyrektywy 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych nakłada obowiązki na państwa członkowskie unii Europejskiej, a nie bezpośrednio na producentów czy dostawców sprzętu, nie zawiera przepisów dotyczących certyfikacji sprzętu medycznego czy technologii stosowanych w tym sprzęcie ani nie ustanawia norm technicznych czy certyfikacyjnych. W całym tekście Rozporządzenia nie ma żadnych odniesień do sprzętu medycznego. Nie istnieją podstawy prawne ani logiczne, by uznać, że Rozporządzenie (UE) 2016/2284 dotyczy bezpośrednio lub pośrednio oferowanego sprzętu medycznego.

Zwracamy również uwagę Zamawiającego, że echokardiograf będący przedmiotem Zamówienia nie prowadzi w toku eksploatacji do bezpośrednich emisji wymienionych powyżej zanieczyszczeń atmo

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy i zobowiązuje Wykonawców do złożenia oferty na zmodyfikowanych drukach.**

**Pytanie 10.- dot. Formularza cenowego**

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia może obejmować produkty, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji arkusza obliczenia ceny poprzez dodanie kolejnego wiersza i dokonania podziału pozycji w nim zawartych w celu wyszczególnienia różnych stawek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**UCZESTNIK 2**

**Część I – aparat Echokardiograficzny na potrzeby Oddziału**

**Pytanie 1 dot. Lp. 67**

Prosimy o potwierdzenie, że za spełniający wymagania zostanie uznany aparat mobilny posiadający zintegrowaną podstawę jezdną, o której mowa w punkcie 21, bez konieczności oferowania oddzielnego wózka transportowego - punkt 67.

Zastosowanie zewnętrznego wózka transportowego wymusza ofertowanie aparatu o konstrukcji laptopowej. Rozwiązanie to pozostaje jednak w bezpośredniej sprzeczności z pozostałymi parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**UCZESTNIK 3**

**Pytanie 1 Dotyczy zapisów: załącznik nr 10 do SWZ, pkt. 6.:**

„Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny w zakresie stosowania przez producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu”.

oraz załącznik nr 1 - formularz ofertowy, pkt. III.13.: „13. Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyni poważnej szkody”

(DNSH), w szczególności:

1) w trakcie realizacji projektu zostaną / nie zostaną\* – zastosowane procedury zmierzające do ograniczenia generowania odpadów, a także ich recyklingu

2) oferowany sprzęt i zastosowane w nim technologie spełniają / nie spełniają\* normy dotyczące emisji zanieczyszczeń i będą / nie będą \* certyfikowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji emisji.”

Czy Zamawiający potwierdzi, że w kontekście powyższych zapisów uzna za spełnienie warunków określonych w SWZ poprzez zaoferowanie sprzętu producenta, który podejmuje różnorodne działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko zgodnie z zasadami DNSH, jednakże nie posiada w tym zakresie certyfikacji?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 (tzw. dyrektywa NEC) z 14 grudnia 2016 r. zobowiązuje państwa członkowskie do redukcji krajowych emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i drobnych pyłów zawieszonych PM 2.5. Przepisy te mają na celu poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego i nie mają zastosowania do sprzętu medycznego, który nie emituje zanieczyszczeń.

W przypadku wyrobów medycznych kluczowe są normy bezpieczeństwa i zgodności potwierdzane przez certyfikat CE oraz deklarację zgodności. Deklaracje RoHS i REACH potwierdzają zgodność produktów z unijnymi przepisami ograniczającymi stosowanie niebezpiecznych substancji.

Producenci urządzeń medycznych są zobligowani do posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 13485. Oferowany sprzęt posiada wspomnianą dokumentację.

Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi pozwoli nam na złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy i zobowiązuje Wykonawców do złożenia oferty na zmodyfikowanych drukach.**

**Pytanie 2 Dotyczy: Część IV – Holter RR**

a. Czy Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanych rejestratorów holter RR z posiadanym systemem boso Profil Manager firmy Bosch & Sohn?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

b. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratorów wyposażonych w zestaw wbudowanych czujników, m.in. czujnik temperatury otoczenia, ciśnienia atmosferycznego, czujnik aktywności pacjenta oraz detektor arytmii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

c. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratorów wyposażonych w wyświetlacz OLED do wyświetlania daty, czasu, parametrów mierzonych oraz statusu aparatu, z funkcją automatycznego gaszenia wyświetlacza?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

d. Ad. pkt. 1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 rok

Prosimy o zmianę zapisu na: Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na: „urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025”, tym samym zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik nr 5 i zobowiązuje wykonawców do uwzględnienia modyfikacji w składanej ofercie**

e. Ad. pkt. 39. Potwierdzam termin dostawy nie później niż do 20.12.2022r.

Prosimy o weryfikację i wskazanie maksymalnego terminu dostawy.

**Odpowiedź: Termin dostawy zgodnie z zapisem Rozdziału 6 SWZ to - do 49 dni kalendarzowych. Zamawiający usuwa pkt. 39 przedmiotowej tabeli w części IV – Holter RR i tym samym zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik nr 5 i zobowiązuje wykonawców do uwzględnienia modyfikacji w składanej ofercie**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 15/PN/MN/2026 z dnia 27/02/2026r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach