

Suwałki, dnia 26/03/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.208/13/PN/AK/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 13/PN/AK/2026

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia pn.: **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Histopatologii tj. ciepłarka i dygestorium chemiczne w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa.**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający sprostowuje odpowiedź z dnia 11/03/2026 r.

Było:

Ad 3. zapytanie do pkt. 10 W odniesieniu do zapisu dotyczącego dostawy dygestorium z zintegrowanym wentylatorem zwracamy uwagę, że dobór wentylatora wymaga określenia parametrów instalacji wyciągowej (długość i średnica kanałów, liczba kolan, wymagany spręż dyspozycyjny, lokalizacja wyrzutu, odporność chemiczna wentylatora w tym czy stwierdzono ocenę ryzyka wybuchu). Bez tych danych nie jest możliwe prawidłowe określenie wydajności i sprężu wentylatora. Wnosimy o doprecyzowanie powyższych parametrów lub wnosimy o zmianę zapisu poprzez dopuszczenie dostawy dygestorium bez zintegrowanego wentylatora.

Odpowiedź: Do wszystkich dygestorium zastosowano rurę spiro FI 160. Rura jest usytuowana w pionie z wyjściem na dach zakończona dwoma kolanami i kratką wylotową (z wyglądu fajką):



Długość pionów do około 3m.

Jest:

Ad 3. zapytanie do pkt. 10 W odniesieniu do zapisu dotyczącego dostawy dygestorium z zintegrowanym wentylatorem zwracamy uwagę, że dobór wentylatora wymaga określenia parametrów instalacji wyciągowej

(długość i średnica kanałów, liczba kolan, wymagany spręż dyspozycyjny, lokalizacja wyrzutu, odporność chemiczna wentylatora w tym czy stwierdzono ocenę ryzyka wybuchu). Bez tych danych nie jest możliwe prawidłowe określenie wydajności i sprężu wentylatora. Wnosimy o doprecyzowanie powyższych parametrów lub wnosimy o zmianę zapisu poprzez dopuszczenie dostawy dygestorium bez zintegrowanego wentylatora.

Odpowiedź: Na instalacji wyciągowej w miejscu planowanych dygestoriów zamiast zakończenia w postaci "fajki", zastosowane zostały wentylatory dachowe o poniższych parametrach

Wentylator AUSTER-160

Wydajność: 900 [m³/h]

Spręż: 430 [Pa]

Moc: 155 [W]

Ilość obrotów: 2600 [obr./min]

Prąd znamionowy 1x230V: 0.72 [A]

Głośność: 74 [dB(A)]

Masa: 4.2 [kg]

UCZESTNIK 2

Pytania do część 2 Dygestorium chemiczne

Przesyłam propozycje zmian do umowy wraz z prośbą o ich merytoryczne rozpatrzenie oraz wprowadzenie stosownych korekt w treści dokumentu.

1. W związku z analizą treści umowy uprzejmie wnosimy o zmianę zapisów, w których Towar określany jest jako wyrób medyczny. Uzasadniamy wniosek faktem, że Dygestorium będące przedmiotem umowy nie jest wyrobem medycznym, co zostało opisane w sporządzonym oświadczeniu nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku. Wnoskujemy o wykreślenie lub odpowiednią modyfikację wszystkich zapisów umowy, w których Towar jest określany jako wyrób medyczny, tak aby treść umowy była zgodna ze stanem faktycznym i prawnym Towaru. Prosimy o uwzględnienie oświadczenia nr 1 jako potwierdzenia powyższej zmiany i wprowadzenie stosownych korekt w treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Obecny zapis § 2 pkt 1: „Wykonawca oświadcza, że Towar jest dopuszczony do obrotu i używania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz że posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty/świadectwa dopuszczenia do stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą o ile są wymagane zgodnie z prawem oraz jest zgodny parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.” Proponowany zapis po korekcie: „Wykonawca oświadcza, że Towar jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem RP i prawa Unii Europejskiej oraz jest zgodny z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Strony potwierdzają, że Towar nie jest wyrobem medycznym i nie wymaga certyfikatów ani świadectw dopuszczenia do stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Obecny zapis § 2 pkt 2: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada wymaganiom określonym w obowiązującej na dzień złożenia oferty ustawie z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.” Proponowany zapis po korekcie: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, spełnia wymagania techniczne określone w obowiązującym prawie oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Strony potwierdzają, że Towar nie jest wyrobem medycznym i nie podlega przepisom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Obecny zapis § 3 pkt 3: „Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz protokół instalacji i szkolenia personelu. Brak wydania Zamawiającemu karty gwarancyjnej lub instrukcji obsługi w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru z winy Wykonawcy.” Proponowany zapis po korekcie: „Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak instrukcja obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz protokół instalacji i szkolenia personelu, w formie papierowej lub elektronicznej. Brak wydania Zamawiającemu karty gwarancyjnej lub instrukcji obsługi w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru z winy Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Obecny zapis § 3 pkt 5: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, jakościowych przedmiotu umowy, Strony podpiszą protokół, w którym wskazane zostaną nieprawidłowości oraz wyznaczony zostanie termin kolejnego odbioru. Jedyne podpisanie końcowego protokołu odbioru bez uwag stanowi dowód wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a data jego podpisania oznacza datę wykonania Umowy.” Proponowany zapis po korekcie: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, jakościowych przedmiotu umowy, Strony podpiszą protokół, w którym wskazane zostaną nieprawidłowości oraz wyznaczony zostanie termin kolejnego odbioru. Jedyne podpisanie końcowego protokołu odbioru bez istotnych uwag stanowi dowód wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a data jego podpisania oznacza datę wykonania Umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

6. Obecny zapis §4 pkt 6 ppkt 1: „Przez wsparcie techniczne i nadzór merytoryczny Strony rozumieją zapewnienie przez Wykonawcę możliwości odbywania konsultacji telefonicznych przez pracowników Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy jak również przyjazd przedstawiciela Wykonawcy na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.” Proponowany zapis po korekcie: „Przez wsparcie techniczne i nadzór merytoryczny Strony rozumieją zapewnienie przez Wykonawcę możliwości odbywania konsultacji telefonicznych przez pracowników Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7:00–14:00.” Możliwość przyjazdu przedstawiciela Wykonawcy na żądanie Zamawiającego zostaje wykreślona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Obecny zapis §4 pkt 8: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad lub usterek (awarii) przedmiotu umowy w czasie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” Proponowany zapis po korekcie: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad lub usterek (awarii) przedmiotu umowy w czasie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 8. Odnośnie §4 pkt 9: Prosimy o wykreślenie zapisu. Warunki naprawy zostały opisane w §4 pkt 6 i 7 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Obecny zapis §4 pkt 11: „Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek (awarii) dostarczonego Towaru oraz jego wymiany ponosi Wykonawca.” Proponowany zapis po korekcie: „W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek (awarii) dostarczonego Towaru oraz jego wymiany ponosi Wykonawca.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

10. Obecny zapis §4 pkt 13: „Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie określonym w ust. 7 do usunięcia wady lub usterek, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Wykonawcy, usunąć taką wadę we własnym zakresie lub zlecić naprawę podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie również w sytuacji, jeśli Wykonawca rozpocznie usuwanie wady lub usterek, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub też go nie ukończy w terminie wskazanym w ust. 8. Koszty usunięcia wady wraz z wyrządzoną szkodą zostaną w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego w tym zakresie.” Proponowany zapis po korekcie: „Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie określonym w ust. 7 do usunięcia wady lub usterek, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Wykonawcy oraz wezwaniu do podjęcia działań w terminie 7 dni, usunąć taką wadę we własnym zakresie lub zlecić naprawę podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie również w sytuacji, jeśli Wykonawca rozpocznie usuwanie wady lub usterek, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub też go nie ukończy w terminie wskazanym w ust. 8. Koszty usunięcia wady wraz z wyrządzoną szkodą zostaną w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. §7 pkt 4 i 7 Wnioskujemy, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty dostarczenia faktury, zamiast obecnych 60 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

12. Obecny zapis §10 pkt 1 lit.a: „odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,” Proponowany zapis po korekcie: „odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy; w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Strony dokonają symetrycznego rozliczenia na analogicznych zasadach.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- **składania ofert, z dnia 2026-03-27 godz. 11:00 na dzień 2026-04-01 godz. 11:00.**
- **otwarcia ofert, z dnia 2026-03-27 godz. 12:00 na dzień 2026-04-01 godz. 12:00.**
- **termin związania ofert na dzień 2026-06-29**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ** zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 13/PN/AK/2026 z dnia 18/02/2026 r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach