

Suwałki, dnia 27/03/2026 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 13/PN/AK/2026

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia pn.: **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Histopatologii tj. cieplarka i dygestorium chemiczne w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa.**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

#### UCZESTNIK 1

##### Pytanie nr 1

Pytania do część 2 Dygestorium chemiczne

Treść

Odwołanie do zmianę zapisu SIWZ Rozdział 6 – Termin wykonania zamówienia: „Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 35 dni”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę powyższego zapisu poprzez wydłużenie terminu realizacji do 63 dni. Uzasadnienie: Termin 35 dni jest niewystarczający z uwagi na: • złożoność procesu produkcji i kompletacji przedmiotu zamówienia. Dygestoria są montowane pod indywidualne zamówienia. • wydłużone terminy dostaw komponentów od poddostawców, • konieczność przeprowadzenia testów oraz kontroli jakości przed dostawą. Wydłużenie terminu do 63 dni pozwoli na rzetelną realizację zamówienia, przy zachowaniu wymaganych standardów jakościowych oraz bezpieczeństwa użytkownika. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku i dokonanie stosownej zmiany w dokumentacji postępowania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ** zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i <https://e-propublico.pl>.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 13/PN/AK/2026 z dnia 18/02/2026 r.

Z poważaniem  
**Adam Szałanda**  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach