

Poznań dnia: 2026-05-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzortalnej, kolumny anestezyjologicznej oraz zestawu 2 Holterów RR oraz centrali do odczytywania wyników w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu..

Numer referencyjny: SZW/DZP/31/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z metodą pomiaru oscylometryczną? Z pomiarem i rejestracją wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartości średniego ciśnienia tętniczego, rejestracja min. 24 h? Z wbudowanym wyświetlaczem OLED oraz funkcją programowania z poziomu komputera poprzez komunikacje USB lub Bluetooth ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że rejestrator musi realizować metody pomiaru, zarówno oscylometryczną jak i osłuchową. (Korotkova).

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością czasu rejestracji pomiaru min. 24 h ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany rejestrator posiadał pamięć nieulotną na min. 600 pomiarów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Wymagania minimalne zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga poniższych parametrów klinicznych:

- podział dzień/noc
- średnie wartości dobowe
- wskaźnik dipping
- wskaźnik detekcji pozycji pacjenta, min. leżący/stojący
- obciążenie nadciśnieniowe (% przekroczeń)
- klasyfikacja wg wytycznych ESH ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Wymagania minimalne zgodnie z OPZ.

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa*