Suwałki, dnia 16/10/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.630/75/PN/WU/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 75/PN/WU/2026

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Czy Zamawiający dopuści:

Pakiet 1 pozycja 1:
Balon do achalazji jednorazowego użytku o zaokrąglonych końcach oraz taperowanej giętkiej końcówce balonu, jednostopniowy, dostępne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: średnice 26mm, 30mm, 34mm i długość balonu 80 mm, długość narzędzia 100 cm. Średnica cewnika wprowadzającego 7 Fr, markery widoczne w RTG w części proksymalnej i dystalnej balonu, napełniane powietrzem lub cieczą. 1 sztuka w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 pozycja 1:
Zestaw jednorazowy do biopsji aspiracyjnej **EBUS TBNB**: jednorazowa igła histologiczna z nitinolu z echogenicznymi markerami w kształcie litery V o średnicy 22G do biopsji aspiracyjnej. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o bardzo dobrej jakości histologicznej. Możliwość regulacji igły do 40mm oraz regulacji osłonki do 40mm. Skala z dokładnością co 1mm za pomocą przycisku push and lock; Długość robocza narzędzia 720-760mm. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. W zestawie strzykawka aspiracyjna 20 ml z zaworem odcinającym i możliwością blokowania pozycji. W zestawie adaptery ułatwiające mocowanie igły. Igła kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EBUS. 1 szt. w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 pozycja 2:
Zestaw jednorazowy do biopsji aspiracyjnej **EBUS TBNA**: jednorazowa igła cytologiczna z nitinolu z echogenicznymi markerami w kształcie litery V o średnicy 22G do biopsji aspiracyjnej. Możliwość regulacji igły do 40mm oraz regulacji osłonki do 40mm. Skala z dokładnością co 1mm za pomocą przycisku push and lock. Długość robocza narzędzia 720-760mm. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. W zestawie strzykawka aspiracyjna 20 ml z zaworem odcinającym i możliwością blokowania pozycji. W zestawie adaptery ułatwiające mocowanie igły. Igła kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EBUS. 1 szt. w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 pozycja 1:

Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych, trójkanałowy, wykonany z wysokiej jakości latexu; balon można napompować do 3 ustalonych średnic: 9/12/15mm; 12/15/18mm; 15/18/21mm - do wyboru przez Zamawiającego; ujście kanału kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; długość narzędzia 2000 mm, kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; średnica kateteru 7 Fr. W zestawie 1 odpowiednio skalibrowana strzykawka do napełniania balonu do wybranej średnicy. Pojemność balonu do 15mm – 2,2ml; do 18mm – 3,4ml; do 21mm – 5,6ml. 1 sztuka w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 pozycja 1:
Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 1,8mm, bez igły, z uchwytem
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 9 pozycja 1:
Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 2,3mm, bez igły, z uchwytem
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12 pozycja 1:
Prowadnik endoskopowy nitinolowy odporny na załamania ; powlekany teflonem; Skręcona struktura zapewniająca lepszą przyczepność i nawigację,. Dystalny odcinek prowadnika o średnicy 0,025'' z późniejszym przejściem na trzon o średnicy 0,035''. Sztywność standardowa ,długość 4500mm, hydrofilna końcówka prosta lub zagięta 50mm. Prowadnik dwukolorowy. Zapakowany w okrągłą kasetę, posiadającą port do przepłukiwania. Pakowany sterylnie pojedynczo – 2 szt. w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18 pozycja 1:
Z**estawy do protezowania** dróg żółciowych w wersji przeznaczonej do współpracy z systemem wymiany narzędzi po prowadniku, fabrycznie zmontowane zawierające cewnik prowadzący, cewnik popychający, długość systemu wprowadzania 2200 mm, przystosowany do pracy z prowadnikiem o średnicy 0.035", do wyboru średnice zestawu 7, 8.5, 10, 11.5 Fr. 2 sztuki w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 20 pozycja 1:
Zestaw szczoteczek - szczoteczka czyszcząca, niesterylna. osobno pakowane, po 50 szt w pudełku kartonowym,śr.1,7mm, dł 2300mm, 2 gł śr.5/5 mm, dł.20/20mm + szczoteczka czyszcząca. j.u., niesterylna, zawór W/P, 2 główki śr.5/11 mm, dł.20/40. Posiadają naklejki do dokumentacji medycznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21 pozycja 1:
Szczoteczki cytologiczne do pobierania materiału z drzewa oskrzelowego w czasie bronchoskopii – długość robocza 1200mm, średnica szczotki 2,4mm, długość szczotki 11mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22 pozycja 1:
Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135º; szerokości otwarcia klipsa: 16mm, możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23 pozycja 1:
Sfinkterotom obrotowy pozwalający na obrót końcówki w dowolnym kierunku. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu oraz cięciwy tnącej. Sfinkterotom z centralną konstrukcją końcówki iniekcyjnej. Długość robocza 200 cm, długość noska 0/2/5 mm. Dostępne długości cięciw tnących 20, 25 i 30 mm. Średnica stożkowej końcówki dystalnej 4,5 Fr dla końcówki 5mm,

dla końcówki 2mm średnica końcówki dystalnej 5Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.035”). Dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji, dostępne w wersji z częściową izolacją linki tnącej lub bez. Pakowany sterylnie pojedynczo – 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść zapytania dotyczącego Pakietu 23, pozycji 1, odnosi się do innego wyrobu medycznego niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia w tej pozycji jest pułapka na polipy czterokomorowa, umożliwiająca przepuszczanie zasysanej treści z pominięciem sitek, z widocznymi, ponumerowanymi sitkami oraz przyrządem do pobierania próbek w zestawie (1 sztuka).

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pakiet 23 pozycja 2:

Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych w stalowym pancerzu, koszyk trapezoidalny, czterodrutowy, współpracujący z prowadnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3.7 mm; rozmiary kosza: 15mm oraz 20mm. Długość narzędzia 2000mm. Koszyk współpracujący z systemem krótkiego prowadnika

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść zapytania dotyczącego Pakietu 23, pozycji 2, odnosi się do innego wyrobu medycznego niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia w tej pozycji jest pułapka na polipy czterokomorowa, umożliwiająca przepuszczanie zasysanej treści z pominięciem sitek, z widocznymi, ponumerowanymi sitkami oraz przyrządem do pobierania próbek w zestawie (1 sztuka).

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pakiet 23 pozycja 3:

Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych, trójkanałowy, wykonany z wysokiej jakości latexu; balon można napompować do 3 ustalonych średnic: 9/12/15mm;; ujście kanału kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; długość narzędzia 2000 mm, kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; średnica kateteru 7 Fr. W zestawie 1 odpowiednio skalibrowana strzykawka do napełniania balonu do wybranej średnicy. Pojemność balonu do 15mm – 2,2ml; do 18mm – 3,4ml; do 21mm – 5,6ml. 1 sztuka w opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść zapytania dotyczącego Pakietu 23, pozycji 3, odnosi się do innego wyrobu medycznego niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia w tej pozycji jest pułapka na polipy czterokomorowa, umożliwiająca przepuszczanie zasysanej treści z pominięciem sitek, z widocznymi, ponumerowanymi sitkami oraz przyrządem do pobierania próbek w zestawie (1 sztuka).

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pakiet 23 pozycja 4:

Z**estawy do protezowania** dróg żółciowych w wersji przeznaczonej do współpracy z systemem wymiany narzędzi po prowadniku, fabrycznie zmontowane zawierające cewnik prowadzący, cewnik popychający, długość systemu wprowadzania 2200 mm, przystosowany do pracy z prowadnikiem o średnicy 0.035”, do wyboru średnice zestawu 7, 8.5, 10, 11.5 Fr. 2 sztuki w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść zapytania dotyczącego Pakietu 23, pozycji 4, odnosi się do innego wyrobu medycznego niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia w tej pozycji jest pułapka na polipy czterokomorowa, umożliwiająca przepuszczanie zasysanej treści z pominięciem sitek, z widocznymi, ponumerowanymi sitkami oraz przyrządem do pobierania próbek w zestawie (1 sztuka).

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pakiet 23 pozycja 5:

Stent plastikowy do dróg żółciowych:

- prosty, centralnie zagięty, o śr.7Fr, 8,5Fr, 10Fr, 11,5Fr, długość 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15cm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść zapytania dotyczącego Pakietu 23, pozycji 5, odnosi się do innego wyrobu medycznego niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia w tej pozycji jest pułapka na polipy czterokomorowa, umożliwiająca przepuszczanie zasysanej treści z pominięciem sitek, z widocznymi, ponumerowanymi sitkami oraz przyrządem do pobierania próbek w zestawie (1 sztuka).

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pakiet 26 pozycja 1:
Samorozprężalny stent żółciowy - stenty wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zwiększającym widoczność całego stentu w RTG. Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej. Średnice stentu prostego 10mm, długości 40, 60, 80, 100mm. Dostępna wersja z rozszerzanymi końcami śr. 10mm śr. kołnierzy 12 mm, dł. stentów 40, 60, 80, 100mm. Stent załadowany do zestawu wprowadzającego o średnicy 7,5 Fr, i 8,5 Fr, długość 1800 mm niewymagającego przepłukiwania przed implantacją i pozwalającego na wycofanie stentu do 80% jego uwolnienia. Zestaw w wersji częściowo pokrywanej i niepokrywanej wyposażony w 2 markery i znacznik „bez powrotu", po przekroczeniu którego nie ma możliwości wycofania stentu do zestawu. Nici do repozycji na końcach protezy
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26 pozycja 2:
Stent przełykowy, nitinolowy powleczony całkowicie silikonem lub częściowo powleczony – odkryte końce, średnica stentu częściowo powleczonego 20, 24 mm oraz poszerzone końce odpowiednio 26, 30 mm, długość stentu 60, 80, 100, 120, 140 mm. Średnica stentu w całości pokrytego 20, 24, 28mm oraz poszerzone końce odpowiednio 26, 30, 34 mm, długość stentu 60, 80, 100, 120, 140 oraz 100 i 120 mm dla stentu w całości pokrytego o średnicy 28mm. Do wyboru przez zamawiającego, uwalniany z systemu dystalnie. Pętle do repozycji i usuwania na obu końcach wykonane z dwubarwnej nici chirurgicznej. System wprowadzania o śr. 24Fr lub 20 Fr o długości 650 mm. Dwuczęściowa rękojeść z hamulcem w pokrętle. Znaczniki RTG na systemie wprowadzania. Kompatybilny prowadnikiem o śr. 0,035". Możliwość repozycji stentu do 80 % uwolnienia z zestawu z wizualnym wskaźnikiem punktu „bez powrotu" po przekroczeniu, którego repozycja jest niemożliwa.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26 pozycja 3:
Igła jednorazowa iniekcyjna, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 1.1mm (19G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, średnica osłonki 2,3 mm. Kilkustopniowa „długopisowa" blokada ostrza. Kąt ścięcia igły 22G/ 25º , 25G/ 27º . Osłonka teflonowa odporna na załamania. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26 pozycja 4:
Nasadka dystalna do endoskopu o średnicy końcówki 9.0-9.2mm. Długość kołnierza nasadki 4 mm. Atraumatyczne brzegi nasadki.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26 pozycja 5:
Nasadka dystalna do endoskopu o średnicy końcówki 12.6-13.0mm. Długość kołnierza nasadki 4 mm. Atraumatyczne brzegi nasadki.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 28 pozycja 1:
Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135º; szerokości otwarcia klipsa: 11mm, 16mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29 pozycja 1:
Prowadnik endoskopowy, nitinolowy odporny na załamania; powlekany teflonem; końcówka hydrofilna prosta (rdzeń wolframowy), posiada spiralny znacznik ruchu. Zapakowany w okrągłą kasetę, posiadającą port do przepłukiwania,
- prowadnik o średnicy 0,035" o długości całkowitej 4500mm, długość końcówki
65 mm, powłoka niebiesko-żółta, dostępne w wersji prostej lub zagiętej,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 30 pozycja 1:

Szczypce biopsyjne TECHBITE jednorazowego użytku, bez zawiasów(łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm oraz 6,0 mm (mają blok w kształcie litery T) dla kleszczy gładkich bez igły o długości 2300mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31 pozycja 1:
Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu, niesterylna, pakowana osobno po 50 szt w pudełku kartonowym , śr kateteru 1,7mm, dł.2300 mm, dwie główki po jednej na każdym końcu dł główki 20 mm śr. 5 mm. W zestawie naklejki do dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31 pozycja 2:
Balon do poszerzania zwężeń w układzie pokarmowym jednorazowego użytku o zaokrąglonych końcach oraz taperowanej giętkiej końcówce balonu, progresywny 3-stopniowy, dostępne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego:
- długość balonu 30 mm o średnicy 6/7/8mm, 8/9/10mm, 10/11/12mm, 12/13,5/15mm dla długości narzędzia 2300mm.
- długość balonu 55 mm o średnicy 6/7/8mm, 8/9/10mm, 10/11/12mm, 12/13,5/15mm, 15/16,5/18mm, 18/19/20 dla długości narzędzia 1800m i 2300mm.
- długość balonu 80 mm o średnicy 6/7/8mm, 8/9/10mm, 10/11/12mm, 12/13,5/15mm, 15/16,5/18mm, 18/19/20 dla długości narzędzia 1800m.

Średnica cewnika wprowadzającego 7 Fr, markery widoczne w RTG w części proksymalnej i dystalnej balonu, wyposażone w prowadnicę z usztywnioną hydrofilną końcówką widoczną w RTG, kompatybilne z prowadnikiem 0,035'', napełniane powietrzem lub cieczą. 1 sztuka w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31 pozycja 3:
Balon do achalazji jednorazowego użytku o zaokrąglonych końcach oraz taperowanej giętkiej końcówce balonu, jednostopniowy, dostępne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: średnice 26mm, 30mm, 34mm i długość balonu 80 mm, długość narzędzia 100 cm. Średnica cewnika wprowadzającego 7 Fr, markery widoczne w RTG w części proksymalnej i dystalnej balonu, napełniane powietrzem lub cieczą. 1 sztuka w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31 pozycja 4:
Zestaw do opaskowania żylaków przełyku siedmio gumkowy. System prowadzony zewnętrznie wzdłuż endoskopu, umożliwia szybki i prosty montaż dzięki konstrukcji z zewnętrznym mocowaniem oraz zintegrowanemu zapięciu klamrowemu. Po zamontowaniu kanał roboczy endoskopu pozostaje całkowicie wolny. Przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9.5-11.0, długość 1100mm. 1 sztuka w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31 pozycja 5:
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, bez zawiasów(łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm oraz 6,0 mm (mają blok w kształcie litery T) dla kleszczy gładkich bez igły o długości 2300mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31 pozycja 6:
Szczypce biopsyjne TECHBITE jednorazowego użytku, bez zawiasów(łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla

kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm oraz 6,0 mm (mają blok w kształcie litery T) dla kleszczy gładkich bez igły o długości 2300mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 33 pozycja 1:
Szczypce biopsyjne pulmonologiczne jednorazowego użytku, bez zawiasów, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki uchylne, ze stali nierdzewnej, z możliwością wykonania biopsji stycznych, z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia szary. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1200 mm, średnica narzędzia 1,8 mm dla kleszczy o rozwarciu 4,5 mm do kanału 2.0 mm lub średnica 2,3 mm dla kleszczy o rozwarciu 6,7 mm do kanału 2.8mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 33 pozycja 2:
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, bez zawiasów(łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm,
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 33 pozycja 3:
Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, jednorazowe, powleczone z trójpierścieniową rękojeścią, typu ząb szczura o rozwarciu 6,3 mm lub aligator o rozwarciu 8,1 mm, średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300 mm. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 33 pozycja 4:
Siatka do usuwania polipów, ciał obcych, obrotowa w dwóch kierunkach, średnica osłonki 2,5mm, dł 2300mm, średnica siatki 30mm. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 34 pozycja 34:
Zestaw jednorazowy do biopsji aspiracyjnej **EBUS TBNA**: jednorazowa igła cytologiczna z nitinolu z echogenicznymi markerami w kształcie litery V o średnicy 22G do biopsji aspiracyjnej. Możliwość regulacji igły do 40mm oraz regulacji osłonki do 40mm. Skala z dokładnością co 1mm za pomocą przycisku push and lock. Długość robocza narzędzia 720-760mm. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. W zestawie strzykawka aspiracyjna 20 ml z zaworem odcinającym i możliwością blokowania pozycji. W zestawie adaptery ułatwiające mocowanie igły. Igła kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EBUS. 1 szt. w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 34 pozycja 2:
Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 1950 mm; kąt otwarcia klipsa 135º; szerokości otwarcia klipsa: 16mm, możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 34 pozycja 3:
Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 1950 mm; kąt otwarcia klipsa 135º; szerokości otwarcia klipsa: 16mm, możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 38 pozycja 1:
Pętla do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 38 pozycja 2
Pętla do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 38 pozycja 3:
Siatka do usuwania polipów, ciał obcych, obrotowa w dwóch kierunkach, średnica osłonki 2,5mm, dł 2300mm, średnica siatki 30mm. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 39 pozycja 1:
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, bez zawiasów(łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm oraz 6,0 mm (mają blok w kształcie litery T) dla kleszczy gładkich bez igły o długości 2300mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 39 pozycja 2:
Pętla do polipektomii na zimno jednorazowego użytku, w kształcie rombu, wykonana z drutu plecionego 0.23 mm, średnica pętli 10, 15mm. Długość zestawu 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 39 pozycja 3:
Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135º; szerokości otwarcia klipsa: 8mm, 11mm, 16mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 39 pozycja 4:
Sfinkterotom jednorazowy, obrotowy pozwalający na obrót końcówki w dowolnym kierunku. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu oraz cięciwy tnącej. Sfinkterotom z centralną konstrukcją końcówki iniekcyjnej. Długość robocza 200 cm, długość noska 0/2/5 mm. Dostępne długości cięciw tnących 20, 25 i 30 mm. Średnica stożkowej końcówki dystalnej 4,5 Fr dla końcówki 5mm, dla końcówki 2mm średnica końcówki dystalnej 5Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.035”). Dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji, dostępne w wersji z częściową izolacją linki tnącej lub bez. Pakowany sterylnie pojedynczo – 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 39 pozycja 5:
Stent plastikowy do dróg żółciowych:
- prosty, centralnie zagięty o śr.7Fr, 8,5Fr, 10Fr, 11,5Fr, długość 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15cm
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 39 pozycja 6
Zestaw szczoteczek - szczoteczka czyszcząca, niesterylna. osobno pakowane, po 50 szt w pudełku kartonowym,śr.1,7mm, dł 2300mm, 2 gł śr.5/5 mm, dł.20/20mm + szczoteczka czyszcząca. j.u., niesterylna, zawór W/P, 2 główki śr.5/11 mm, dł.20/40. Posiadają naklejki do dokumentacji medycznej.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Uczestnik 2

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1:
   1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1)za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy;

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

2) za zwłokę w terminie dostawy w trybie normalnym, w wysokości 0,1 % wartości brutto **niedostarczonej części przedmiotu** umowy– za każdy rozpoczęty **dzień** zwłoki,

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

3) za zwłokę w wykonaniu reklamacji dotyczącej zamawianego towaru w trybie normalnym w wysokości 0,1 % wartości brutto **reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki**;

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

4) za każdy przypadek zakupu towaru bądź towaru równoważnego u innego kontrahenta zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy – w wysokości **250** zł za każdy stwierdzony przypadek;

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

5) za dostarczenie przedmiotu zamówienia niepochodzącego z bieżącej produkcji lub nieposiadającego wymaganych prawem atestów lub świadectw dopuszczających do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej, w wysokości **250** zł za każdy stwierdzony przypadek;

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

6) za dostarczenie przedmiotu zamówienia nieposiadającego cech lub właściwości, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 Umowy - w wysokości **250** zł za każdy stwierdzony przypadek;

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

7) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów potwierdzających spełnianie przez dostarczane produkty lecznicze wymagań stawianych w SWZ oraz dopuszczenie ich do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z §3 ust. 8 Umowy – w wysokości **50** zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

8) w przypadku niespełnienia norm jakościowych dostarczanych leków Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto **leków niespełniających wymaganych norm jakościowych za każdy stwierdzony przypadek.**

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

UCZESTNIK 3

Część nr 4
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści kapsułkę endoskopową o następujących parametrach:
Kapsułka jednokamerowa do badania jelita cienkiego, kąt widzenia 172 stopni, 2-10 zdjęć na sekundę, czas działania do 12 godzin, rozdzielczość 512x512 pixela, wymiary kapsułki 25,4 mmx11 mm, waga 3 g.
W cenie zapewnia: użyczenie na okres wykonania badania laptopa z oprogramowaniem oraz zestawem do badania; każdorazowo na koszt wykonawcy; wykonanie przez wykonawcę odczytu i opracowania wyniku badania oraz przesłanie go do siedziby zamawiającego drogą elektroniczną oraz oryginału drogą pocztową na koszt wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 20
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki oddzielnie pakowane o następujących parametrach:
Szczoteczka do czyszczenia kanałów: Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Główka pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, dł. włosia 5 mm, główka druga wymiary: dł. szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, dł. włosia 3 m. (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk)
Szczoteczka do czyszczenia gniazd: Szczoteczka dwustronns czyszcząca do zaworów lub przycisków, jednokrotnego użytku, długość szczoteczki: 155 mm
Średnica szczoteczki 1: 10 mm
Średnica szczoteczki 2: 5 mm
Długość szczoteczki 1: 30 mm
Długość szczoteczki 2: 20 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 22
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści klipsownice o następujących parametrach:
Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni. długość ramion 16 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem; możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem zastosowania się ściśle do warunków producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część nr 28
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści klipsownice o następujących parametrach:
Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni. długość ramion 16 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem; możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem zastosowania się ściśle do warunków producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część nr 34
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści igłę o następujących parametrach:

Jednorazowe, sterylne igły EBUS. Rozmiar igły: 22 G, 4 cm długość ostrza, do kanału 2,0 mm, długość narzędzia 700mm. Igła EBUS dedykowana do bronchoskopów ultrasonograficznych firmy Fujifilm i Olympus. W opakowaniu 5 szt. W zestawie strzykawka z blokadą do aspiracji próbki. Wytrzymały mandryn nitinolowy. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na zginanie. Końcówka igły echogeniczna, karbowana - doskonalae widziana w obrazowaniu USG. Pakowany po 1 sztuce, sterylnie.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści klipsownice o następujących parametrach:
Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni. długość ramion 16 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem; możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem zastosowania się ściśle do warunków producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści klipsownice o następujących parametrach:
Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 90 stopni. długość ramion 16 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem; możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem zastosowania się ściśle do warunków producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część nr 34
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści klipsownice o następujących parametrach:
Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni. długość ramion 16 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem; możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem zastosowania się ściśle do warunków producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści pętle o następujących parametrach:
Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm lub 15 mm ,średnica przewodu 0,40 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część nr 38
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pętle o następujących parametrach:
• Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm, 15 mm , 20 mm, 30 mm, średnica przewodu 0,40 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

• Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, monofilamentna,

średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm lub 15 mm, średnica przewodu 0,24 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści pętle o następujących parametrach:
Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, monofilamentna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm lub 15 mm, średnica przewodu 0,24 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką o następujących parametrach:
Pętla z siatką do usuwania polipów, rotacyjna, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,3 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; opakowanie po 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Uczestnik 4

Pytanie nr 1 - dotyczy §3 ust. 4 pkt. 1) załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy
Czy Zamawiający ujednolici zapisy umowy zgodnie z Rozdziałem 18 SWZ – kryterium nr 3 Termin dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie:
„1) w terminie ……. dni od chwili złożenia zamówienia (poniedziałek–piątek) – w trybie normalnym; Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i przemieszczenia towaru do wskazanego pomieszczenia na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawy w trybie normalnym odbywać się mogą wyłącznie w godz. od 8:00 do 14:30 w dni robocze. Za dzień roboczy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."
Liczba dni zostanie uzupełniona zgodnie z terminem dostawy zaoferowanym przez Wykonawcę w ramach kryterium nr 3 „Termin dostawy", określonego w Rozdziale 18 SWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy §7 ust. 1 pkt. 2) załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Uczestnik 5

Pytania do SWZ.
Część 01

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych w rozmiarze 2,3 mm.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych w rozmiarze 2,3 mm, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Część 22

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o rozwarciu 16 mm.
   Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamwiający dopuści zaoferowanie klipsownic o rozwarciu 16 mm i wyłącznie zagięciu 135 stopni.
   Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 25

1. Czy Zamawiający w poz.1 dopuści zaoferowanie jednorazowych sterylnych sfinkterotomów trójkanałowych, z cięciwą o długość 20 mm, 25 mm lub 30 mm (do wyboru), długość noska 5 mm lub 15 mm (do wyboru), średnica cewnika 2,3 mm Fr, średnica końcówki 1,7 mm, wersja nieobrotowa i obrotowa (do wyboru), w wersji obrotowej uchwyt z pokrętłem do wychylenia końcówki sfinkterotomu w obu kierunkach, długość robocza 200 cm, współpracujących z prowadnicą o średnicy 0,035".

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający w poz.2 dopuści zaoferowanie jednorazowych sterylnych koszyków do endoskopowego usuwania kamieni z dróg żółciowych, z funkcją rotacji i portem do iniekcji, wykonane ze stalowego drutu plecionego, heksagonalne, ilość drutów – 4, wymiary koszyka po rozłożeniu 20 mm x 40 mm oraz 30 mm x 60 mm, średnica cewnika 3,4 mm, długość robocza 1950 mm, przeznaczone do współpracy z prowadnicami o średnicy maksymalnej 0,035", kanał prowadnicy wzdłuż przewodu koszyka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający w poz.3 dopuści zaoferowanie jednorazowych sterylnych balonów do usuwania złogów z dróg żółciowych metodą endoskopową, pakowanych pojedynczo. Balony trójstopniowe, trójkanałowe - z oddzielnymi kanałami dla prowadnika (typ OTW) i do podawania środka kontrastującego, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru), zakres średnic 8,5 -12-15 mm i 12-15-18 mm, znaczniki cieniujące w RTG na cewniku przy obu końcach balonu, średnica cewnika 7Fr, długość robocza 200 cm, balony współpracują z kanałem roboczym endoskopów o minimalnej średnicy 2.8 mm, kompatybilne w prowadnikiem 0.035", w zestawie z balonem trzy strzykawki o określonej pojemności do napełniania balonu do żądanej średnicy, kranik dwudrożny zintegrowany z przewodem do napełniania balonu, temperowany koniec cewnika, cewnik z materiału przeziernego umożliwiającego obserwację ruchu prowadnicy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

4. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie jednorazowych sterylnych protez posiadających 3 otwory na końcu zwężanym i dwa otwory na przeciwnym końcu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 28

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic wyłącznie o zagięciu 135 stopni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 30

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy z łyżeczkami o długości 3 mm i 7,5 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Uczestnik 6

Część 20

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu dwóch szczotek do czyszczenia kanału endoskopu i gniazd zaworów. 1 szczotka długa do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów. Długość całkowita szczotki 230cm, dwustronna, średnica włosia szczotki 5mm-5mmmm (strona lewa/strona prawa). Druga szczotka krótka długość robocza 150mm; dwustronna służąca do czyszczenia gniazd zaworów; średnica włosia 5/11mm lub 5/12mm (strona lewa/strona prawa).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Część 28

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia jednym klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego (30 razy) zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 12mm lub 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm – w zależności od potrzeb zamawiającego. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i oraz klips dodatkowo zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzenie silikonową nasadką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Klipsownica kompatybilna z kanałem roboczym 2.8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Uczestnik 7

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, trójkanałowe, długość robocza 200cm, średnica 7.5 Fr. Trójstopniowe. Średnice balonu: 8.5/11.5/15; 9/12/15; 10/13/16 oraz 15/18/20mm. W zestawie z wyskalowaną strzykawką? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Prowadnicę jednorazowego użytku o średnicy 0,035”, wykonaną z nitinolu, dwukolorową, o długości roboczej 450 cm, z końcówką pokrytą powłoką hydrofilną o długości 50 cm dla prowadnicy zagiętej oraz 55 cm dla prowadnicy prostej, dostępną w wersji o normalnej lub zwiększonej sztywności, zamiast prowadnicy z końcówką hydrofilną o długości 5 cm?

Dłuższy odcinek hydrofilny ułatwia wprowadzanie i prowadzenie prowadnicy, nie ograniczając jej funkcjonalności ani przeznaczenia klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do wprowadzania protez jednorazowego użytku, składający się z cewnika prowadzącego i popychacza, o długości roboczej 190 cm zamiast 220 cm, wyposażony w markery RTG na końcach cewnika prowadzącego i popychacza, przeznaczony do wprowadzania protez o średnicach 7 Fr, 8,5 Fr oraz 10 Fr, bez średnicy 11,5 Fr, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w OPZ?

Oferowany zestaw umożliwia precyzyjne określenie położenia protezy podczas jej implantacji. Wymagana próbka w rozmiarze 8,5 Fr zostanie dostarczona w liczbie 1 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Jednorazową endoskopową klipsownicę hemostatyczną pokrytą osłonką z PTFE (teflonu), o średnicy cewnika 2,6 mm i długości roboczej 230 cm, oferowaną w następujących wariantach:

• otwarcie ramion klipsa 17 mm i kąt rozwarcia 90°,

• otwarcie ramion klipsa 15 mm i kąt rozwarcia 135°,

z możliwością rotacji 360° w dowolnym kierunku, wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem oraz wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w OPZ? Wymagana próbka zostanie dostarczona w liczbie 1 sztuki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści Jednorazową klipsownicę hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, o średnicy narzędzia 2,6 mm zamiast 2,5 mm, długości roboczej 2300 mm, obrotową o 360° w obu kierunkach, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego ostatecznym uwolnieniem, bez określenia liczby 30 powtórzeń, dostępną w następujących wariantach:
• rozwarcie ramion klipsa 11 mm, długość ramion 8,5 mm, kąt rozwarcia 135°,
• rozwarcie ramion klipsa 16 mm, długość ramion 11 mm zamiast 9,5 mm, kąt rozwarcia 135°,
pakowaną pojedynczo w sterylne opakowanie foliowo-papierowe, bez dodatkowego plastikowego pancerza transportowego?
Klipsownica jest kompatybilna z kanałem roboczym endoskopu o średnicy co najmniej 2,8 mm, umożliwia wykonywanie badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem i jest oferowana w opakowaniu handlowym po 10 sztuk.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazową prowadnicę nitinolową, dwukolorową, o średnicy 0,035” i długości roboczej 450 cm, ze średnio sztywną/giętką końcówką pokrytą powłoką hydrofilną:
• o długości 55 cm w przypadku końcówki prostej,
• o długości 50 cm w przypadku końcówki zagiętej,
zamiast wymaganej długości powłoki hydrofilnej 5 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w OPZ?Dłuższy odcinek hydrofilny ułatwia wprowadzanie i przesuwanie prowadnicy w drogach żółciowych. Wymagana próbka prowadnicy z końcówką prostą zostanie dostarczona w liczbie 1 sztuki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 38, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści
• jednorazowe, obrotowe pętle do polipektomii na gorąco wykonane z plecionego drutu, dostępne w rozmiarach 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm i 40 mm,
• jednorazowe, obrotowe pętle do polipektomii ze wskazaniem producenta do cięcia na zimno, typu COLD, dostępne w rozmiarach 6 mm, 10 mm i 15 mm?
Wszystkie oferowane pętle mają długość roboczą 230 cm, średnicę osłonki 2,3 mm, rękojeść skalowaną oraz możliwość rotacji o 360°. Wymagana próbka pętli owalnej PTS w rozmiarze 25 mm zostanie dostarczona w liczbie 1 sztuki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 38, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe, owalne pętle do polipektomii wykonane z drutu monofilamentnego, o średnicy osłonki 2,3 mm zamiast 2,35 mm, dostępne w rozmiarach 6 mm, 10 mm, 15 mm i 25 mm?
Oferowane pętle mają długość roboczą 230 cm, są kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu o średnicy co najmniej 2,8 mm oraz umożliwiają cięcie na zimno lub z zastosowaniem generatora elektrochirurgicznego. Wymagana próbka pętli owalnej w rozmiarze 10 mm i długości 230 cm zostanie dostarczona w liczbie 1 sztuki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem funkcji rotacji.

Część 38, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe, obrotowe siatki do chwytania i usuwania polipów oraz ciał obcych, wykonane z nylonu, o długości roboczej 230 cm i średnicy osłonki 2,6 mm zamiast 2,3 mm, dostępne w rozmiarach 30 × 60 mm oraz 40 × 60 mm, bez wymaganych rozmiarów 20 mm i 25 mm?
Oferowane siatki posiadają uchwyt umożliwiający obracanie narzędzia o 360° i są zsynchronizowane z siatką, co ułatwia precyzyjne chwytanie oraz ogranicza ryzyko utraty pobranego materiału
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 39, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie jako wymaganej próbki kleszczy biopsyjnych typu aligator o długości roboczej 160 cm zamiast 230 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia?
Różnica dotyczy wyłącznie długości roboczej narzędzia i nie wpływa na możliwość oceny jakości wykonania, budowy ani funkcjonalności kleszczy. Oferowany asortyment będzie zgodny z wymaganiami SWZ, w tym dostępny w wymaganej długości 230 cm; prośba dotyczy wyłącznie egzemplarza przekazywanego jako próbka.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Uczestnik 8

Część 12. Czy Zamawiający dopuści prowadnice wyłącznie z końcówką prostą? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 20. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z:
- szczotka długa 230 cm, dwustronna, śr. włosia 6/6 mm, śr. cewnika 1,8 mm, dł. główki 20 mm,
- szczotka krótka 20 cm, dwustronna, śr. włosia 5/12 mm, dł. główki 40 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 22. Czy Zamawiający dopuści klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni oraz 90 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 23. Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe, bez przyrządu do pobierania próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 28. Czy Zamawiający dopuści klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni oraz 90 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 29. Czy Zamawiający dopuści prowadnice z końcówką wyłącznie prostą, sztywną lub średnio sztywną (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 33, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 1,8 mm oraz o śr. 2,3 mm przy długości 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 33, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne nieobrotowe? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 33, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczypce do usuwania ciał obcych jednorazowego użytku, o długości narzędzia 230cm, średnicy osłonki 2,3mm, 2 typy do wyboru:

- aligatorki (rozwarcie szczęk 11,00 mm);
- zęby szczura (rozwarcie szczęk 8,3mm)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 33, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści chwytak do ciał obcych , jednorazowego użytku, elastyczny nylonowy woreczek rozpostarty na owalnej pętli, z funkcją rotacji, w rozmiarach do wyboru wyłącznie:
- śr. osłonki 2,4mm, średnica pętli 25mm, długość narzędzia 230cm,
- śr. osłonki 2,4mm, średnica pętli 35mm, długość narzędzia 230cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 36, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni oraz 90 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 36, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii do resekcji małych polipów metodą "na zimno", średnica kateteru 2,4 mm, średnica drutu 0,24mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 38, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii plecionka jednorazowego użytku: średnice pętli wyłącznie 10mm, 15mm, 25mm, 32mm, z możliwością cięcia z użyciem koagulacji oraz średnice pętli 10mm i 15mm do cięcia tylko na zimno (z potwierdzeniem), długość narzędzia 230cm, pętle z funkcją rotacji (z wyjątkiem pętli cold), rękojeść skalowana, średnica osłonki 2,4 mm. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 38, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu pojedynczego (monofilament) bez funkcji rotacji; Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,4 mm, średnica pętli: 6mm, 10mm 15mm i 30mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny; rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 38, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści siatkę do chwytania polipów i ciał obcych z przewodu pokarmowego jednorazowego użytku, uchwyt i siatka mogą być obracane synchronicznie, konstrukcja siatki zmniejsza ryzyko poślizgu i utraty próbki, siatka wykonana z nylonu. Średnice pętli, na których rozpostarta jest siatka wyłącznie, 25mm i 35; długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm; w zależności od potrzeb zamawiającego?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Uczestnik 9

Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 14 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'50 sz oraz wycenę za opakowanie a'50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka w opisie asortymentu i ewentualne wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miał na myśli szczoteczki cytologiczne, lecz szczotka cytologiczna dedykowana do czyszczenia endoskopów giętkich.

Pakiet 21 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o długości całkowitej 190mm (+/-2,00), długość włosia: 20 mm (+/-0,5), średnica uchwytu: 3 mm (+/-0,25)?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Uczestnik 10

1. Czy w Części 14 Zamawiający dopuści test ureazowy o konstrukcji wykorzystującej inne materiały niż określone w SWZ (polistyren, mocznik), lecz zapewniającej równoważne cechy funkcjonalne?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy w Części 14 Zamawiający dopuści test ureazowy o czułości 90-97% i swoistości 95-100%?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Uczestnik 11

Pytanie 1
Dotyczy Części nr 25 – poz. 2
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kosze do ekstrakcji złogów o średnicy 2,35mm oraz 2,6mm (do użycia z prowadnikiem); pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2
Dotyczy Części nr 26 – poz. 1
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezy samorozprężalne z aplikatorem o długości 210 cm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3
Dotyczy Części nr 28 – poz.1
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownicę hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia jednym klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru), stopień zagięcia ramion 135 stopni; pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4
Dotyczy Części nr 32 – poz.2
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Klips do zamykania perforacji w tym po rurkach PEG oraz tamowania krwawień o długości cewnika 177 cm.; pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5
Dotyczy Części nr 32 – poz. 4
Czy Zamawiający w w/w pozycji zrezygnuje z wymogu dostarczenia próbki, ponieważ oczekujemy na dostawę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6
Dotyczy Części nr 38 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii plecionka jednorazowego użytku: średnice pętli 6mm, 10mm, 15mm, 25mm, 32mm, 35mm i 50mm, z możliwością cięcia z użyciem koagulacji oraz średnice pętli 10mm i 15mm do cięcia tylko na zimno (z potwierdzeniem), długość narzędzia 230 i 240 cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana, średnica osłonki 2,3 i 2,4mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„w terminie 72 godzin od chwili złożenia zamówienia (poniedziałek – piątek) – w trybie normalnym; Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i przemieszczenia towaru do wskazanego pomieszczenia na terenie siedziby Zamawiającego…"
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie:
„1) w terminie ……. dni od chwili złożenia zamówienia (poniedziałek–piątek) – w trybie normalnym;
Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i przemieszczenia towaru do wskazanego pomieszczenia na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawy w trybie normalnym odbywać się mogą wyłącznie w godz. od 8:00 do 14:30 w dni robocze. Za dzień roboczy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."
Liczba dni zostanie uzupełniona zgodnie z terminem dostawy zaoferowanym przez Wykonawcę w ramach kryterium nr 3 „Termin dostawy", określonego w Rozdziale 18 SWZ.

Pytanie 8
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania warunków umowy, ma prawo dokonać zakupu towaru bądź towaru równoważnego u innego kontrahenta i potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kwotę stanowiącą różnicę między ceną brutto takiego zakupu a ceną brutto oferowaną przez Wykonawcę w przypadku (tzw. zakup interwencyjny), gdy:"
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9
Dotyczy zapisów umowy § 5
Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze."
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 w stosunku do towarów dostarczanych w trybie normalnym, Wykonawca po uznaniu reklamacji za zasadną zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do umowy – w terminie do 2 dni roboczych (poniedziałek – piątek) od daty uznania reklamacji lub do udzielenia Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji."
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:
„Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej oraz po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania warunków umowy, reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego."
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy zgodnie z poniższym:
„za zwłokę w terminie dostawy w trybie normalnym, w wysokości 0,05 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki,"
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy zgodnie z poniższym:
„za zwłokę w wykonaniu reklamacji dotyczącej zamawianego towaru w trybie normalnym w wysokości 0,05 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki."
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 4-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych odpowiednio z:
- *500 zł do 300 zł*
- *100 zł na 50 zł*

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Wysokość każdej z kar umownych, jak też łączna wysokość naliczonych na podstawie umowy kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy."
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17
Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„dwukrotnej zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 5 dni"
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18
Dotyczy zapisów umowy § 5
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację niniejszego zamówienia publicznego i będzie realizował płatności zgodnie z brzmieniem umowy § 5 ust. 1.
Odpowiedź: Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby płatności za realizację przedmiotu zamówienia były dokonywane terminowo, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 umowy. W przypadku opóźnienia w płatności Zamawiający będzie ponosił konsekwencje przewidziane w umowie oraz obowiązujących przepisach prawa, w tym ewentualne odsetki ustawowe za opóźnienie.

Uczestnik 12

Dotyczy załącznik nr 2 wzór umowy §7 ust. 1
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2) za zwłokę w terminie dostawy w trybie normalnym, w wysokości 1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3) za zwłokę w wykonaniu reklamacji dotyczącej zamawianego towaru w trybie normalnym w wysokości 1 % wartości brutto reklamowanego towaru, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4) za każdy przypadek zakupu towaru bądź towaru równoważnego u innego kontrahenta zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy – w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5) za dostarczenie przedmiotu zamówienia niepochodzącego z bieżącej produkcji lub nieposiadającego wymaganych prawem atestów lub świadectw dopuszczających do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6) za dostarczenie przedmiotu zamówienia nieposiadającego cech lub właściwości, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 Umowy - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propublilco.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 75/PN/WU/2026 z dnia 22/09/2026r.

Z poważaniem,

Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach